

ΑΘΗΝΑ 28-03-2016

ΑΡ.ΠΡΩΤ.6117

**ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ
(ΔΙΑΚ. Π 02/2016)**

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ." (Αθανασάκη & Ερυθρού Σταυρού ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ- ΑΘΗΝΑ Τ. Κ. 115 26) έχοντας υπ όψη τις παρακάτω διατάξεις, όπως ισχύουν σήμερα:

1. Του Ν. 2286/1995, «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α/1-2-1995).
2. Του Ν. 2522/ΦΕΚ 178/Α/8-9-1997, «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων και κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών>> σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ»
3. Του Ν. 2955/2001, «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Π.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 256/Α/2-11-2001).
4. Του Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ 30/Α/14-2-05), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-05).
5. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α/4-4-05) ως τροποποιήθηκε με το Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/9-2-07).
6. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το ΥΥΠΚΑ» (ΦΕΚ 134/Α/18-6-07).
7. Του Π.Δ. 60 / 2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΦΕΚ 64/Α/16-3-07), περί συντονισμού σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Νοεμβρίου 2005.
8. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007).
9. Το Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ Α' 66/11-05-2010) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις >>
10. Το Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ Α' 128/03-08-2010) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών >>
11. Τον Ν. 4281/2014 ΦΕΚ160 Α
12. Την Συν.4/29-02—2016/Θ.6 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου περί προκήρυξης
13. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ:7ΒΑ346904Χ-ΞΔΙ

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι
Πρόχειρο Διαγωνισμό για την προμήθεια

ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

προϋπολογισμένης δαπάνης **45.000,00 €** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την **συμπεριότερη προσφορά** .

1. Αντίγραφα της διακήρυξης θα διατίθενται **από την ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.korgialenio-benakio.gr>** , από την ΔΙΑΥΓΕΙΑ και από το ΚΗΜΔΗΣ.
2. Τυχόν διευκρινίσεις ή τροποποιήσεις που θα προκύψουν θα δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο <http://www.korgialenio-benakio.gr> και θα αποτελεί ευθύνη κάθε ενδιαφερόμενου να λάβει γνώση για αυτές. Η αναζήτηση των διευκρινήσεων-τροποποιήσεων θα γίνεται με βάση τον αριθμό της Διακήρυξης

1. Τ Ο Π Ο Σ – Χ Ρ Ο Ν Ο Σ

1. 1. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια στις **15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016** ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **10:30 π.μ.** στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου Αθανασάκη & Ερυθρού Σταυρού ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΑΘΗΝΑ Τ. Κ. 115 26, από την ορισθείσα επιτροπή, παρέχεται δε η δυνατότητα να παρευρίσκονται εκπρόσωποι των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό.

Οι προσφορές θα κατατίθενται υποχρεωτικά (άσχετα με τον τρόπο αποστολής τους) στην Γραμματεία του Νοσοκομείου προκειμένου να πρωτοκολληθούν, το αργότερο έως την μέχρι και την 15/04/2016 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:15 μ. μ..

(Προσφορές που θα κατατίθενται μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες).

1. 2. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, οι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων λαμβάνουν ταυτόχρονα γνώση των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό, των δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς.

2. Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ

2. 1. Όλα τα έγγραφα η προσφορά και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.
2. 2. Η προσφορά πρέπει:
Να κατατεθεί δακτυλογραφημένη, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (ο οποίος θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντος, επωνυμία – διεύθυνση – τηλέφωνο – fax – Α.Φ.Μ.) με την ένδειξη:

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α Θ Η Ν Ω Ν
"ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ."
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ & ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΑΘΗΝΑ Τ. Κ. 115 26
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : Π 02/2016
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 15/04/2016

2. 3. Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς και σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, με την ένδειξη <<ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ>>.
2. 4. Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστά σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**. **Επισημαίνεται** ότι, όλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων στοιχείων της προσφοράς πλην της οικονομικής, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.λ.π.), θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, **η προσφορά θα συνοδεύεται από ευρετήριο**, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει κατά τα ανωτέρω (π.χ. φύλλα συμμόρφωσης: φύλλα 16–19, τεχνικές προδιαγραφές: φύλλα 33–55, κ.ο.κ.). **(Σημειώνεται ότι προς διευκόλυνση της Υπηρεσίας για την σύνταξη των τεχνικών πρακτικών είναι επιθυμητή και η ταυτόχρονη κατάθεση της τεχνικής προσφοράς σε ηλεκτρονική μορφή, δισκέτα-CD-DVD-κ.λ.π., που θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο της τεχνικής προσφοράς).**
2. 5. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται **επί ποινή απόρριψης** σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**. **(Σημειώνεται ότι προς διευκόλυνση της Υπηρεσίας για την σύνταξη των οικονομικών πρακτικών και εν συνεχεία των συμβάσεων είναι επιθυμητή και η ταυτόχρονη κατάθεση της οικονομικής προσφοράς σε ηλεκτρονική μορφή, δισκέτα-CD-DVD-κ.λ.π., που θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής προσφοράς).**
2. 6. Οι φάκελοι δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
2. 7. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη <<**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**>> και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίου φακέλου.
2. 8. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.
2. 9. Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά την συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να

τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων της διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Παραπομπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται μόνον εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας. Προσφορά η οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής, περιλαμβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από τη συνέχεια της αξιολόγησης.

- 2. 10.** Η προσφορά δεν πρέπει να έχει ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
- 2. 11.** Η προσφορά (τεχνική και οικονομική) θα φέρει την επωνυμία του προμηθευτή, διεύθυνση, τηλέφωνο, FAX, Α.Φ.Μ. και στο τέλος **θα σφραγίζεται καθαρά και θα υπογράφεται.**
- 2. 12.** Η προσφορά θα ισχύει τουλάχιστον για χρονικό διάστημα **(180) ημερών**, με δικαίωμα του Νοσοκομείου να ζητήσει παράταση ισχύος για το ίδιο χρονικό διάστημα μετά και με δικαίωμα του προμηθευτή να αποδεχτεί ή όχι την παράταση αυτή. **Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των (180) ημερών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στους προμηθευτές μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.
- 2. 13.** Το άνοιγμα των κυρίως φακέλων, των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών θα γίνει την ανωτέρω οριζόμενη ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών. Το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών (για όσες προσφορές γίνουν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών) θα γίνει σε ημερομηνία που θα ορισθεί από το Δ. Σ. του Νοσοκομείου και θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η αρμόδια επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει την συμμόρφωση των διαγωνιζομένων ή των προσφορών τους, προς τους όρους της διακήρυξης.
- 2. 14.** Ο προμηθευτής μπορεί να υποβάλλει προσφορά: **για το σύνολο των ζητούμενων ειδών .**

3. ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

- 3. 1.** Η τιμή θα δίδεται σε ΕΥΡΩ ανά ζητούμενο είδος της διακήρυξης και για παράδοση σε λειτουργία του είδους ελεύθερου στο χώρο εγκατάστασης του, θα αναγράφεται δε ολογράφως και αριθμητικώς. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη

επιβάρυνση εκτός από τον Φ.Π.Α. που θα αναφέρεται χωριστά στην προσφορά και θα βαρύνει το Νοσοκομείο.

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός μέρη θα δίνεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε μέρος. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην συνολική τιμή του προσφερόμενου είδους και όχι στις τιμές των μερών.

Για είδος το οποίο προσφέρθηκε και αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και το οποίο δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία.

3. 2. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3. 3. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι και την οριστική παραλαβή και εγκατάσταση του είδους. Το αυτό ισχύει και για την προτεινόμενη τιμή ετήσιας συντήρησης του είδους, μέχρι πέρατος του συνολικού χρόνου για τον οποίο ζητείται η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευών με την παρούσα διακήρυξη.
3. 4. Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του.

4. ΠΑΡΑΔΟΣΗ

4. 1. Η παράδοση του είδους θα γίνει στο χώρο εγκατάστασής τους στο Νοσοκομείο, με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή, μέσα σε χρονικό διάστημα 60 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. **Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.**
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το ¼ αυτού, με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (Άρθρο 26 του Π. Δ. 118/07). Επισημαίνεται ότι μετά τη λήξη της παραπάνω παράτασης, θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου.
4. 2. Η οριστική παραλαβή του μηχανήματος θα γίνει από αρμόδια επιτροπή με βάση τις νόμιμες διαδικασίες.

5. ΠΛΗΡΩΜΗ

5. 1. Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται σε κάθε νόμιμη κράτηση.
5. 2. Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα είναι σε ΕΥΡΩ και θα γίνεται από το Ταμείο του Νοσοκομείου με έκδοση εντάλματος πληρωμής επ' ονόματι του προμηθευτή, αφού προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εφόσον δεν εκκρεμεί καμία σε βάρος του ποινή απορρέουσα από παράβαση της παρούσας συμβάσεως (Τιμολόγιο, Φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα καταστατικό εταιρείας και νομιμοποίηση εκπροσώπου κ.λ.π.) και εντός δύο μηνών από την κατάθεση των τιμολογίων (και σύμφωνα με το Π.Δ166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5-6-2003) προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/29-06-2000

και το άρθρο 5 του Ν.2955/2001). Τα έγγραφα αυτά θα προσκομίζονται στην οικονομική υποδιεύθυνση του νοσοκομείου και αφού θα ελέγχονται από τον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας, θα προχωρούν στην έκδοση εντάλματος πληρωμής, το οποίο θα θεωρείται αρμοδίως. Σε καμία περίπτωση η έκδοση του σχετικού τιμολογίου της εταιρείας και η προσκόμισή του στην υπηρεσία και η με οποιοδήποτε τρόπο παραλαβή αυτού, δεν αποδεικνύει αποδοχή και υποχρέωση καταβολής της δαπάνης. Κάθε διαφορά ως προς την καταβολή της δαπάνης, θα κρίνεται το πρώτον υποχρεωτικά από το Δ.Σ. του νοσοκομείου, τα οποία θα αποφασίζει περί της βασιμότητας ή μη του εκδοθέντος τιμολογίου και περί της νομιμότητας αυτού. Η ανωτέρω διαδικασία δεσμεύει την εταιρεία και οφείλει να την γνωστοποιεί προς την οποιαδήποτε δικαστική αρχή προσφύγει, σε περίπτωση που διεκδικήσει την αποζημίωση αυτή δικαστικώς, με οποιαδήποτε μορφή, (π.χ. αγωγή, προσφυγή, διαταγή πληρωμής κλπ.).

6. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

- 6. 1.** Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της, να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και το συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στο Νοσοκομείο και να ζητήσουν ένα πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- 6. 2.** Η συμμετοχή ενός υποψηφίου αναδόχου στο διαγωνισμό σε περισσότερες από μία υποβαλλόμενες προσφορές διαγωνιζομένων αποτελεί λόγο αποκλεισμού όλων των υποβαλλόμενων προσφορών στις οποίες συμμετέχει ο συγκεκριμένος υποψήφιος ανάδοχος.
- 6. 3.** Οι προσφέροντες δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της, το Νοσοκομείο μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις (έκπτωση, κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής, κ.λ.π.) χωρίς να απαιτείται άλλη διαδικασία ή δικαστική ενέργεια.
- 6. 4.** **Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές** και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. .
- 6. 5.** Ο υποψήφιος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. Η προσφορά προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της Διακήρυξης δεν αποκλείεται, θα διαχωρίζεται όμως σαφώς, τόσο στην Τεχνική όσο και στην Οικονομική Προσφορά και θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί προσφοράς προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών.
- 6. 6.** Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιοδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Η άσκηση ένστασης κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη

συμμετοχή στον διαγωνισμό. Στους διαγωνισμούς, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, οι ρυθμίσεις της παρούσης παραγράφου δεν θίγουν τις ειδικές διατάξεις του Ν. 3886/2010. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.

6. 7. Διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07.
6. 8. Ως **κριτήριο κατακύρωσης** στην παρούσα διακήρυξη ορίζεται:
- α) Η χαμηλότερη τιμή []
- β) Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά [+]
(Το κριτήριο σημειώνεται με σταυρό)
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07).
6. 9. Για το τελικό αποτέλεσμα του διαγωνισμού μετά την αξιολόγηση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή, αρμόδιο να αποφασίζει είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου (και σύμφωνα με το άρθρο 21 του Π.Δ. 118/07).
6. 10. Ο προμηθευτής που θα αναδειχθεί με το διαγωνισμό **οφείλει υποχρεωτικά** να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Το ύψος της εγγυητικής, που θα καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α., θα προσδιορισθεί και θα ορισθεί με την ανακοίνωση.
6. 11. Ο **προμηθευτής που δεν προσέρχεται** μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση **κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος** από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.
6. 12. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ' αυτήν εφ' όσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση επιβάλλονται με απόφαση του Δ. Σ. του Νοσοκομείου αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις:
- Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγυητικής επιστολής.
 - Προμήθεια του υλικού σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή είτε από τους υπόλοιπους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό, είτε με διενέργεια νέου διαγωνισμού, είτε με απ' ευθείας αγορά.
 - Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο των προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2286/95.

- Οτιδήποτε άλλο προβλέπεται στα άρθρα 32 , 33 και 34 του Π. Δ. 118/07.
- 6. 13. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώσει στην προσφορά του την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστούν ή κατασκευάστηκαν τα προσφερόμενα είδη καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της . Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**
- 6. 14.** Εάν διαπιστωθεί από το Νοσοκομείο ανυπαρξία της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται και στον προμηθευτή μπορεί να επιβληθούν και κυρώσεις. Η προσφορά απορρίπτεται επίσης και όταν στην επιχειρηματική μονάδα που δηλώνεται για την κατασκευή του προϊόντος έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2286/1995, η οποία ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
- 6. 15.** Πριν και μετά τη σύναψη της σύμβασης, κατ' αρχήν, δεν επιτρέπεται η αλλαγή της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση.
Κατ' εξαίρεση, πριν τη σύναψη της σύμβασης μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή μόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας της επιχειρηματικής μονάδας για οποιονδήποτε λόγο, ενώ μετά την σύναψη της σύμβασης, μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή.
Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.
- 6. 16.** Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις των αναφερομένων στην αρχή της διακήρυξης νόμων και διαταγμάτων.
- 6.17.** Σημειώνεται ότι απαγορεύεται κατά την διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί ή κατά την καθ' οιονδήποτε τρόπο παράταση αυτής, η εκ μέρους του προμηθευτή εκχώρηση ή ενεχύραση των δικαιωμάτων του που απορρέουν από τη σύμβαση, περιλαμβανομένων και των απαιτήσεων του από την αξία των τιμολογίων που θα εκδίδει επ' ονόματι του Νοσοκομείου για τα υλικά που θα προμηθεύει σ' αυτό, προς κάθε τρίτο, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται κάθε είδους Πιστωτικά Ιδρύματα, Τράπεζες, Ανώνυμες Εταιρείες και Εταιρείες κάθε μορφής, Ν.Π.Ι.Δ., λοιπές επιχειρήσεις, ιδιώτες κλπ. , χωρίς την συγκατάθεση του Νοσοκομείου. Το Νοσοκομείο δεν υποχρεούται σε εκπλήρωση της εκχώρησης ή ενεχύρασης που τυχόν θα γίνει και για κάθε ζημία του, που θα προκύψει από την ενέργεια αυτή, υπεύθυνος προς αποκατάστασή του θα είναι ο εκχωρητής.
- 6. 18.** Κατά την κατάθεση της προσφοράς, με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ότι τα προσφερόμενα είδη φέρουν την σήμανση CE η οποία υποδηλώνει ότι το προϊόν είναι σύμφωνο προς τις σχετικές ΚΥΑ (περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις Οδηγίες του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορούν στα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν:

- (α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας.
- (β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο Άρθρο 7 του Π.Δ. 118/2007.
- (γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

(Υποβάλλονται από όλους τους συμμετέχοντες)

1. **Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα υποβάλλουν υποχρεωτικά (επί ποινή αποκλεισμού) μαζί με την προσφορά τους, στον φάκελο με την ένδειξη <<ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ>> τα παρακάτω δικαιολογητικά:**
 - α. **Υπεύθυνη δήλωση** της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου της υπογραφής, στην οποία:
 - i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν.
 - ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:
 - Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας,
 - Δεν έχει αποκλεισθεί από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα,
 - Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου,
 - Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού,
 - Δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα,
 - Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα,
 - Δεν έχει κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία,
 - Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07,
 - Είναι ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής),
 - Είναι φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις,
 - Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
 - Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η

επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι

- 1. Στην τεχνική προσφορά θα αναφέρεται :**
 - 1. 1.** Ο χρόνος κατασκευής του προσφερομένου.
 - 1. 2.** **Ο χρόνος παράδοσης (ο οποίος δεν θα υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες).**
 - 1. 3.** Κατάλογος Νοσοκομείων στα οποία έχει προμηθεύσει ο προμηθευτής τα αιτούμενα είδη.
- 2.** Με την παράδοση του μηχανήματος ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει στο Νοσοκομείο πλήρη σειρά τευχών εις διπλούν με οδηγίες συντήρησης και επισκευής (SERVICE MANUALS) στην Ελληνική – Αγγλική γλώσσα, καθώς και όλα τα σχεδιαγράμματα των επί μέρους τμημάτων του μηχανήματος.
- 3.** Ο προμηθευτής μετά την παράδοση του μηχανήματος υποχρεούται να εκπαιδεύσει δωρεάν το προσωπικό του Νοσοκομείου στην λειτουργία του μηχανήματος.
- 4.** Ο προμηθευτής θα δηλώνει με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς αναλυτικά την συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων ειδών σε σχέση με τους όρους και τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης. Για το λόγο αυτό και με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς από την διαδικασία αξιολόγησης κ.λ.π. θα συνοδεύεται κάθε προσφορά οπωσδήποτε με αναλυτικά φύλλα συμμόρφωσης (Φ.Σ.), χωριστά ανά παράρτημα της διακήρυξης και για κάθε προσφερόμενο είδος χωριστά, ανεξάρτητα της γενικής τεχνικής περιγραφής, που θα συνυποβάλλεται με την προσφορά. Στα υπ' όψη φύλλα συμμόρφωσης θα αναγράφονται με σαφήνεια οι όροι της προσφοράς, ως και τα τεχνικά κ.λ.π. στοιχεία, δυνατότητες κ.λ.π. του προαναφερομένου είδους με την ίδια σειρά και αρίθμηση παραγράφων της διακήρυξης (παράρτημα κ.λ.π.) και θα τεκμηριώνονται με παραπομπές στα αριθμημένα από τον προμηθευτή και οπωσδήποτε συνημμένα αντίστοιχα τεχνικά εγχειρίδια (prospectus κ.λ.π.) .
- 5.** Με τις προσφορές θα συνυποβληθούν, στο βαθμό που απαιτούνται εκάστοτε από τη φύση του μηχανήματος, όλα τα αναγκαία στοιχεία για την διασφάλιση των συνθηκών κανονικής εγκατάστασης των ειδών, σε πλήρη λειτουργία, ως και σχέδια (εφ' όσον απαιτούνται για το προσφερόμενο είδος) εις διπλούν για κάθε σειρά με ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» ή «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ», που θα αφορούν και θα αναφέρουν τις απαραίτητες εγκαταστάσεις, υποδομή και εξοπλισμό των χώρων του κτιρίου, που θα υποδεχθεί την εγκατάσταση του μηχανήματος, ως και όλα τα αναγκαία

τεχνικά στοιχεία (βάρη, ενδεικτική διάταξη με διαστάσεις των καθέκαστα επί μέρους συσκευών, διαστάσεις και διαδρομές καναλιών, ισχύς, χαρακτηριστικά θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας κ.λ.π.) για παραπέρα μελέτη του χώρου εγκατάστασης, τόσο από άποψη κατασκευής (αντοχή, διαρρύθμιση, είδη υλικών, αποστάσεις κ.λ.π.) όσο και άποψη εγκαταστάσεων, σε συσχετισμό πάντοτε με τις ειδικές απαιτήσεις του μηχανήματος και με τις χρήσεις των γειτονικών χώρων.

6. Τα γενικά σχέδια, που ενδεχομένως συνυποβληθούν με την προσφορά, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, θα συμπληρωθούν και θα προσαρμοσθούν στις ανάγκες του μηχανήματος, με μέριμνα της αρμόδιας υπηρεσίας του φορέα και σε συνεργασία με τον προμηθευτή, εντός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης, ώστε να διαμορφωθούν τελικά σχέδια εφαρμογής, που θα περιλαμβάνουν πλήρη στοιχεία, στο βαθμό που απαιτούνται από τη φύση του μηχανήματος, για όλες τις λειτουργικές ανάγκες προς πλήρη ανάπτυξη της μονάδας, ως και λεπτομερή στοιχεία για την προστασία του χώρου σε σχέση με τις χρήσεις των γειτονικών χώρων, τις αποστάσεις κ.λ.π.
7. Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του μηχανήματος και να το παραδώσει σε λειτουργία, με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τους κανονισμούς του Ελληνικού κράτους, τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και τέλος τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών του φορέα, στο χώρο του οποίου θα διατεθεί.
8. Η παράδοση–παραλαβή του μηχανήματος θα γίνει, μετά την εγκατάσταση και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας, από Επιτροπή παραλαβής που θα συγκροτηθεί από το Νοσοκομείο.
9. Όλα τα είδη και υλικά, που θα προσκομίσει ο προμηθευτής στο Νοσοκομείο για την εγκατάσταση και λειτουργία του υπό προμήθεια μηχανήματος, πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, χωρίς ελαττώματα και να ικανοποιούν όλους τους όρους της σύμβασης, που καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του.
10. Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να δώσει οποιαδήποτε στοιχεία προέλευσης των υλικών ήθελε ζητήσει ο φορέας για διαπίστωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών τους.
11. Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει στην Ελλάδα μόνιμα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό με πιστοποιητικό ειδικής εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης αυτού από τον μητρικό κατασκευαστικό οίκο για την συντήρηση των μηχανημάτων. Η σύνθεση του συνεργείου συντήρησης θα αναφερθεί αναλυτικά στην προσφορά, με προσόντα τυπικά κ.λ.π. ως και ο χρόνος σχετικής ενασχόλησης και εκπαίδευσης. Θα αναφερθεί οπωσδήποτε στην προσφορά, προκειμένου να αξιολογηθεί, πλήρης κατάλογος παρομοίων ή ιδίων μηχανημάτων που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα και ιδιαίτερα σε Νοσοκομεία και θα διευκρινισθεί, αν συντηρούνται από το αντίστοιχο συνεργείο του προμηθευτή και από πότε. Ασάφειες ή αοριστίες, ως προς τον αριθμό, προσόντα, εκπαίδευση του προσωπικού ή

τη συντήρηση κ.λ.π. θα βαρύνουν στην αξιολόγηση ως ουσιώδεις αποκλίσεις .

12. Τα κατατιθέμενα Prospectus, πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει να είναι πρωτότυπα (όχι φωτοτυπίες) του μητρικού κατασκευαστικού οίκου. Πρέπει να είναι αυτά που χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής του προϊόντος, στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές και του Δημοσίου) του ενδιαφέροντός του. Σε περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της προσφοράς είναι διάφορα από τα αναγραφόμενα στα Prospectus, πρέπει να κατατίθεται επιβεβαιωτική επιστολή από το νόμιμο εκπρόσωπο του οίκου κατασκευής του προϊόντος και όχι από τοπικούς αντιπροσώπους ή εκπροσώπους.
13. Η κατά τα άνω επιστολή του οίκου κατασκευής και κάθε σχετικό με την προμήθεια πιστοποιητικό πρέπει να είναι υποχρεωτικά πρωτότυπα και επικυρωμένα από το Επιμελητήριο της πόλης όπου ανήκει η εταιρία ή άλλη αρμόδια αρχή στη περίπτωση αλλοδαπών επιχειρήσεων και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση θεωρημένη από Ελληνική Προξενική Αρχή . Τέλος πρέπει να αναγράφονται και όλα τα σχετικά στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου (τίτλος, Δ/ση, Τηλέφωνο, φαξ, e-mail) ώστε να παρέχεται δυνατότητα επικοινωνίας με τον υπογράφο για επαλήθευση.
14. Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στο Νοσοκομείο, ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους για 10 έτη τουλάχιστον. Επίσης υποχρεούται **με ποινή αποκλεισμού** να καταθέσει με την προσφορά έγγραφη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του κατασκευαστικού οίκου, ότι αναλαμβάνει τη δέσμευση για διάθεση ανταλλακτικών για όσο χρονικό διάστημα δηλώνει ο προμηθευτής και για συνέχιση της διάθεσης των ανταλλακτικών στο Νοσοκομείο, σε περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να είναι ο αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στη Ελλάδα ή σε περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να υφίσταται ως επιχείρηση. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής είναι ο ίδιος ο κατασκευαστής τότε σχετικά με τη διάθεση ανταλλακτικών αρκεί η δήλωση του προμηθευτή-κατασκευαστή. Για περιπτώσεις κατασκευαστών, οι οποίοι χρησιμοποιούν υποσυστήματα άλλων κατασκευαστικών οίκων, αρκεί η δήλωση του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος και δεν απαιτούνται οι δηλώσεις, περί διάθεσης ανταλλακτικών των κατασκευαστικών οίκων των διαφόρων υποσυστημάτων.
15. Στην τεχνική προσφορά θα υπάρχει **υποχρεωτικά και αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς (χωρίς τιμές)** ώστε να προκύπτει η βασική σύνθεση της κύριας προσφοράς, ως και τυχόν εναλλακτικές, με πλήρεις πάντοτε συνθέσεις και όχι να προσφέρονται εν σειρά διάφορες συσκευές χωρίς να σημειώνονται με σαφήνεια οι αντίστοιχες συσκευές της κύριας βασικής σύνθεσης που αντικαθίστανται. Περιπτώσεις αναφοράς ειδών ή συσκευών στην προσφορά, ως κατεπιλογή ή εναλλακτικών λύσεων, χωρίς να διευκρινίζεται ότι αποτελούν συμπλήρωμα πέραν των απαιτήσεων της βασικής σύνθεσης ή ότι προτείνονται σε αντικατάσταση άλλων

συγκεκριμένων προσφερομένων συσκευών της κύριας βασικής σύνθεσης, δεν θα λαμβάνονται υπ' όψη κατά την αξιολόγηση.

16. Για την επιλογή της **πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά** αξιολογούνται μόνοι οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης.
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο (Λ) της τιμής προσφοράς (συγκριτικής) (ΣT) προς την βαθμολογία της (B), ($\Lambda = \Sigma T/B$).
17. Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής (ΣT) θα ληφθούν υπ' όψιν:
 - 17.1. Η τιμή προσφοράς, όπως διαμορφώνεται για ισοδύναμη και συγκρίσιμη σύνθεση σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης.
 - 17.2. Το συνολικό κόστος πλήρους συντήρησης με ανταλλακτικά για μία δεκαετία τουλάχιστον από της ημερομηνία παραλαβής του μηχανήματος. Το Νοσοκομείο κατά την διάρκεια πλήρους συντήρησης με ανταλλακτικά (που περιλαμβάνει προληπτικό-τακτικό-έκτακτο *service* και ανταλλακτικά) δεν θα επιβαρύνεται με κανένα άλλο επιπλέον ποσό πλην αυτού που θα προκύπτει με την προσφορά. **Επιπλέον για το συνολικό κόστος πλήρους συντήρησης πρέπει να υπάρχει ρητή δέσμευση με ποινή αποκλεισμού του κατασκευαστικού οίκου για το ως άνω οφειλόμενο χρονικό διάστημα.**
18. Για την διαμόρφωση του αθροίσματος της βαθμολογίας (B) (Παράρτημα Γ') σημειώνονται και επισημαίνονται τα παρακάτω:
 - 18.1. Για κάθε προσφορά όλα τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς.
 - 18.2. Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαραίτατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.
 - 18.3. Οι συντελεστές βαρύτητας για κάθε στοιχείο των ομάδων ορίζονται στο παράρτημα Γ'
 - 18.4. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων.
 - 18.5. Σύμφωνα με τα ανωτέρω η τελική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 110 βαθμούς.
- 18.6. **Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά** είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο (Λ) της τιμής προσφοράς (συγκριτικής) (ΣT) προς την βαθμολογία της (B), ($\Lambda = \Sigma T/B$), λαμβανομένων υπ' όψιν μέχρι δύο (2) δεκαδικών ψηφίων.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας του Λ μεταξύ δύο προσφορών θα επιλεγεί η προσφορά εκείνη που έχει τη μεγαλύτερη σταθμισμένη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.

19. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την παραλαβή του, κατά τους όρους της διακήρυξης και τις ισχύουσες διατάξεις. **Η δέσμευση αυτή θα γίνεται με κατάθεση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του νομίμου εκπροσώπου του κατασκευαστικού οίκου.** Σε περίπτωση προσφοράς εγγύησης καλής λειτουργίας για περίοδο μεγαλύτερη των δύο ετών, στην έγγραφη βεβαίωση θα αναφέρεται ρητά ότι παρέχεται για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό.
- Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, το Νοσοκομείο δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη του όλου μηχανήματος προερχόμενη από την συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης εκτός των αναλώσιμων που εξαιρούνται.**
- Είναι ευνόητο ότι στην προσφορά θα υπάρχει υποχρεωτικά κατάλογος που θα αναφέρει αναλυτικά και όχι αόριστα όλα τα αναλώσιμα υλικά του μηχανήματος και τις σημερινές τιμές τους που θα ισχύουν τουλάχιστον για ένα έτος.**
20. Κατά την διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας, συντήρησης, βλάβης κ.λ.π. που θα παρακολουθείται και θα μονογράφεται από τους υπευθύνους του Νοσοκομείου και τον τεχνικό του προμηθευτή. Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται οι βλάβες, τα αίτιά τους και η διάρκεια ακινητοποίησης του μηχανήματος.
- Ο προμηθευτής θα ειδοποιείται τηλεφωνικά για την βλάβη, οπότε θα αρχίζει η μέτρηση του χρόνου ακινητοποίησης. Στο τέλος του χρόνου εγγύησης θα αθροίζονται οι εργάσιμες ημέρες ακινητοποίησης λόγω βλάβης οποιουδήποτε μέρους του μηχανήματος. Για κάθε τέτοια εργάσιμη ημέρα, άνω των δέκα (10) ημερών ετησίως, θα επιβάλλεται στον προμηθευτή, ως ποινική ρήτρα, παράταση κατά δέκα (10) ημέρες της διάρκειας της εγγύησης καλής λειτουργίας για ολόκληρο το συγκρότημα του μηχανήματος.
21. Κατά την διάρκεια της πλήρους συντήρησης θα ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 20, μόνο που η ποινική ρήτρα για κάθε εργάσιμη ημέρα ακινητοποίησης του συστήματος πάνω από τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, για όλο το χρόνο, θα ανέρχεται σε δύο τοις εκατό (2%) επί της εκάστοτε αντίστοιχης ετήσιας αμοιβής συντήρησης.
22. Κατά την υπογραφή της σύμβασης προμήθειας θα υπογραφεί ταυτόχρονα και σύμβαση πλήρους συντήρησης του μηχανήματος (που θα καλύπτει τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο 17. 2.). Για τον λόγο αυτόν (και για να υπολογιστεί το κόστος συντήρησης και κατά συνέπεια η συγκριτική τιμή) ο προμηθευτής υποχρεώνεται να αναλάβει την πλήρη συντήρηση με ανταλλακτικά (που περιλαμβάνει προληπτικό–τακτικό–έκτακτο service και ανταλλακτικά) του όλου συστήματος, μέχρι τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών από την παράδοση σε κατάσταση λειτουργίας, έναντι ιδιαίτερης ετήσιας αμοιβής, την οποία θα καθορίσει υποχρεωτικά στην οικονομική του προσφορά και με την έγγραφη δήλωση – εγγύηση του μητρικού ή θυγατρικού οίκου, η οποία και θα κατατεθεί με την προσφορά και θα αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη.

23. Η αμοιβή για την συντήρηση θα καταβάλλεται στο τέλος της εκάστοτε ετήσιας συντήρησης και αφού θα έχουν αφαιρεθεί τυχόν ρήτρες.
24. Ο προμηθευτής υποχρεούται πριν την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή για την καλή λειτουργία των ειδών ίσης με το 2% της συμβατικής αξίας του μηχανήματος χωρίς Φ.Π.Α. και θα ισχύει για όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας των ειδών.
Η εγγυητική αυτή θα αντικαθίσταται ετησίως με εγγυητική επιστολή πλήρους συντήρησης που θα είναι ίση με το 5% της εκάστοτε ετήσιας αντίστοιχης αμοιβής συντήρησης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΟΜΑΔΑ 1 - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
Σ.Β.1	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ (Σ.Β.1) = 80%
	ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Σύστημα υπερηχοτομογραφίας γενικής χρήσης προηγμένης σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας, μικρού κατά το δυνατόν όγκου και βάρους, το οποίο οπωσδήποτε να ενσωματώνει τις πλέον πρόσφατες κλινικές εφαρμογές που έχουν παρουσιαστεί από τον κάθε κατασκευαστικό οίκο . Να αναφερθεί το πρώτο έτος κυκλοφορίας του για αξιολόγηση. Να έχει δυνατότητα εξαγωγής ποσοτικών δεδομένων (ποσοτικοποίηση). Να αποτελείται από τα κάτωθι : 1.Βασική μονάδα, (όπως αναλυτικά προδιαγράφεται πιο κάτω). 2. Ηχοβόλο κεφαλή Convex Array, ευρέως φάσματος θεμελιωδών συχνοτήτων απεικόνισης στο 2D από 2.0 MHZ έως 5.0 MHZ, κατάλληλη για εξετάσεις άνω - κάτω κοιλίας, ουρολογίας, γυναικολογίας κ.λπ. Επιπλέον να είναι κατάλληλη για απεικόνιση αρμονικών συχνοτήτων και αρμονικών συχνοτήτων που προέρχονται από παράγοντες αντίθεσης (Contrast Harmonic Imaging). Να δέχεται σύστημα κατευθυνόμενης βιοψίας που να διαθέτει πολλαπλές γωνίες βιοψιών. 3.Ηχοβόλο κεφαλή Linear Array, ευρέως φάσματος θεμελιωδών συχνοτήτων απεικόνισης στο 2D από 5.0 MHZ έως 12.0 MHZ, κατάλληλη για εξετάσεις μαστού, μυοσκελετικού και άλλων επιφανειακών οργάνων και αγγείων. Να είναι κατάλληλη για εξετάσεις ελαστογραφίας , για απεικόνιση αρμονικών συχνοτήτων καθώς και για απεικόνιση αρμονικών συχνοτήτων που προέρχονται από παράγοντες αντίθεσης (Contrast Harmonic Imaging). Να δέχεται σύστημα κατευθυνόμενης βιοψίας. 3. Ασπρόμαυρο καταγραφικό 4. Εγχειρίδιο χρήσης του κατασκευαστικού οίκου στην Αγγλική και στην Ελληνική γλώσσα

8%	ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ	
	Ψηφιακός διαμορφωτής δέσμης (Digital beamformer)	Να περιγραφεί αναλυτικά η τεχνολογία
7%	ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ	
	Εφαρμογές για την κάλυψη των ειδικοτήτων της ιατρικής	Ακτινολογία, Παθολογία, Αγγειολογία, Ουρολογία, Γυναικολογία, Χειρουργική, Παιδιατρική, Ορθοπεδική (Μυοσκελετικό) Διακρανιακό, κ.λ.π
20%	ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ	
	Ηχοβόλες κεφαλές ευρέος φάσματος συχνοτήτων με μεγάλο συνολικά εύρος	ΝΑΙ από 2MHz έως 18MHz
	Να δέχεται τους πλέον σύγχρονους ηχοβολείς. Υποχρεωτικά να αναφερθούν οι διαθέσιμοι τύποι απεικόνισης, η τεχνολογία απεικόνισης καθώς και κάθε νέα τεχνική ή τεχνολογία.	ΝΑΙ, να περιγραφεί η τεχνολογία προς αξιολόγηση
	Ηχοβόλες κεφαλές Convex Array	από 2 έως 10 MHz
	Ηχοβόλες κεφαλές Linear Array	από 4 έως 18 MHz
	Ηχοβόλες κεφαλές Sector Phased Array	Από 2 έως 10 MHz
	Microconvex Array ενδοκοιλοτική (ενδοκολπική - διορθική)	Από 4 έως 10 MHz γωνία >145 μοίρες
	Διορθική Biplane	Από 5MHz έως 10MHz
	4D Convex Array	Από 2 έως 6 MHz
	4D Microconvex Array	Από 3 έως 9 MHz
	4D Linear Array	Από 5MHz έως 13MHz
	Linear Array ειδικού σχήματος I ή Ταυ ή Hockey Stick (διεγχειρητικός)	7 έως 14 MHz
	Άλλες ηχοβόλες κεφαλές	Να αναφερθούν και να προσφερθούν προς επιλογή τυχόν επιπλέον ηχοβόλες κεφαλές. Να περιγραφεί η τεχνολογία τους προς αξιολόγηση.
10%	ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ	
	B-mode	ΝΑΙ
	M-Mode, Anatomical M-Mode & Color M-Mode	ΝΑΙ
	Παλμικό (PW) και υψηλά παλμικό (HPRF) φασματικό Doppler	ΝΑΙ
	Συνεχές (CW) και κατευθυνόμενο φασματικό Doppler	ΝΑΙ
	Εγχρωμο και φασματικό ιστικό Doppler	ΝΑΙ

	(Tissue Velocity Doppler /Tissue Doppler Imaging)	
	Έγχρωμο CFM Doppler	NAI
	Έγχρωμο Doppler ισχύος ή ενέργειας Power Doppler / Energy Doppler / Color Angio	NAI
	Κατευθυντικό Έγχρωμο Doppler ισχύος ή ενέργειας Directional Power Doppler / Energy Doppler / Color Angio	NAI (να περιγραφεί αναλυτικά)
	Tissue Harmonic imaging	NAI, Απεικόνιση 2ης αρμονικής συχνότητας από τους ιστούς (THI) σε όλους τους τύπους ηχοβόλων απεικονιστικών κεφαλών που δέχεται το σύστημα
	Τραπεζοειδής Απεικόνιση (Trapezoid scan)	NAI (να περιγραφεί αναλυτικά)
	Triplex mode (ταυτόχρονη απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο εικόνας B-mode, παλμικού Doppler και εγχρώμου Doppler).	NAI
	Τεχνική αντίθεσης σκιαγραφικών μέσων με απεικόνιση αρμονικών συχνοτήτων που προέρχονται από παράγοντες αντίθεσης (Contrast Harmonic Imaging). Να διαθέτει εφαρμογές σε όργανα όπως ήπαρ, σπλήνα, νεφρά, προστάτης, γυναικολογικά εξαρτήματα, μαστό, θυρεοειδή, αγγεία . Να διαθέτει κατάλληλο πρόγραμμα απεικόνισης σε πραγματικό χρόνο για τα διαφορετικά όργανα του σώματος.	NAI (να προσφερθεί προς επιλογή)
	Πανοραμική απεικόνιση (Panoramic view)	NAI (να προσφερθεί προς επιλογή)
	Ειδικό πρόγραμμα ρυθμίσεων για την βέλτιστη απεικόνιση της βελόνας βιοψίας για την εκτέλεση βιοψιών και επεμβατικών πράξεων υψηλής ευκρίνειας σε εξετάσεις άνω-κάτω κοιλίας και επιφανειακών οργάνων.	NAI (να προσφερθεί προς επιλογή)
	Τρισδιάστατη απεικόνιση. Να λειτουργεί με τις δισδιάστατες κεφαλές	NAI (να προσφερθεί προς επιλογή)
	Τρισδιάστατη απεικόνιση πραγματικού χρόνου απεικόνισης (Real Time 3D/4D) για εφαρμογές κοιλίας , γυναικολογικών και επιφανειακών οργάνων	NAI (να προσφερθεί προς επιλογή)
20%	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
	Συνθετική απεικονιστική τεχνική	NAI(να περιγραφεί αναλυτικά)

	πραγματικού χρόνου με συλλογή πληροφοριών από διαφορετικές οπτικές γωνίες σάρωσης. Να λειτουργεί με όλες τις κεφαλές Linear, Convex, Microconvex που δέχεται το σύστημα και να ενεργοποιείται κατά βούληση με το πάτημα ενός πλήκτρου στις απεικονίσεις 2D, 3D, 4D, πανοραμικές, Tissue και Contrast Harmonic Imaging	
	Βελτιστοποίηση της εικόνας μέσω επεξεργασία σε επίπεδο pixel για μείωση του θορύβου speckle. Να λειτουργεί σε συνδυασμό με όλους τους απεικονιστικούς ηχοβολείς και να ενεργοποιείται κατά βούληση με το πάτημα ενός πλήκτρου στις απεικονίσεις 2D, 3D, 4D, πανοραμικές, Tissue και Contrast Harmonic Imaging.	NAI (να περιγραφεί αναλυτικά)
	Δυνατότητα ανάκλησης εξετάσεων από όλα τα απεικονιστικά συστήματα του νοσοκομείου όπως αξονικό τομογράφο, μαστογράφο, γάμμα κάμερα, μαγνητικό τομογράφο και απεικόνισης αυτών στην εικόνα του υπερηχογράφου για σύγκριση και ταυτοποίηση των παθολογικών ευρημάτων με την εικόνα του υπερηχογράφου κατά την διάρκεια πραγματικού χρόνου υπερηχογραφικής εξέτασης.	NAI (να προσφερθεί προς επιλογή)
	Αυτόματη βελτιστοποίηση γωνίας και τοποθέτησης του δείγματος όγκου σε εξετάσεις αγγείων (triplex) για ελαχιστοποίηση του χρόνου εξέτασης	NAI(να προσφερθεί προς επιλογή)
	Τεχνική ελαστογραφίας σε πραγματικό χρόνο για τον διαχωρισμό μεταξύ ελαστικών και συμπαγών ιστών σε πολλαπλές κλινικές εφαρμογές επιφανειακών και ενδοκοιλιακών οργάνων	NAI (να προσφερθεί προς επιλογή)
	Αυτόματη συνεχή βελτιστοποίηση του 2D (gain, TGC, dynamic range) σε πραγματικό χρόνο (real time) χωρίς το πάτημα πλήκτρου από το χειριστή	NAI (να περιγραφεί αναλυτικά)
	Αυτόματη βελτιστοποίηση του φασματικού Doppler (gain, baseline, scale) με το πάτημα ενός πλήκτρου	NAI (να περιγραφεί αναλυτικά)
	Μεγέθυνση κινούμενων και παγωμένων εικόνων (zoom)	NAI $\geq \times 16$
	Τεχνική μεγέθυνσης υψηλής ευκρίνειας	NAI
	Υψηλό δυναμικό εύρος (Dynamic range)	≥ 180 db

	Ρυθμός ανανέωσης της εικόνας (frame rate)	≥1000 fps
	Μέγιστο βάθος σάρωσης	≥28 cm
	Σημεία ή ζώνες εστίασης	≥ 8
	Ενεργές θύρες για ταυτόχρονη σύνδεση ηχοβόλων κεφαλών	≥4
	Έγχρωμη οθόνη LCD/TFT	≥19" inch
	Μικρού όγκου και βάρους	ΝΑΙ, να αναφερθεί προς αξιολόγηση
	Επίπεδο θορύβου και εκπομπής θερμότητας	ΝΑΙ, να αναφερθούν προς αξιολόγηση
	Λειτουργία με την χρήση ενσωματωμένης μπαταρίας χωρίς την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για τις ανάγκες μεταφοράς του συστήματος και άμεσης επανεκκίνησης του	ΝΑΙ, να περιγραφεί αναλυτικά.
	Εργονομία συστήματος (κονσόλα χειρισμού, οθόνη αφής ρύθμιση ύψους)	Ναι , να περιγραφεί αναλυτικά να διαθέτει κίνηση καθ' ύψος και περιστροφή
	Στοιχεία ψηφιακού επεξεργαστή –μήτρα και bit για την αξιολόγηση της ευκρίνειας και ταχύτητας σάρωσης	Ναι , να περιγραφεί αναλυτικά

3%	ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ	
	Κινηματογραφική μνήμη σειράς εικόνων 2D & CFM (cineloop)	>2000 εικόνες
	Κινηματογραφική μνήμη σειράς εικόνων M-mode & Doppler	ΝΑΙ
	Λογισμικό διαχείρισης εικόνων αλλά και loops	ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά)
	Ενσωματωμένα μέσα αποθήκευσης	HDD, DVD/CD-RW/USB
	Χωρητικότητα σκληρού δίσκου	>500 GB

7%	ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	
	Ενσωματωμένο λογισμικό για την ανακατασκευή επί της οθόνης πολλαπλών ανατομικών τομών ρυθμιζόμενου πάχους από τα τρισδιάστατα ογκομετρικά δεδομένα με ταυτόχρονη ανεύρεση των καταλληλότερων διαγνωστικών τομών και επίτευξη λεπτομερούς ανάλυσης του παρεγχυματικού ιστού από πολλαπλές τομές	ΝΑΙ (Να προσφερθεί προς επιλογή)
	Λογισμικό μελέτης της πυκνότητας των ιστών με ταυτόχρονη δημιουργία γραφικών	ΝΑΙ (Να προσφερθεί προς

	παραστάσεων Time /intensity curves σε απεικονίσεις 2D, CFM και Doppler ισχύος με σκοπό τον χαρακτηρισμό του ιστού.	επιλογή)
	Λογισμικό αυτόματης ποσοτικοποίησης του μέσου-έσω χιτώνα σε εξετάσεις αγγείων.	ΝΑΙ (Να προσφερθεί προς επιλογή)
	Άλλες εφαρμογές και σύγχρονες τεχνολογίες	ΝΑΙ (Να προσφερθούν προς επιλογή)

3%	ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	
	Πακέτο Ακτινολογικών εφαρμογών	ΝΑΙ (Βασικό. Να περιγραφεί αναλυτικά)
	Πακέτο Αγγειολογικό εφαρμογών	ΝΑΙ (Βασικό. Να περιγραφεί αναλυτικά)
	Άλλα πακέτα εφαρμογών	ΝΑΙ (Να προσφερθούν προς επιλογή όλα τα διαθέσιμα πακέτα εφαρμογών)
	Δυνατότητα δημιουργίας νέων μετρήσεων και υπολογισμών από τον χειριστή	ΝΑΙ
	Πολλαπλά ζεύγη μετρήσεων (calipers)	>8
	Αυτόματη πλανημέτρηση φάσματος Doppler σε πραγματικό χρόνο, με αυτόματο υπολογισμό αιμοδυναμικών παραμέτρων	ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά)
	Δημιουργία εξειδικευμένων τελικών αναφορών για όλα τα πακέτα μετρήσεων-υπολογισμών με ένθεση	ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά)

2%	ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	
	Σύστημα ενσύρματης και ασύρματης επικοινωνίας με πρωτόκολλο DICOM 3.0. Να περιλαμβάνει υπηρεσίες Print, Store, Modality Worklist, Structured reporting, Performed Procedure Step	ΝΑΙ
	Ψηφιακό κασετόφωνο DVR. Ο χειρισμός του να γίνεται από το πληκτρολόγιο του Υπερήχου	ΝΑΙ (Να προσφερθεί προς επιλογή)
	Θύρα LAN για δικτύωση DICOM	ΝΑΙ
	Θύρες USB, DVI-D και S-Video για σύνδεση εξωτερικών συσκευών	ΝΑΙ
	Εξ αποστάσεως τεχνική και λειτουργική υποστήριξη του συστήματος μέσω διαδικτύου και γραμμής ADSL	ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά)
	Ασπρόμαυρο καταγραφικό	ΝΑΙ (Να προσφερθεί προς επιλογή)
	Kit βιοψίας ηχοβόλων κεφαλών	ΝΑΙ (Να προσφερθούν προς επιλογή όλα τα kit βιοψίας)
	Λειτουργία με τάση δικτύου	220 V/50 Hz
	On-line UPS	ΝΑΙ (Να προσφερθεί προς

		επιλογή)
80%	= ΣΥΝΟΛΟ	

ΟΜΑΔΑ 2- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ		
Σ.Β.2	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ (Σ.Β.2) = 20%	
10%	Εγγύηση καλής λειτουργίας.	Να δοθεί ο χρόνος εγγύησης (τουλάχιστο 2 έτη)
5%	Ο χρόνος παράδοσης-εγκατάστασης	Να δοθεί ο χρόνος παράδοσης (το πολύ 60 ημέρες) από την υπογραφή της σύμβασης
5%	Εκπαίδευση προσωπικού.	Να περιγραφεί αναλυτικά
20%	=ΣΥΝΟΛΟ	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

Διαμόρφωση συγκριτικής τιμής προσφοράς

Επειδή για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής προσφοράς θα συνυπολογιστεί και το συνολικό κόστος συντήρησης του μηχανήματος για δέκα (10) έτη, θα πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά στην οικονομική προσφορά οι παρακάτω πίνακες :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α) ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΟΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ:	
1).....	€
2).....	€
3).....	€
.....	€
10).....	€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	€

ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ%	€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ €, ΜΕ ΦΠΑ	€

Β) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ

ΕΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ
Συντήρηση 1 έτους (εγγύηση)	0,00€
Συντήρηση 2 έτους (εγγύηση)	0,00€
Συντήρηση 3 έτους	€
Συντήρηση 4 έτους	€
Συντήρηση 5 έτους	€
Συντήρηση 6 έτους	€
Συντήρηση 7 έτους	€
Συντήρηση 8 έτους	€
Συντήρηση 9 έτους	€
Συντήρηση 10 έτους	€
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	€
ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ%	€
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΜΕ ΦΠΑ	€

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

	ΤΙΜΗ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	€
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	€
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ + ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ)	€

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ. »
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αριθμ. Σύμβασης:

Αριθμ. Πρωτ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ.....

Αθήνα σήμερα στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ–ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ." που εδρεύει στους Αμπελοκήπους, Ερυθρού Σταυρού & Αθανασάκη, οι υπογεγραμμένοι, αφ' ενός μεν ο Πρόεδρος του Δ. Σ. του Νοσοκομείου και νόμιμος εκπρόσωπος του και αφ' ετέρου (η εταιρεία) "....." με έδρα ...Τ.Κ. (.....) στην, Τηλ.fax:.....και Α.Φ.Μ. και εκπροσωπούμενη νόμιμα από τον / την συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα παρακάτω :

Ο πρώτος συμβαλλόμενος στο εξής θα αποκαλείται χάρη συντομίας **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ** ενώ ο δεύτερος συμβαλλόμενος θα αποκαλείται **ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ**. Το Νοσοκομείο διενήργησε Διαγωνισμό για την προμήθεια του είδους σύμφωνα με την απόαπόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου

Διενεργηθέντος του διαγωνισμού από την επιτροπή που είχε οριστεί, προτάθηκε και εγκρίθηκε με την από απόφαση του Δ. Σ. του Νοσοκομείου η κατακύρωση του διαγωνισμού στον συμβαλλόμενο προμηθευτή αντί συνολικού ποσούσύμφωνα με την προσφορά του και με τους παρακάτω όρους και περιορισμούς:

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΠΑΡΑΔΟΣΗ

- 1. 1.** Η παράδοση του είδους θα γίνει στην αποθήκη του Νοσοκομείου με μεταφορικά μέσα – έξοδα και ευθύνη του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ.
- 1. 2.** Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ–ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ υποχρεούται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του είδους και να το παραδώσει σε λειτουργία στον χώρο που θα του υποδειχθεί από το Νοσοκομείο με δική του ολοκληρωτικά ευθύνη καθώς και με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, της επιστήμης και τους κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους, τις οδηγίες και τα σχέδια του Κατασκευαστικού Οίκου και τις οδηγίες των αρμοδίων του Νοσοκομείου.

1. 3. Η παραλαβή του είδους θα γίνει μετά την οριστική εγκατάστασή του είδους σε πλήρη λειτουργία από αρμόδια Επιτροπή παραλαβής του Νοσοκομείου.
1. 4. Σε περίπτωση μερικής ή ολικής απόρριψης του είδους, μετά από απόφαση του Δ. Σ. του Νοσοκομείου, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ υποχρεούται να αντικαταστήσει το είδος ή τα είδη που απορρίφθηκαν χωρίς να προβάλλει αντιρρήσεις διαφορετικά εφαρμόζονται κατ' αυτού οι προβλεπόμενες περί έκπτωσης κυρώσεις που περιγράφονται πιο κάτω στο άρθρο 5.

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

2. 1. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ–ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ υποχρεούται να ειδοποιήσει την Υπηρεσία για την ημερομηνία κατά την οποία προτίθεται να παραδώσει το είδος τουλάχιστον 5 ημέρες νωρίτερα.
2. 2. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ–ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα παραδώσει τα συμβατικά είδη το αργότερο σε από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης σύμβασης στην Αποθήκη του Νοσοκομείου και με δικά του μεταφορικά μέσα, έξοδα και ευθύνη.
2. 3. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί μόνο με απόφαση του Δ. Σ. του Νοσοκομείου το ανώτερο μέχρι το 1/4 του συμβατικού χρόνου και ύστερα από σχετικό έγγραφο αίτημα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ–ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ που θα έχει υποβληθεί σε χρονικό διάστημα όχι μικρότερο του 1/8 ολόκληρου του συμβατικού χρόνου.
2. 4. Μετάθεση του συμβατικού χρόνου μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση του Δ. Σ. του Νοσοκομείου και μόνο σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης ή σε περίπτωση συνδρομής λόγων που συνιστούν ανωτέρα βία.

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

3. 1. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης κατέθεσε την υπ' αριθμ. εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού Ευρώ με ημερομηνία λήξης
3. 2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά από την πλήρη και σύνομη εκτέλεση της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

4. 1. Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα είναι σε ΕΥΡΩ και θα γίνεται από το Ταμείο του Νοσοκομείου με έκδοση εντάλματος πληρωμής έπ' ονόματι του προμηθευτή, αφού προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εφόσον δεν εκκρεμεί καμία σε βάρος του ποινή απορρέουσα από παράβαση της παρούσας συμβάσεως (Τιμολόγιο, Φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα καταστατικό εταιρείας,

νομιμοποίηση εκπροσώπου κ.λ.π.) και εντός δύο μηνών από την κατάθεση των τιμολογίων (και σύμφωνα με το Π.Δ166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5-6-2003) προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/29-06-2000 και το άρθρο 5 του Ν.2955/2001). Τα έγγραφα αυτά θα προσκομίζονται στην οικονομική υποδιεύθυνση του νοσοκομείου και αφού θα ελέγχονται από τον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας, θα προχωρούν στην έκδοση εντάλματος πληρωμής, το οποίο θα θεωρείται αρμοδίως. Σε καμία περίπτωση η έκδοση του σχετικού τιμολογίου της εταιρείας και η προσκόμισή του στην υπηρεσία και η με οποιοδήποτε τρόπο παραλαβή αυτού, δεν αποδεικνύει αποδοχή και υποχρέωση καταβολής της δαπάνης. Κάθε διαφορά ως προς την καταβολή της δαπάνης, θα κρίνεται το πρώτον υποχρεωτικά από το Δ.Σ. του νοσοκομείου, το οποίο θα αποφασίζει περί της βασιμότητας ή μη του εκδοθέντος τιμολογίου και περί της νομιμότητας αυτού. Η ανωτέρω διαδικασία δεσμεύει την εταιρεία και οφείλει να την γνωστοποιεί προς την οποιαδήποτε δικαστική αρχή προσφύγει, σε περίπτωση που διεκδικήσει την αποζημίωση αυτή δικαστικώς, με οποιαδήποτε μορφή, (π.χ. αγωγή, προσφυγή, διαταγή πληρωμής κλπ.).

4. 2. Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται σε κάθε νόμιμη κράτηση.

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

5. 1. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε ή δεν εκτελεί την συντήρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

5. 2. Με αιτιολογημένη απόφαση του Δ. Σ. του Νοσοκομείου ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των συμβατικών ειδών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Το ότι συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ οφείλει να το αποδείξει το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που ανέκυψαν, αλλιώς στερείται του δικαιώματος να τους επικαλεσθεί. Στις περιπτώσεις μετάθεσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

5. 3. Σε περίπτωση που ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ κηρυχθεί έκπτωτος επιβάλλονται από το Δ. Σ. του Νοσοκομείου με την ίδια απόφαση, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις :

- Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
- Προμήθεια του είδους ή ανάθεση των εργασιών συντήρησης σε βάρος του έκπτωτου ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ είτε από τους υπόλοιπους προμηθευτές που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό, είτε με διενέργεια νέου διαγωνισμού, είτε με απ' ευθείας αγορά. Κάθε άμεσα ή έμμεσα προκαλούμενη ζημιά θα καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ.
- Προσωρινός ή διαρκής οριστικός αποκλεισμός του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ από το σύνολο των προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2286/95.
- Οτιδήποτε άλλο προβλέπεται στα άρθρα 32 , 33 και 34 του Π. Δ. 118/07.

5. 4. Για την είσπραξη κάθε καταλογιζομένου προστίμου εφαρμόζεται η προβλεπόμενη περί δημοσίων εσόδων διαδικασία.

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

6. 1. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δηλώνει ότι έλαβε γνώση των πιο πάνω όρων και περιορισμών και ότι βάσει αυτών και μόνο θα λύεται κάθε διαφορά ή αμφισβήτηση και κάθε διένεξη από οποιονδήποτε λόγο και αιτία.
6. 2. Το κείμενο της παρούσης σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
6. 3. Η σύμβαση προμήθειας θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :
- Παραδόθηκε ολόκληρη η συμβατική ποσότητα.
 - Παραλήφθηκε οριστικά ποιοτικά και ποσοτικά η ποσότητα είδους που παραδόθηκε.
 - Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
 - Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.
6. 4. Απαγορεύεται κατά την διάρκεια της σύμβασης ή κατά την καθ' οιονδήποτε τρόπο παράταση αυτής, η εκ μέρους του προμηθευτή εκχώρηση των δικαιωμάτων του που απορρέουν από τη σύμβαση, περιλαμβανομένων και των απαιτήσεών του από την αξία των τιμολογίων που θα εκδίδει επ' ονόματι του Νοσοκομείου για τα υλικά που θα προμηθεύει σ' αυτό, προς κάθε τρίτο, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται κάθε είδους Πιστωτικά Ιδρύματα, Τράπεζες, Ανώνυμες Εταιρείες και Εταιρείες κάθε μορφής, Ν.Π.Ι.Δ., λοιπές επιχειρήσεις, ιδιώτες κλπ., χωρίς την συγκατάθεση του Νοσοκομείου. Το Νοσοκομείο δεν υποχρεούται σε εκπλήρωση της εκχώρησης που τυχόν θα γίνει και για κάθε ζημία του, που θα προκύψει από την ενέργεια αυτή, υπεύθυνος προς αποκατάστασή του θα είναι ο εκχωρητής.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ως προσφορά.....
.....

Α Ρ Θ Ρ Ο 8ο : ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

8. 1. Το είδος (όπως αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω) καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας (δηλαδή από το έτος μέχρι και το έτος και με ημερομηνίες αντίστοιχες προς την ημερομηνία λειτουργίας του είδους).

Κατά την διάρκεια ισχύος της εγγύησης ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ αναλαμβάνει να επισκευάζει τυχόν βλάβες που θα προκύπτουν στο προσφερόμενο είδος χωρίς καμία χρέωση του Νοσοκομείου.

Κατά την διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας – συντήρησης – βλαβών κ.λ.π. που θα παρακολουθείται και θα μονογράφεται από τους υπευθύνους του Νοσοκομείου (ιατρό ή τεχνικό) και τον τεχνικό του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ.

Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται οι βλάβες, τα αίτιά τους και η διάρκεια ακινητοποίησης του είδους .

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα ειδοποιείται τηλεφωνικά για την βλάβη οπότε και θα αρχίζει η μέτρηση του χρόνου ακινητοποίησης. Στο τέλος του χρόνου εγγύησης θα αθροίζονται οι εργάσιμες μέρες ακινητοποίησης λόγω βλάβης οποιουδήποτε μέρους του είδους. Για κάθε τέτοια εργάσιμη ημέρα άνω των δέκα (10) ημερών ετησίως θα επιβάλλεται στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ, ως ποινική ρήτρα, παράταση κατά δέκα (10) ημέρες της διάρκειας εγγύησης καλής λειτουργίας για όλο το είδος.

- 8. 2.** Μετά την λήξη εγγύησης καλής λειτουργίας των ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ **θα συντηρεί το είδος με πλήρη συντήρηση από το έτος έως και το έτος τουλάχιστον** (και με ημερομηνίες αντίστοιχες της ημερομηνίας λήξης της εγγύησης καλής λειτουργίας).

Η ετήσια πλήρης συντήρηση θα περιλαμβάνει προληπτικό – τακτικό-έκτακτο service και παροχή των ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν.

Δεν περιλαμβάνει τα παρακάτω αναλώσιμα υλικά:

.....

Κατά την διάρκεια της πλήρους συντήρησης θα ισχύουν τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο, μόνο που η ποινική ρήτρα για κάθε εργάσιμη ημέρα ακινητοποίησης του είδους πάνω από τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, για όλο το χρόνο, θα ανέρχεται σε 2% επί της εκάστοτε αντίστοιχης ετήσιας αμοιβής συντήρησης.

- 8. 3.** Η εξόφληση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ, για την συντήρηση, θα γίνεται από το Ταμείο του Νοσοκομείου **στο τέλος κάθε ετήσιας συντήρησης** και αφού αφαιρεθούν οι τυχόν ποινικές ρήτρες και οι νόμιμες κρατήσεις βάσει τιμολογίου του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ και βεβαίωσης της αρμόδιας Υπηρεσίας του Νοσοκομείου η οποία θα τηρεί το Μητρώο Συντήρησης.

- 8. 4.** Το κόστος ετήσιας πλήρους συντήρησης με ανταλλακτικά για μια δεκαετία θα είναι:

.....

- 8. 5.** Η συντήρηση του είδους θα γίνεται από ειδικά εκπαιδευμένους τεχνικούς του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ και σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού Οίκου.

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- 9. 1.** Ο προμηθευτής υποχρεούται πριν την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης, να καταθέσει **εγγυητική** επιστολή για την **καλή λειτουργία** των ειδών αξίας€ και θα ισχύει για όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας των ειδών.
- 9. 2.** Η εγγυητική αυτή θα αντικαθίσταται ετησίως με **εγγυητική** επιστολή **πλήρους συντήρησης αορίστου ισχύος** που θα είναι αξίας € .
- 9. 3.** Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ υποχρεούται να παρέχει ανταλλακτικά και αναλώσιμα υλικά για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την εγκατάσταση του είδους .
- 9. 4.** Με την παράδοση του είδους θα παραδοθεί από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ πλήρης σειρά εις διπλούν με οδηγίες συντήρησης και επισκευής (Operation & Service Manuals) στην Ελληνική–Αγγλική Γλώσσα καθώς και όλα τα σχεδιαγράμματα των επί μέρους τμημάτων του είδους .
- 9. 5.** Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα εκπαιδεύσει δωρεάν το αρμόδιο προσωπικό του Νοσοκομείου (χειριστές, τεχνικούς κλπ) στη λειτουργία του είδους για όσο χρονικό διάστημα ήθελε απαιτηθεί.
- 9. 6.** Κατά την παράδοση το είδος θα συνοδεύεται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά κυκλοφορίας .

Η παρούσα σύμβαση συντάχτηκε σε δύο αντίγραφα, και έλαβε ο καθένας των συμβαλλομένων από ένα νόμιμα υπογεγραμμένο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ–ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ.
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

.....

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ