



Ορθή Επανακοινοποίηση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αριθμ. Πρωτ. 11851

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 14^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ****ΘΕΜΑ 8^ο**

Στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη 9 Απριλίου 2025 και ώρα 11.00π.μ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν.Α «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ»Ε.Ε.Σ, το οποίο συγκροτήθηκε με Απόφαση του Υπουργείου Υγείας (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 1347/6.12.2024), έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ κ. Θεόδωρου Τσουρούλα , και ο οποίος προήδρευσε στη συνεδρίαση, για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Στη συνεδρίαση εκλήθησαν όλα τα τακτικά μέλη και παρευρέθηκαν:

Η Αντιπρόεδρος – Αν. Διοικήτρια κα Αναστασία Κανέλλου , η κ.Ελπινίκη Ταβιανάτου – Διοικήτρια, ο κ. Βασίλειος Εύδης, η κα Βασιλική Αλεξάκη ως αναπληρωματικό μέλος του τακτικού κας Μαρίας Μαργέτα και ο κ. Λεωνίδας Δημητρόπουλος .

Η κ.Μαριάννα Αθανασάκη συμμετείχε στη συνεδρίαση μέσω διαδικτύου.

Τα μέλη κ. Ιωάννης Τσιαφούτης και κος Βασίλειος Παπαντωνίου απουσίαζαν.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν , έπειτα από πρόσκληση, ο Νομικός Σύμβουλος του Νοσοκομείου κ.Κωνσταντίνος Ζουμπούλης καθώς και η Διοικητική Διευθύντρια Ελένη Καπλάνη.

Η τήρηση πρακτικών πραγματοποιήθηκε από τη Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου κ.Μαρία Κούρτη.

Θέμα 8ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας για την αποστολή πρόσκλησης σε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω γεγονότων απρόβλεπτων για την αναθέτουσα αρχή (αρ.32 παρ. 2γ του ν.4412/2016) για την ετήσια σύμβαση συντήρησης του Αγγειογραφικού Συγκροτήματος της εταιρείας SIEMENS, μοντέλο AXIOM ARTIS MP» (CPV 50421000-2 υπηρεσίες επισκευής και συντήρησής ιατρικού εξοπλισμού) (Α.Α 27/2025) προϋπολογισμένης ετήσιας δαπάνης 25.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ (31.000,00 ευρώ συμ/νου ΦΠΑ).

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου έπειτα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ' όψιν την υπ'αριθμ 11106/8.4.2025 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών η οποία αναφέρει τα κάτωθι:

- 1) Ότι μευπ' αριθ. πρωτ. 5917/24-02-2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (συν/ση6'/Θ.22°) εγκρίθηκε η σκοπιμότητα για τη σύναψη ετήσιας σύμβασης συντήρησης του Αγγειογραφικού Συγκροτήματος AXIOMArtisMP.
- 2) Ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2γ του άρθρου 32 του Ν. 4412/16 «...είναι επιτρεπτή η προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση.....».
- 3) Ότι η τελευταία σύμβαση συντήρησης έληξε στις 31/07/2024 και δεν ανανεώθηκε λόγω γεγονότων απρόβλεπτων για την αναθέτουσα αρχή.
- 4) Ότι το τμήμα της Βιοιατρικής Τεχνολογίας κατέθεσε μευπ' αριθ. πρωτ.11066/08-04-2025 στο πρωτόκολλο τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές:

Τεχνικές Προδιαγραφές

Πλήρης συντήρηση και επισκευή για τον **AXIOMArtisMP** με S/N: 20253 και περιλαμβάνει :

- Πλήρη κάλυψη εργασιών και των από τη συνήθη χρήση φθαρμένων ανταλλακτικών
- Εξαιρούνται οι ακτινολογικές λυχνίες, οι ενισχυτές εικόνας και τα αναλώσιμα υλικά όπως π.χ πετάσματα ακτινοπροστασίας , υγρά σκιαγραφικά , στρώμα ασθενούς , μαξιλαράκια ασθενούς κλπ

Προληπτική συντήρηση

Ο συντηρητής/ανάδοχος κατά τη διάρκεια της σύμβασης θα πρέπει να πραγματοποιήσει προγραμματισμένες προληπτικές συντηρήσεις κατ' έτος στο παραπάνω μηχάνημα, σύμφωνα με τις οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου όπως φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα. Γενικότερα θα πρέπει μετά από κάθε προληπτική συντήρηση να πιστοποιείται η καλή και αξιόπιστη λειτουργία του κάθε μηχανήματος σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις του κατασκευαστικού οίκου. Οι προγραμματισμένες περιοδικές προληπτικές συντηρήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής:

- i. Τον έλεγχο ασφάλειας , τις μετρήσεις τάσεων ,παλμών, κ.λ.π.
- ii. Τον έλεγχο ικανότητας λειτουργίας και καλής απόδοσης εντός των εργοστασιακών προδιαγραφών (ποιοτικός έλεγχος).
- iii. Τις αναγκαίες ρυθμίσεις , λιπάνσεις , καθαρισμούς κ.λ.π.
- iv. Τη συμπλήρωση ή ενδεχομένως αντικατάσταση απαραίτητων εξαρτημάτων.
- v. Τη λήψη οιοδήποτε απαιτούμενου προληπτικού μέτρου για αποφυγή τυχόν ανωμαλιών ή ζημιών.
- vi. Την παροχή των εργοστασιακών αναβαθμίσεων ασφαλείας , υποστήριξης και απόδοσης εξοπλισμού.
- vii. Ψηφιακός στεφανιογράφος AXIOMARTISMP: Αρ. προληπτικών 3

Οι επισκέψεις για αυτές τις προληπτικές συντηρήσεις θα ορίζονται μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και του Ακτινολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου κύρια σε μονές ημερομηνίες, λόγω εφημερίας του νοσοκομείου στις ζυγές και θα είναι προγραμματισμένες για τουλάχιστον 1 χρόνο. Οι εργασίες θα περιγράφονται αναλυτικά στο Δελτίο Εργασίας της εταιρείας και θα υπογράφονται από τον αρμόδιο τεχνικό της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (προγραμματισμός από την αρχή της ετήσιας σύμβασης.

Αποκατάσταση βλάβης

Ο συντηρητής/ανάδοχος θα πρέπει να ανταποκριθεί άμεσα σε κάθε κλήση του Νοσοκομείου για αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης των μηχανημάτων που οφείλεται σε φυσιολογική φθορά από τη συνήθη και συνεχή χρήση. Καλείται να πραγματοποιήσει την επίσκεψη των τεχνικών του για αποκατάσταση πιθανών βλαβών εντός 48 ωρών από την αναγγελία της βλάβης που θα δηλώνεται από το Νοσοκομείο είτε τηλεφωνικά είτε με fax ή με e-mail.

Εξαιρούνται περιπτώσεις που λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν είναι δυνατή η άμεση μετάβαση του τεχνικού της εταιρείας στο χώρο του Νοσοκομείου.

Χρόνος ακινητοποίησης (DownTime)

Από τη στιγμή που το Νοσοκομείο ενημερώσει το συντηρητή για κάποια βλάβη η οποία έχει θέσει εκτός λειτουργίας ένα μηχάνημα, αρχίζει να μετρά ο χρόνος ακινητοποίησης (DownTime) ο οποίος είναι το χρονικό διάστημα που το μηχάνημα μένει εκτός παραγωγικής λειτουργίας λόγω βλάβης μέχρι την αποκατάσταση της (εξαιρούνται οι προγραμματισμένες ημέρες προληπτικής συντήρησης καθώς και οι μη εργάσιμες ημέρες όπως αργίες και Σαββατοκύριακα). Ο μέγιστος συνολικός χρόνος ακινητοποίησης κάθε μηχανήματος λόγω βλαβών κατά τη διάρκεια της σύμβασης, δε θα πρέπει αθροιστικά να ξεπερνάει τις οκτώ (8) ημέρες ετησίως. Για κάθε εργάσιμη ημέρα υπέρβασης του παραπάνω χρόνου ακινητοποίησης, θα επιβάλλεται ως ποινική ρήτρα, παράταση της σύμβασης συντήρησης και επισκευής του μηχανήματος για οκτώ (8) ημερολογιακές ημέρες.

Ημέρες και ώρες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών

Όλες οι επισκέψεις του συντηρητή είτε πρόκειται για προληπτική συντήρηση είτε για αποκατάσταση κάποιας βλάβης θα εκτελούνται στο χώρο του Νοσοκομείου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (από Δευτέρα έως Παρασκευή και από 7:00 έως 16:00). Εξαιρούνται οι ημέρες των εορτών και αργιών εκτός και αν έχει προηγηθεί από κοινού συνεννόηση για κάτι διαφορετικό. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής του τεχνικού θα καλύπτονται πλήρως από το συντηρητή. Κατά τις ημέρες και ώρες συντήρησης και αποκατάστασης των βλαβών θα παρευρίσκονται τεχνικοί του Νοσοκομείου για ενημέρωση και εκπαίδευσή τους

Συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου και συνεργασίες

α) Όλες οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών θα πρέπει να γίνονται πάντα με γνώμονα τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου καθώς και τις ισχύουσες προδιαγραφές των αναγνωρισμένων διεθνών προτύπων ασφαλείας και λειτουργίας για μηχανήματα. Οι εργασίες αυτές θα διεξάγονται από τους τεχνικούς του συντηρητή με τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μέτρησης και ελέγχου κατά τρόπο τεχνικά άρτιο.

β) Ο συντηρητής υποχρεούται να έχει άριστη συνεργασία με τις εταιρείες των ψηφιακών εκτυπωτών φιλμ – CD (για τις απαραίτητες ρυθμίσεις των μηχανημάτων για την καλύτερη δυνατή εικόνα).

γ) Ο συντηρητής υποχρεούται να έχει άριστη συνεργασία με τον ακτινοφυσικό του Νοσοκομείου και τη δυνατότητα των απαιτούμενων ρυθμίσεων βάσει των ελέγχων ποιότητας του ακτινοφυσικού σε συμμόρφωση με τα πρωτόκολλα της ΕΕΑΕ και την εθνική νομοθεσία.

Η εταιρεία, για το προσωπικό που εμπλέκεται στη συντήρηση, να προσκομίσει πιστοποιητικά εκπαίδευσης σε θέματα ακτινοπροστασίας και βεβαίωση ότι ο κάθε εργαζόμενος απολάβει ατομικής παρακολούθησης της έκθεσης (δοσιμετρία) σύμφωνα με το αρθ.51, παρ.3 γ & ε του ΠΔ101. ΦΕΚ194/Α/20.11.2018 «Θέσπιση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας»

Ανταλλακτικά –Υποχρεώσεις :

α) Στην περίπτωση που απαιτείται κάποιο ανταλλακτικό εξάρτημα για την αποκατάσταση μιας βλάβης, ο συντηρητής καλείται να καλύψει την προμήθεια και εγκατάσταση αυτού. Το κόστος όλων των ανταλλακτικών καθώς και τα έξοδα αποστολής και εγκατάστασης αυτών για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης θα καλύπτονται εξ ολοκλήρου από το συντηρητή χωρίς καμιά επιβάρυνση από το Νοσοκομείο. Τα ανταλλακτικά που ενδεχομένως θα χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση – επισκευή των βλαβών θα πρέπει να είναι ή κατασκευασμένα και πιστοποιημένα από τον κατασκευαστικό οίκο του μηχανήματος ή πιστοποιημένα από τον συντηρητή ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η ασφάλεια, η αξιοπιστία και η λειτουργικότητα του κάθε μηχανήματος. Σε περίπτωση μη εύρεσης ανταλλακτικού θα πρέπει να ενημερωθεί άμεσα και εγγράφως το Γμήμια Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου για να γίνεται η αντίστοιχη τιμολόγηση της σύμβασης συντήρησης έως την τελευταία ημέρα λειτουργίας του μηχανήματος. Παράλληλα θα πρέπει να υπάρχει διαθεσιμότητα ως στοκ στις αποθήκες του συντηρητή ένα επαρκές απόθεμα από τα βασικά τουλάχιστον

εξαρτήματα, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να γίνεται παραγγελία από το εξωτερικό, διαδικασία που ίσως είναι αρκετά χρονοβόρα και να έχει σαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην επανόρθωση ακόμα και μιας απλής βλάβης.

β) Πλήρη κάλυψη επανορθωτικών εργασιών όσες φορές αυτές απαιτηθούν και πλήρη κάλυψη από την συνήθη χρήση φθαρμένων ανταλλακτικών.

Από τα ανταλλακτικά εξαιρούνται τα εξής: Ακτινολογική λυχνία , ψηφιακοί ανιχνευτές , υλικά αποθήκευσης dvd, cd, φιλμ, ηλεκτρόδια , σκιαγραφικά σύριγγες εγχυτών.

γ) Σε περίπτωση αλλαγής λυχνίας ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει τη νέα λυχνία , να κατεβάσει την καμένη και να κάνει τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την πιο άριστη λειτουργία της.

δ) Προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση , ταχύτατη παράδοση ανταλλακτικών, διαθεσιμότητα τεχνικών.

ε) Την εγκατάσταση των απαραίτητων εργασιακών αναβαθμίσεων ασφαλείας , υποστήριξης και απόδοσης του κάθε συγκροτήματος.

Δελτίο τεχνικής αναφοράς (ServiceReport)

Μετά από κάθε προληπτική συντήρηση ή αποκατάσταση βλάβης, τα μηχανήματα θα παραδίδονται στο Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας προς χρήση μαζί με ένα συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο Δελτίο Τεχνικής Αναφοράς (ServiceReport) που θα αναφέρει την ώρα έναρξης και τέλους των εργασιών, τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν αναλυτικά, τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις για βελτίωση της λειτουργίας και απόδοσης των μηχανημάτων

Εργασίες διερεύνησης και αποκατάστασης βλαβών

α. Τηλεφωνικής υποστήριξης (απλής βλάβης) που μπορεί να αποκατασταθεί από τεχνικούς της Β.Τ ή τους χρήστες.

β. Απομακρυσμένη επέμβαση τεχνικών μέσω της λειτουργίας τηλεματικής τεχνικής υποστήριξης με σκοπό την άμεση επίλυση βλαβών, την προληπτική επέμβαση αποφυγή δυσλειτουργιών. Να αναφερθείτε λεπτομερώς.

Απόσυρση μηχανήματος

Αν κατά τη διάρκεια της σύμβασης συντήρησης και επισκευής κάποιο μηχάνημα τεθεί μόνιμα εκτός λειτουργίας και αποσυρθεί μετά από απόφαση του Νοσοκομείου , παύουν να ισχύουν οι υποχρεώσεις του συντηρητή γι' αυτό το μηχάνημα αλλά και οι οικονομικές απαιτήσεις του από το Νοσοκομείο για το υπόλοιπο του χρόνου σύμβασης συντήρησης. Στην περίπτωση αυτή ο συντηρητής θα πρέπει να ενημερωθεί εγγράφως από το Νοσοκομείο, τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη διακοπή ή τροποποίηση της σύμβασης

Πιστοποιήσεις της εταιρείας συντήρησης και των τεχνικών της

Ο συντηρητής θα πρέπει να έχει στη διάθεση του καλά καταρτισμένους τεχνικούς οι οποίοι να διαθέτουν αποδεδειγμένα την απαραίτητη τεχνογνωσία στα εν λόγω μηχανήματα, κύρια από την κατασκευάστρια εταιρεία. Παράλληλα , είναι απαραίτητη η αποδεδειγμένη εμπειρία του συντηρητή και των ανάλογων τεχνικών του σε συμβάσεις συντήρησης για όμοια μηχανήματα όπως αυτά που διαθέτει το Γ. Νοσοκομείο Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ»Ε.Ε.Σ όπως αναφέρονται στο σύνολό τους.

Να κατατεθούν επί ποινή απόρριψης , οι ακόλουθες βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά:

1. Κατάσταση και πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών του συντηρητή για τα εν λόγω μηχανήματα από την κατασκευάστρια εταιρεία ή εναλλακτικά να προσκομίσει βεβαιώσεις από την τεχνική υπηρεσία τριών(3) τουλάχιστον Δημόσιων Νοσοκομείων στην οποία αποδεικνύεται ότι

έχει εκτελέσει εργασίες συντήρησης σε όμοιο εξοπλισμό με του Νοσοκομείου μας, χωρίς προβλήματα, καθυστερήσεις και ποινές.

2. Πιστοποιητικό ISO 9001 και ISO 13485 για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
3. Η εταιρεία, για το προσωπικό που εμπλέκεται στη συντήρηση, να προσκομίσει πιστοποιητικά εκπαίδευσης σε θέματα ακτινοπροστασίας και βεβαίωση ότι ο κάθε εργαζόμενος απολάβει ατομικής παρακολούθησης της έκθεσης (δοσιμετρία) σύμφωνα με το αρθ.51, παρ.3 γ & ε του ΠΔ101. ΦΕΚ194/Α/20.11.2018 «Θέσπιση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας»

Έλεγχος ηλεκτρικής ασφάλειας μηχανημάτων

Απαραίτητος ο ετήσιος έλεγχος Ηλεκτρικής Ασφάλειας του AXIOMARTISMP, από ειδικό μηχάνημα και παράδοση στο τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας αντίστοιχου παραστατικού – καταγραφικού εντύπου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Με πλειοψηφία πέντε (5) ψήφων:

Α) Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών όπως μας κατέθεσε το τμήμα της Βιοιατρικής Τεχνολογίας και

Β) Την έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω γεγονότων απρόβλεπτων για την αναθέτουσα αρχή (άρθρο 32, παρ. 2γ του ν.4412/2016) για την ετήσια σύμβαση συντήρησης για το Αγγειογραφικό Συγκρότημα της εταιρείας SIEMENS, μοντέλοAxiom Artis MP»(CPV:50421000-2 υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού)προϋπολογισμένης ετήσιας δαπάνης 25.000,00€ πλέον ΦΠΑ (31.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)του Α.Α.27/2025σε βάρος του ΚΑΕ0887.

Δυο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ψήφισαν αρνητικά .

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΟΥΡΟΥΛΑΣ

Γ.Ν.Α. "ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ"

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΟΥΡΟΥΛΑΣ

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ

Δ.Σ.

ΙΣΧΥΡΓΕΙΑ:

ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Γ.Ρ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ

Γ.Ρ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ

Γ.Ρ. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΥΠ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΥΠ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜ. ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ

