



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α Θ Η Ν Ω Ν  
**ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.**  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ 1  
Τ.Κ.: 11526  
ΤΗΛ.: 213 2068917-18  
FAX : 213 2068259  
e- mail: [prom@0310.syzefxis.gov.gr](mailto:prom@0310.syzefxis.gov.gr)

ΑΘΗΝΑ 25/01/2016

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1500

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ Α ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ**

Σε εφαρμογή της υπ. αριθμ. 65/17-7-2015/21-7-2015 (Θέμα 1ο) απόφασης της ΕΠΥ περί σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων και επειδή το Νοσοκομείο προτίθεται να διενεργήσει Διαγωνισμό για:

Κωδικός Αριθμός είδους CPV	Περιγραφή Είδους CPV	Αξία με Φ.Π.Α./ €
33141112-8	ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗΣ ΜΕ ΓΑΖΑ	25.745,13 €

Προβαίνει, σήμερα 25/01/2016, με την παρούσα πρόσκληση ( Α Φάση) σε Δημόσια Διαβούλευση των επισυναπτόμενων τεχνικών προδιαγραφών.

Σημειώνεται ότι:

- 1) Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση ( Α ΦΑΣΗ), το Νοσοκομείο μας καταθέτει τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως συντάχθηκαν από την Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών προδιαγραφών, με σκοπό την Δημόσια συζήτηση και την λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων – σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών και της ευρύτερης συμμετοχής υποψήφιων προμηθευτών/αναδόχων.
- 2) Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε **δέκα (10)** ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (<http://www.korgialenio-benakio.gr>) , δηλαδή **μέχρι και τις 03/02/2016**.
- 3) Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους που ενδέχεται να

- θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο από τη δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.
- 4) Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών/αναδόχων, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών
  - 5) Σε περίπτωση τροποποίησης των αρχικών τεχνικών προδιαγραφών ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες Τεχνικές Προδιαγραφές για επιπλέον τέσσερις (4) ημέρες.
  - 6) Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην όλη διαδικασία, συνδράμοντας έτσι στην διαμόρφωση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.
  - 7) Τυχόν Πληροφορίες δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το τμήμα Προμηθειών.

## **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

### **Α/Α 1) ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ ( ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΤΑΙΝΙΑ ΧΑΡΤΙΝΗ)**

**Διάσταση ( 2,5 cm X 9,14 M)**

1. Να είναι κατασκευασμένο από μη υφασμένο ρεγιόν
2. Να είναι καινούργιο, αμεταχειρίστο και για την παραγωγή ή την κατασκευή του, να έχουν χρησιμοποιηθεί οι τελευταίες τεχνολογικές μέθοδοι
3. Να είναι άριστης ποιότητας και να μη φέρει ελαττώματα ή ατέλειες
4. Να είναι συσκευασμένο σε πηνία και η συσκευασία να είναι τέτοια ώστε να προστατεύει το υλικό σε περίπτωση μακροχρόνιας αποθήκευσης
5. Το χρώμα της ταινίας να είναι άσπρο
6. Να είναι από αδιαβρόχο υλικό και να επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος
7. Η κολλητική ουσία πρέπει να είναι πολυακρυλική και υποαλλεργική για να μην προκαλεί ερεθισμούς ακόμη και στις πλέον ευαίσθητες επιδερμίδες
8. Να μην αποκολλάται εύκολα ακόμα και όταν βραχεί
9. Να κόβεται εύκολα με το χέρι και να μην αφήνει υπολείματα στο δέρμα
10. Να είναι εύχρηστο στη χρήση και να μην κολλάει στα γάντια
11. Να είναι ακτινοδιαπερατό
12. Η εσωτερική τους επιφάνεια να είναι επιστρωμένη από ελεγχόμενα ομοιόμορφα κολλητική μάζα η οποία δεν αποχωρίζεται όταν ξετυλίγεται η ταινία
13. Να προσφέρουν εξαιρετική συγκράτηση και να αφαιρούνται ανώδυνα
14. Γενικά η ποιότητα του λευκοπλάστη να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Βρετανικής φαρμακοποιίας
15. Οι επισημάνσεις που πρέπει να υπάρχουν στην εξωτερική συσκευασία είναι το περιεχόμενο, οι διαστάσεις, η ποσότητα, στοιχεία κατασκευαστή, χώρα προέλευσης , πιστοποιητικό ποιότητας (CE MARK) μετά του σχετικού αριθμού που το ακολουθεί, ημερομηνία λήξης του προϊόντος , ημερομηνία παραγωγής του
16. Να υπάρξει δειγματισμός

## **Α/Α 2) ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ ( ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ Α Δ Ι Α Φ Α Ν Ε Σ )**

**2.1) Διάσταση ( 5 cm X 9,14 M )**

**2.2) Διάσταση ( 7,5 cm X 9,14 M )**

1. Να είναι κατασκευασμένο από συνθετικό μετάξι με πολυακρυλική κολλητική ουσία
2. Να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο και για την παραγωγή ή την κατασκευή του, να έχουν χρησιμοποιηθεί οι τελευταίες τεχνολογικές μέθοδοι
3. Να είναι αρίστης ποιότητας και να μη φέρει ελαττώματα ή ατέλειες
4. Να είναι συσκευασμένο σε πηνία και η συσκευασία να είναι τέτοια ώστε να προστατεύει το υλικό σε περίπτωση μακροχρόνιας αποθήκευσης
5. Το χρώμα της ταινίας να είναι άσπρο
6. Να μην αφήνει υπολείμματα συγκολλητικής ουσίας μετά την αφαίρεση της ταινίας
7. Να έχει την δυνατότητα να κόβεται εύκολα με το χέρι κατά μήκος και κατά πλάτος και να μην αφήνει ελεύθερες ίνες
8. Η συγκολλητική ουσία της ταινίας να παρέχει ισχυρή και σταθερή συγκόλληση
9. Να είναι υποαλλεργική και μην ερεθίζει και τις πλέον ευαίσθητες επιδερμίδες
10. Να επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος
11. Να είναι αδιάβροχο και ακτινοδιαπερατό
12. Η εσωτερική τους επιφάνεια να είναι επιστρωμένη από ελεγχόμενα ομοιόμορφα κολλητική μάζα η οποία δεν αποχωρίζεται όταν ξετυλίγεται η ταινία
13. Να προσφέρουν εξαιρετική συγκράτηση και να αφαιρούνται ανώδυνα
14. Να είναι εύχρηστο στη χρήση και να μην κολλάει στα γάντια
15. Να μην αποκολλάται εύκολα ακόμα και όταν βραχεί
16. Γενικά η ποιότητα του λευκοπλάστη να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Βρετανικής φαρμακοποιίας
17. Οι επισημάνσεις που πρέπει να υπάρχουν στην εξωτερική συσκευασία είναι το περιεχόμενο, οι διαστάσεις, η ποσότητα, στοιχεία κατασκευαστή, χώρα προέλευσης , πιστοποιητικό ποιότητας (CE MARK) μετά του σχετικού αριθμού που το ακολουθεί, ημερομηνία λήξης του προϊόντος , ημερομηνία παραγωγής του
18. Να υπάρξει δειγματισμός

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ**