



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α Θ Η Ν Ω Ν
ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ 1
Τ.Κ.: 11526
ΤΗΛ.: 213 2068917-18
FAX : 213 2068259
e- mail: prom@0310.syzefxis.gov.gr

ΑΘΗΝΑ 20/01/2016

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1057

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ Α ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ**

Σε εφαρμογή της υπ. αριθμ. 65/17-7-2015/21-7-2015 (Θέμα 1ο) απόφασης της ΕΠΥ περί σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων και επειδή το Νοσοκομείο προτίθεται να διενεργήσει Διαγωνισμό για:

Κωδικός Αριθμός είδους CPV	Περιγραφή Είδους CPV	Αξία με Φ.Π.Α./ €
33141615-4	ΣΑΚΟΙ ΓΙΑ ΟΥΡΑ (ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ)	8.145,06 €

Προβαίνει, σήμερα 20/01/2016, με την παρούσα πρόσκληση (Α Φάση) σε Δημόσια Διαβούλευση των επισυναπτόμενων τεχνικών προδιαγραφών.

Σημειώνεται ότι:

- 1) Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση (Α ΦΑΣΗ), το Νοσοκομείο μας καταθέτει τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως συντάχθηκαν από την Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών προδιαγραφών, με σκοπό την Δημόσια συζήτηση και την λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων – σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών και της ευρύτερης συμμετοχής υποψήφιων προμηθευτών/αναδόχων.
- 2) Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε **δέκα (10)** ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (<http://www.korgialenio-benakio.gr>) , δηλαδή **μέχρι και τις 29/01/2016**.
- 3) Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή

ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο από τη δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.

- 4) Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών/αναδόχων, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών
- 5) Σε περίπτωση τροποποίησης των αρχικών τεχνικών προδιαγραφών ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες Τεχνικές Προδιαγραφές για επιπλέον τέσσερις (4) ημέρες.
- 6) Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην όλη διαδικασία, συνδράμοντας έτσι στην διαμόρφωση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.
- 7) Τυχόν Πληροφορίες δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το τμήμα Προμηθειών.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α 1) ΑΠΛΟΙ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

1. Ουροσυλλέκτες πλαστικοί διπλής συρραφής διαφανείς, με πώμα απολύτου στεγανότητας και με σωλήνα που καταλήγει σε πλαστική υποδοχή και χωρητικότητας 2000cc.
2. Ο σωλήνας να είναι διαφανής με μεγάλη εσωτερική διάμετρο, να μην τσακίζει, να διαθέτει ειδική υποδοχή στο σημείο εισόδου για εύκολη και ασφαλή δειγματοληψία.
3. Το μήκος του σωλήνα να είναι περίπου 80 έως 120cm.
4. Να έχουν διαβάθμιση ανά 100ml.
5. Ο σωλήνας με το άκρο του καθετήρα να εφαρμόζει πολύ καλά.
6. Ο σάκος να έχει ενισχυμένες οπές για ασφαλή στήριξη.
7. Να φέρουν σήμανση CE.
8. Να προσκομισθεί δείγμα

Α/Α 2) ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

1. Ουροσυλλέκτες κλειστού κυκλώματος αποστειρωμένοι.
2. Να είναι κατασκευασμένοι από ιατρικού τύπου PCV με διπλές ραφές ασφαλείας σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.
3. Ο σάκος συλλογής να είναι χωρητικότητας μέχρι 2000ml.
4. Η μια πλευρά του σάκου να είναι διαφανής με ευκρινή διαβάθμιση ανά 100ml.
5. Να διαθέτει επίσης εσωτερική βαλβίδα μη παλινδρόμησης του περιεχομένου του σάκου στην ουροδόχο κύστη.

6. Η αποχετευτική έξοδος των ούρων να είναι διαφανής και τοποθετημένη στο κέντρο με διαφανή στρόφιγγα εκκένωσης τύπου T.
7. Ο σωλήνας να είναι διαφανής με μεγάλη εσωτερική διάμετρο, να μην τσακίζει, να διαθέτει ειδική υποδοχή στο σημείο εισόδου για εύκολη και ασφαλή δειγματοληψία ούρων.
8. Το μήκος του σωλήνα να είναι περίπου 80 έως 120cm και να καταλήγει σε ρύγχος που να προστατεύεται με κάλυμμα σκληρής σύστασης.
9. Ο σωλήνας με το άκρο του καθετήρα να εφαρμόζει πολύ καλά.
10. Ο σάκος να έχει ενισχυμένες οπές για ασφαλή στήριξη, να είναι συσκευασμένοι σε ασφαλή συσκευασία και να φέρουν σήμανση CE.
11. Να προσκομισθεί δείγμα
12. Να υπάρχει κοντά στο ρύγχος ειδική υποδοχή για εύκολη και ασφαλή δειγματοληψία ούρων για καλλιέργεια

A/A 3) ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ

1. Οι προμηθευτές θα προσφέρουν και τα ανάλογα στηρίγματα για την τοποθέτηση των προσφερομένων ουροσυλλεκτών στην κλίνη.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ