



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ 1
Τ.Κ.: 11526
ΤΗΛ.: 213 2068917-18
FAX : 213 2068259
e- mail: prom@0310.syzefxis.gov.gr

ΑΘΗΝΑ 19/02/2016

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3482

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ Α ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

Σε εφαρμογή της υπ. αριθμ. 65/17-7-2015/21-7-2015 (Θέμα 1ο) απόφασης της ΕΠΥ περί σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων και επειδή το Νοσοκομείο προτίθεται να διενεργήσει Διαγωνισμό για:

Κωδικός Αριθμός είδους CPV	Περιγραφή Είδους CPV	Αξία με Φ.Π.Α./ €
33157100-6	ΜΑΣΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ	2.856,06 €

Προβαίνει, σήμερα 19/02/2016, με την παρούσα πρόσκληση (Α Φάση) σε Δημόσια Διαβούλευση των επισυναπτόμενων τεχνικών προδιαγραφών.
Σημειώνεται ότι:

- 1) Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση (Α ΦΑΣΗ), το Νοσοκομείο μας καταθέτει τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως συντάχθηκαν από την Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών προδιαγραφών, με σκοπό την Δημόσια συζήτηση και την λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων – σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών και της ευρύτερης συμμετοχής υποψήφιων προμηθευτών/αναδόχων.
- 2) Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε **δέκα (10)** ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (<http://www.korgialenio-benakio.gr>) , δηλαδή **μέχρι και τις 28/02/2016.**

- 2) Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται, μετά την εγγραφή τους στο site του Νοσοκομείου, να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο από τη δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.
- 3) Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών/αναδόχων, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών
- 4) Σε περίπτωση τροποποίησης των αρχικών τεχνικών προδιαγραφών ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες Τεχνικές Προδιαγραφές για επιπλέον τέσσερις (4) ημέρες.
- 5) Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην όλη διαδικασία, συνδράμοντας έτσι στην διαμόρφωση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.
- 6) Τυχόν Πληροφορίες δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το τμήμα Προμηθειών.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ <<ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ>>

1. Να είναι άνετη, ελαφριά, αναπνεύσιμη, έχοντας λεπτής υφής κατασκευαστικό υλικό.
2. Να είναι υποαλλεργική, φιλική με το πρόσωπο του χρήστη.
3. Να έχει υψηλή ικανότητα φιλτραρίσματος μικροσωματιδίων (αποδοτικότητα διήθησης βακτηρίων 99,9%).
4. Να αποτελείται από τρία στρώματα από μη υφασμένες ίνες ρεγιόν, από τα οποία το μεσαίο στρώμα να είναι ειδικό φίλτρο χωρίς ίνες Fiberglass (υαλοβάμβακα) που προκαλούν ερεθισμό.
5. Να είναι υγροαπωθητική και να μην επιτρέπει τη διέλευση ρευστών σωμάτων (αίμα, οινόπνευμα, χειρουργικά υγρά κ.λ.π.)
6. Να φέρει μακρυά κορδόνια στο άνω και κάτω άκρο της (δετή) από φυσικό υλικό, ώστε να μην προκαλούν αλλεργία και ευαισθησία στο χρήστη.
7. Να φέρει επιρίνιο έλασμα, το οποίο να είναι εύκαμπτο, φαρδύ και να έχει άριστη εφαρμογή στη ράχη της ρινός.
8. Να φέρει συμμόρφωση με τα διεθνή ποιοτικά πρότυπα σε ISO, FDA και CE.
9. Να είναι διπλωμένη ανά τεμάχιο (μια – μια) μέσα στη συσκευασία της για την ευκολότερη λειτουργικότητα του χρήστη.
10. Η συσκευασία να είναι πρακτική και να αναγράφεται η ποσότητα των τεμαχίων που περιλαμβάνει.

2) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ <<ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ>>

1. Να είναι άνετη, ελαφριά, αναπνεύσιμη, έχοντας λεπτής υφής κατασκευαστικό υλικό, χωρίς να προκαλεί ασφυξία στον χρήστη.
2. Να είναι απαλή, υποαλλεργική φιλική προς το πρόσωπο του χρήστη και με δυνατότητα μακρόχρονης χρήσης .
3. Να έχει υψηλή ικανότητα φιλτραρίσματος μικροσωματιδίων (αποδοτικότητα διήθησης βακτηρίων 99,9%).
4. Να αποτελείται από 3 στρώματα από μη υφασμένες ίνες ρεγιόν, από τα οποία το μεσαίο στρώμα να είναι ειδικό φίλτρο χωρίς ίνες Fiberglass (υαλοβάμβακα) που προκαλούν ερεθισμό.
5. Να είναι διπλωμένη ανά τεμάχιο (μια – μια) μέσα σε συσκευασία της για ευκολότερη χρήση του προσωπικού.
6. Να φέρει μακριά κορδόνια από φυσικό υλικό στο άνω και κάτω μέρος της (δετή) ώστε να μην προκαλούν αλλεργία και ευαισθησία στον χρήστη.
7. Να φέρει ενσωματωμένο επιρίνιο έλασμα να είναι εύκαμπτο, φαρδύ και να έχει άριστη εφαρμογή στη ράχη της ρινός.
8. Να είναι υγραπρωθητική και να μην επιτρέπεται η διέλευση υγρών (χειρουργικών υγρών, αίματος).
9. Να φέρει όλα τα πιστοποιητικά γνησιότητας και ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO, FDA , CE.
10. Να φέρει συσκευασία ασφαλή και πρακτική και να αναγράφεται η ποσότητα των τεμαχίων που περιλαμβάνει.
11. Να φέρει μία διαφανή ζελατίνα προσώπου αντιθαμβωτική και μη αντανάκλαστική επίστρωση από πολυεστέρα, που αποτελεί φραγμό προστασίας του χρήστη από πιτσιλίσματα σωματικών υγρών .

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ