



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α Θ Η Ν Ω Ν
ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ 2
Τ.Κ.: 11526
ΤΗΛ.: 213 2068917-18
FAX : 213 2068259
e- mail: prom@0310.syzefxis.gov.gr

ΑΘΗΝΑ 27/04/2017

ΑΡ. ΠΡΩΤ.9032

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ Α ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ << ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ >>**

Επειδή το Νοσοκομείο προτίθεται να διενεργήσει Διαγωνισμό για:

Κωδικός Αριθμός είδους CPV	Περιγραφή Είδους CPV	Αξία με Φ.Π.Α./ €
33141114-2	ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ	75.962,04 €

- 1.) Προβαίνει, σήμερα **27/04/2017**, με την παρούσα πρόσκληση (**Α Φάση**) σε Δημόσια Διαβούλευση των επισυναπτόμενων τεχνικών προδιαγραφών.
- 2.) Σημειώνεται ότι: Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση (**Α ΦΑΣΗ**), το Νοσοκομείο μας καταθέτει τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως συντάχθηκαν από την Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών προδιαγραφών, με σκοπό την Δημόσια συζήτηση και την λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων – σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών και της ευρύτερης συμμετοχής υποψήφιων προμηθευτών/αναδόχων.
- 3.) Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε **δεκαπέντε (15)** ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (<http://www.korgialenio-benakio.gr>), δηλαδή **μέχρι και τις 12/05/2017**.
- 4.) Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται, μετά την εγγραφή τους στο site του Νοσοκομείου, να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο από τη δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.
- 5.) Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικειμενικά

κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών/αναδόχων, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

6.) Σε περίπτωση τροποποίησης των αρχικών τεχνικών προδιαγραφών ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες Τεχνικές Προδιαγραφές για επιπλέον τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες.

7.) Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην όλη διαδικασία, συνδράμοντας έτσι στην διαμόρφωση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

8.) Τυχόν Πληροφορίες για την πρόσκληση δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το τμήμα Προμηθειών.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η απορροφητική γάζα βάμβακος είναι ύφασμα απλής ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση.

Η υπό προμήθεια γάζα θα πρέπει να πληροί τους όρους του εναρμονισμένου προτύπου EN 14079/2003 και ειδικότερα να είναι τέλειος λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης ((σχίσματα, παραφασάδες, κλωστές). Να είναι ανθεκτική ώστε να μην διαλύεται κατά την χρήση της και να παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιεσδήποτε ουσίες (όπως μηχανέλαια κ.τ.λ.).

Να είναι σιδερωμένη και να μην είναι ή να μη φαίνεται λοξά ύφασμένη η γωνία σύγκλισης του στήμονα με την κρόκη να είναι 90 μοίρες.

Αριθμός κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο να ανήκει στον πέμπτο τύπο του πίνακα 1του προτύπου EN 14079/2003

Αριθμός κλωστών / εκ² ---- 18

Κλωστές κατά στήμονα / 100mm ---- 100 ±5

Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton's / mm

στη διεύθυνση του στήμονα --- 50

Κλωστές κατά κρόκη / 100mm --- 80 ±5

Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton's / mm στη διεύθυνση της κρόκης--- 30

Ελάχιστη μάζα σε γραμμάρια / m² --- 24

Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο. Πρέπει να παρέχουν προστασία από υγρασία, ρύπανση και να αντέχουν στη μεταφορά. Επί του εξωτερικού περιβλήματος θα πρέπει να αναγράφονται τα παρακάτω:

1. Τα στοιχεία του εργοστάσιου παραγωγής
2. Το είδος του περιεχομένου
3. Η ημερομηνία παραγωγής και λήξης
4. Ο αριθμός παρτίδας
5. Οι διαστάσεις (μήκος- πλάτος)
6. Η σήμανση πιστότητας CE
7. Η ένδειξη κρατικό είδος με ανεξίτηλη μελάνη

ΕΛΕΓΧΟΙ

Η ταυτοποίηση της απορροφητικής γάζας βάμβακος καθώς και έλεγχοι θα γίνονται σύμφωνα με το πρότυπο EN 14079/2003

Ο μακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από την επιτροπή παραλαβής και σε ποσοστό 10% της προσκομισθείσας ποσότητας.

Για τον εργαστηριακό έλεγχο η επιτροπή παραλαβής ξεχωρίζει την αναγκαία ποσότητα δείγματος την οποία αποστέλλει για έλεγχο στα αρμόδια εργαστήρια. Τα δείγματα και τα έξοδα του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνουν τον προμηθευτή.

A/A1	<p>Γ Α Ζ Α Α Π Η Μ Η Α Κ Τ Ι Ν Ο Σ Κ Ι Ε Ρ Η 5Χ5</p> <p>Να είναι υδρόφιλη αρίστης ποιότητας 100% βαμβάκι</p> <ul style="list-style-type: none">• Υψηλής απορροφητικότητας• Η πυκνότητα να είναι 18 κλωστών και ελάχιστο βάρος 24gr/m²• Να φέρουν συσκευασία ασφαλή και πρακτική• Να φέρουν κωδικό παρτίδας και ημερομηνία παραγωγής• Να είναι κομμένες ισομετρικά χωρίς ξέφτια με μεγάλη εσωτερική αναδίπλωση• Η συσκευασία να είναι εύχρηστη 100 τεμαχίων ανά πακέτο• Στο πακέτο να αναφέρεται η ποσότητα των τεμαχίων• Η ύφανση να είναι ορθογωνισμένη και όχι λοξή• Το πάχος της κλωστής να είναι ισομετρικό σε όλη την ύφανση• Να είναι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική φαρμακοποία• Να φέρουν σήμανση CE• Να είναι 12 αναδιπλώσεων (12ply) 5Χ5cm <p>Απαραίτητος δειγματισμός</p>
A/A2	<p>Γ Α Ζ Α Α Π Η Μ Η Α Κ Τ Ι Ν Ο Σ Κ Ι Ε Ρ Η 10Χ10</p> <p>Να είναι υδρόφιλη αρίστης ποιότητας 100% βαμβάκι</p> <ul style="list-style-type: none">• Υψηλής απορροφητικότητας• Η πυκνότητα να είναι 18 κλωστών και ελάχιστο βάρος 24gr/m²• Να φέρουν συσκευασία ασφαλή και πρακτική• Να φέρουν κωδικό παρτίδας και ημερομηνία παραγωγής• Να είναι κομμένες ισομετρικά χωρίς ξέφτια με μεγάλη εσωτερική αναδίπλωση• Η συσκευασία να είναι εύχρηστη 100 τεμαχίων ανά πακέτο• Στο πακέτο να αναφέρεται η ποσότητα των τεμαχίων• Η ύφανση να είναι ορθογωνισμένη και όχι λοξή• Το πάχος της κλωστής να είναι ισομετρικό σε όλη την ύφανση• Να είναι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική φαρμακοποία• Να φέρουν σήμανση CE• Να είναι 12 αναδιπλώσεων (12ply) 10Χ10cm <ul style="list-style-type: none">• Απαραίτητος δειγματισμός

A/A3	<p>ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ ΜΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ 10Χ20</p> <ul style="list-style-type: none"> • Να είναι υδρόφιλη αρίστης ποιότητας 100% βαμβάκι • Υψηλής απορροφητικότητας • Η πυκνότητα να είναι 18 κλωστών και ελάχιστο βάρος 24gr/m² • Να φέρουν συσκευασία ασφαλή και πρακτική <p>Να φέρουν κωδικό παρτίδας και ημερομηνία παραγωγής</p> <p>Να είναι κομμένες ισομετρικά ,χωρίς ξέφτια με μεγάλη εσωτερική αναδίπλωση.</p> <p>Η συσκευασία να είναι εύχρηστη, εκατό (100) τεμαχίων ανά πακέτο.</p> <p>Στο πακέτο να αναφέρεται η ποσότητα των τεμαχίων.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Η ύφανση να είναι ορθογωνισμένη και όχι λοξή • Το πάχος της κλωστής να είναι ισομετρικό σε όλη την ύφανση <p>Να είναι σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή φαρμακοποιία.</p> <p>Να φέρουν σήμανση CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Να είναι 12 αναδιπλώσεων (12ply) <p>10Χ20cm</p> <p>Απαραίτητος δειγματισμός</p>
-------------	---

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ
 Δ/ΝΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
 ΥΠ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ