



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α Θ Η Ν Ω Ν
ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ 2
Τ.Κ.: 11526
ΤΗΛ.: 213 2068917-18
FAX : 213 2068259
e- mail: prom@0310.syzefxis.gov.gr

ΑΘΗΝΑ 27/04/2017

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9035

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ Α ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ << ΣΑΚΟΙ ΓΙΑ ΟΥΡΑ >>

Επειδή το Νοσοκομείο προτίθεται να διενεργήσει Διαγωνισμό για:

| Κωδικός Αριθμός είδους CPV | Περιγραφή Είδους CPV | Αξία με Φ.Π.Α./ € |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| 33141615-4 | ΣΑΚΟΙ ΓΙΑ ΟΥΡΑ | 7.482,86 € |

- 1.) Προβαίνει, σήμερα **27/04/2017**, με την παρούσα πρόσκληση (**Α Φάση**) σε Δημόσια Διαβούλευση των επισυναπτόμενων τεχνικών προδιαγραφών.
- 2.) Σημειώνεται ότι: Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση (**Α ΦΑΣΗ**), το Νοσοκομείο μας καταθέτει τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως συντάχθηκαν από την Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών προδιαγραφών, με σκοπό την Δημόσια συζήτηση και την λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων – σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών και της ευρύτερης συμμετοχής υποψήφιων προμηθευτών/αναδόχων.
- 3.) Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε **δεκαπέντε (15)** ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (<http://www.korgialenio-benakio.gr>), δηλαδή **μέχρι και τις 12/05/2017**.
- 4.) Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται, μετά την εγγραφή τους στο site του Νοσοκομείου, να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο από τη δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.
- 5.) Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή

προμηθευτών/αναδόχων, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

6.) Σε περίπτωση τροποποίησης των αρχικών τεχνικών προδιαγραφών ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες Τεχνικές Προδιαγραφές για επιπλέον τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες.

7.) Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην όλη διαδικασία, συνδράμοντας έτσι στην διαμόρφωση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

8.) Τυχόν Πληροφορίες για την πρόσκληση δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το τμήμα Προμηθειών.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ουροσυλλέκτες μίας γρήσεως

1. Να είναι πλαστικοί από ειδικού τύπου PVC ,διαφανείς, απολύτου στεγανότητας διπλής συρραφής.
2. Να είναι χωρητικότητας 2000ml.
3. Να έχουν διαβάθμιση ανά 100ml.
4. Να έχουν μήκος σωλήνα 80-120εκ. περίπου, να μην τσακίζει, ο οποίος να καταλήγει σε ρύγχος που να προστατεύεται με κάλυμμα,, εύκολο και ασφαλές στην εφαρμογή του.
5. Να διαθέτουν ενισχυμένες οπές ώστε να επιτρέπουν την προσαρμογή ειδικού στηρίγματος ή να διαθέτουν ενσωματωμένο πλαστικό στήριγμα για ασφαλή στήριξη
6. Να έχουν ειδική εσωτερική βαλβίδα μη παλινδρόμησης του περιεχομένου του σάκου στην ουροδόχο κύστη

Ουροσυλλέκτες κλειστού κυκλώματος αποστειρωμένοι

1. Να είναι πλαστικοί από ειδικού τύπου PVC ,διαφανείς, απολύτου στεγανότητας διπλής συρραφής
2. Να είναι χωρητικότητας 2000ml,3000ml κ 4000ml.
3. Να έχουν διαβάθμιση ανά 25ml μέχρι τα 100 ml και ανά 100 ml έως τα 2000 ml με παράλληλη ένδειξη ανά 500 ml
4. Να έχουν μήκος σωλήνα 80-120εκ. περίπου, να μην τσακίζει, ο οποίος να καταλήγει σε ρύγχος που να προστατεύεται με κάλυμμα, εύκολο και ασφαλές στην εφαρμογή του.
5. Να διαθέτουν ενισχυμένες οπές ώστε να επιτρέπουν την προσαρμογή ειδικού στηρίγματος ή να διαθέτουν ενσωματωμένο πλαστικό στήριγμα για ασφαλή στήριξη
6. Να έχουν ειδική εσωτερική βαλβίδα μη παλινδρόμησης του περιεχομένου του σάκου στην ουροδόχο κύστη
7. Να υπάρχει στο κέντρο (στο τέλος του σάκου) ειδική στρόφιγγα εκκένωσης του σάκου , ασφαλής και εύχρηστη, τύπου T.

8. Να υπάρχει ειδικό κλιπ για τη διακοπή της ροής των ούρων, προαιρετικά
9. Να υπάρχει κοντά στο ρύγχος ειδική υποδοχή -πρόσβαση για εύκολη και ασφαλή δειγματοληψία ούρων για καλλιέργεια
10. Να είναι ατομικά συσκευασμένοι και αποστειρωμένοι

Στηρίγματα ουροσυλλεκτών πλαστικά

Οι προμηθευτές θα προσφέρουν και τα ανάλογα στηρίγματα για την τοποθέτηση των προσφερόμενων ουροσυλλεκτών στην κλίνη, τα οποία θα είναι συμβατά με τους προσφερόμενους ουροσυλλέκτες.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- ✓ Όλα τα προϊόντα πρέπει να έχουν υποχρεωτική αναφορά του εργοστασιακού κωδικού παραγωγής
- ✓ Οι ενδείξεις να είναι γραμμένες και στην Ελληνική γλώσσα
- ✓ Να είναι πιστοποιημένα (σήμανση CE)
- ✓ Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης
- ✓ Να μην κάμπτονται οι σωλήνες των ουροσυλλεκτών κατά τη συσκευασία
- ✓ Η υπηρεσία μπορεί να προβεί σε έλεγχο από διαπιστευμένο εργαστήριο ή αναγνωρισμένο εργαστήριο του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημόσιου τομέα
- ✓ Η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προβεί σε έλεγχο δειγμάτων , το κόστος του οποίου βαρύνει τον προμηθευτή
- ✓ Η αξιολόγηση θα γίνει απαραίτητα με την προσφορά δείγματος

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ
Δ/ΝΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΥΠ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ