



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α Θ Η Ν Ω Ν  
**ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.**  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ 2  
Τ.Κ.: 11526  
ΤΗΛ.: 213 2068917-18  
FAX : 213 2068259  
e- mail: [prom@0310.syzefxis.gov.gr](mailto:prom@0310.syzefxis.gov.gr)

ΑΘΗΝΑ 16/05/2017

ΑΡ. ΠΡΩΤ.10828

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ Α ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ << ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΑ >>**

Επειδή το Νοσοκομείο προτίθεται να διενεργήσει Διαγωνισμό για:

Κωδικός Αριθμός είδους CPV	Περιγραφή Είδους CPV	
33141000-0	ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΑ	

- 1.) Προβαίνει, σήμερα **16/05/2017**, με την παρούσα πρόσκληση ( **Α Φάση**) σε Δημόσια Διαβούλευση των επισυναπτόμενων τεχνικών προδιαγραφών.
- 2.) Σημειώνεται ότι: Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση ( **Α ΦΑΣΗ**), το Νοσοκομείο μας καταθέτει τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως συντάχθηκαν από την Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών προδιαγραφών, με σκοπό την Δημόσια συζήτηση και την λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων – σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών και της ευρύτερης συμμετοχής υποψήφιων προμηθευτών/αναδόχων.
- 3.) Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε **δεκαπέντε (15)** ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (<http://www.korgialenio-benakio.gr>), δηλαδή **μέχρι και τις 31/05/2017**.
- 4.) Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται, μετά την εγγραφή τους στο site του Νοσοκομείου, να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο από τη δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.

5.) Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών/αναδόχων, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

6.) Σε περίπτωση τροποποίησης των αρχικών τεχνικών προδιαγραφών ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες Τεχνικές Προδιαγραφές για επιπλέον τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες.

7.) Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην όλη διαδικασία, συνδράμοντας έτσι στην διαμόρφωση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

8.) Τυχόν Πληροφορίες για την πρόσκληση δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το τμήμα Προμηθειών.

### **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ**

1. Χημική ουσία: υαλουρονικό νάτριο 3%

Μοριακό βάρος: 1.000.000 - 2.000.000 daltons

Ιξώδες: 350.000 - 400.00 mPas

Ωσμωμοριακότητα: 250 - 400 mOsmol/l

pH: 6,8 - 7,6

2. Χημική ουσία: υαλουρονικό νάτριο 2%

Μοριακό βάρος: 3.000.000 - 3.500.000 daltons.

Ιξώδες: 380.00 - 420.000 mPas.

Ωσμωμοριακότητα: 280 - 330 mOsmol/l

pH: 6.8 - 7.6.

3. Χημική ουσία: υαλουρονικό νάτριο 2%

Μοριακό βάρος: 1.800.000 - 2.200.000 daltons

Ιξώδες: 40.000 - 60.000 mPas

Ωσμωμοριακότητα: 300 - 350 mOsmol/l

pH: 6,8 - 7,6

4. Χημική ουσία: υαλουρονικό νάτριο 1,8%

Μοριακό βάρος: 1.000.000 - 2.000.000 daltons

Ιξώδες: 100.000 - 150.00 mPas

Ωσμωμοριακότητα: 250 - 400 mOsmol/l

pH: 6,8 - 7,6

5. Χημική ουσία: υαλουρονικό νάτριο 1,6%

Μοριακό βάρος: 1.000.000 - 3.000.000 daltons

Ιξώδες: 40.000 - 60.000 mPas  
Ωσμωμοριακότητα: 300 - 400 mOsm/l  
pH: 6,8 - 7,6

**6.** Χημική ουσία: συνδυασμός υαλουρονικό νάτριο 3% με θειική χονδροϊτίνη 4%

Μοριακό βάρος (υαλουρονικού νατρίου): 500.000 - 1.000.000 daltons  
Ιξώδες: 20.000 - 60.000 mPas  
Ωσμωμοριακότητα: 250 - 400 mOsm/l  
pH: 7,0 - 7,6

**7.** Χημική ουσία: συνδυασμός υαλουρονικό νάτριο 2% με θειική χονδροϊτίνη 2%

Μοριακό βάρος (υαλουρονικού νατρίου): 2.000.000 - 3.000.000 daltons  
Ιξώδες: 20.000 - 60.000 mPas  
Ωσμωμοριακότητα: 250 - 400 mOsm/l  
pH: 7,0 - 7,6

## **ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Επί προϊόντων με ισοδύναμες τεχνικές προδιαγραφές μπορεί να ληφθούν υπόψη ως συγκριτικά πλεονεκτήματα στην περαιτέρω διαδικασία προμήθειας 1) η ποσότητα του προϊόντος ανά σύριγγα (π.χ. 0,75 ή 1.0 ml) και η δυνατότητα αποθήκευσης εκτός ψυγείου.

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

**ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ**

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ**  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ  
Δ/ΝΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
ΥΠ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ