



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α Θ Η Ν Ω Ν
ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ 2
Τ.Κ.: 11526
ΤΗΛ.: 213 2068917-18
FAX : 213 2068259
e- mail: prom@0310.syzefxis.gov.gr

ΑΘΗΝΑ 6/06/2017

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 12641

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ Β ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ << ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ) >>

Σε συνέχεια της με αρ.πρωτ.10191/10-05-2017 πρόσκλησης Α΄ φάσης Δημόσιας διαβούλευσης περί σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων και επειδή το Νοσοκομείο προτίθεται να διενεργήσει Διαγωνισμό για:

Κωδικός Αριθμός είδους CPV	Περιγραφή Είδους CPV	Αξία με Φ.Π.Α./ €
33140000-3	ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ)	271.179,14€

Προβαίνει, σήμερα με την παρούσα πρόσκληση (**Β Φάση**) σε Δημόσια Διαβούλευση των επισυναπτόμενων τεχνικών προδιαγραφών.

Σημειώνεται ότι:

- 1) Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση (**Β ΦΑΣΗ**), το Νοσοκομείο μας καταθέτει **τις αναδιαμορφωμένες Τεχνικές Προδιαγραφές**, όπως συντάχθηκαν από την Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών προδιαγραφών, με σκοπό την Δημόσια συζήτηση και την λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων – σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών και της ευρύτερης συμμετοχής υποψήφιων προμηθευτών/αναδόχων.
- 2) Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (<http://www.korgialenio-benakio.gr>), δηλαδή **μέχρι και τις 10/06/2017.**

- 3) Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται, μετά την εγγραφή τους στο site του Νοσοκομείου, να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο από τη δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.
- 4) Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών/αναδόχων, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών
- 5) Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην όλη διαδικασία, συνδράμοντας έτσι στην διαμόρφωση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.
- 6) Τυχόν Πληροφορίες για την πρόσκληση δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το τμήμα Προμηθειών.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ: Τα συνθετικά αγγειακά μοσχεύματα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να διαθέτουν χαρακτηριστικά που αφορούν την συσκευασία και την κατασκευή , ώστε να είναι ασφαλής η τοποθέτηση τους σε ασθενείς για άριστα μακροχρόνια αποτελέσματα.

1. Συσκευασία:

- α) αποστειρωμένα και σε συσκευασία μιας χρήσης
- β) οδηγίες χρήσεως του μοσχεύματος
- γ) αυτοκόλλητες ετικέτες για την καταγραφή αριθμού και ημερομηνίας λήξεως (σε εμφανές σημείο)
- δ) να προσφέρονται σε ειδική διπλή συσκευασία για την ασφαλή διεγχειρητική τους χρήση

2.Υλικά και διαστάσεις

1. Να αποτελούνται από Knitted Dacron με ειδικό χνούδι (velour) που είναι:

- α) εμπλουτισμένο με αλβουμίνη ή κολλαγόνο ή ζελατίνη έτσι ώστε να μην απαιτείται πρόπηξη του σε αίμα
 - β) να είναι εμποτισμένο με αντιμικροβιακή ουσία
 - γ) να είναι εμποτισμένο με αντιθρομβωτική ουσία
2. Τα Dacron πρέπει να είναι ευθέα και διχαλωτά.

- α) Τα ευθέα να προσφερθούν σε διάμετρο από 6mm έως 25mm και μήκος μέχρι 75cm.
 - β) Τα διχαλωτά Dacron πρέπει να έχουν διαστάσεις από 12X6mm έως 24X12mm και μήκος σκελών μέχρι 50cm.
- Για ειδικές χρήσεις θωρακικών ανευρυσμάτων τα Dacron πρέπει να είναι ευθέα και διαστάσεων 26mm έως 38mm με μήκος 60cm.

Ειδικότερα:

- α) Ευθέα διαφόρων διαστάσεων
- β) Διχαλωτά διαφόρων διαστάσεων
- γ) Ευθέα Θωρακοκοιλιακά

3. Για περιφερικές παρακάμψεις να αποτελούνται από εκτατό (expanded) πολυτετραφλουροαιθυλένιο (e-PTFE) με προστατευτική επικάλυψη.

Τα μοσχεύματα από e-PTFE ει δυνατόν πρέπει να έχουν την δυνατότητα να επαναποστειρώνονται χωρίς να χάνουν τις ιδιότητες τους .

Τα e-PTFE μοσχεύματα πρέπει να είναι :

- α) Κανονικού πάχους τοιχώματος
- β) με λεπτά τοιχώματα (thin wall) και να φέρουν εξωτερικούς δακτυλίους
- γ) πρέπει να είναι ευθέα σε όλες τις διαστάσεις διαμέτρων από 4mm έως 10mm
- δ) διχαλωτό όλων των διαστάσεων
- ε) έτοιμα μασχαλοδιμηριαία μοσχεύματα

4. Για παρακάμψεις σε εγχειρήσεις καρωτίδων να προσφερθούν

- α) σωλήνες σιλικόνης (shunt) όλων των τύπων και διαστάσεων με ή χωρίς μπαλόνι
- β) ενθέματα (patch) καρδιοαγγειακά από PTFE διαφόρων διαστάσεων

γ) ενθέματα από Dacron διαφόρων διαστάσεων

5. Βιολογικά υλικά

α) ενθέματα από βόειο κολλαγόνο

β) μοσχεύματα από πρόβειο κολλαγόνο και Dacron πλέγμα (για περιπτώσεις λοιμώξεων)

Τα υλικά που θα προσφερθούν να συνοδεύονται από έγκυρες βιβλιογραφικές παραπομπές που θα αποδεικνύουν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της χρήσης του σε διεθνείς μελέτες . Να φέρουν όλα τα σχετικά πιστοποιητικά CE , MARK, ISO, FDA κλπ. Να φέρουν το σήμα του εργοστασίου κατασκευής κωδικό αριθμό της παρτίδας και ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Δ/ΝΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΥΠ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ