



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α Θ Η Ν Ω Ν
ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ 2
Τ.Κ.: 11526
ΤΗΛ.: 213 2068917-18
FAX : 213 2068259
e- mail: prom@0310.syzefxis.gov.gr

ΑΘΗΝΑ 5/07/2017

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 15593

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ Α ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Επειδή το Νοσοκομείο προτίθεται να διενεργήσει Διαγωνισμό για:

Κωδικός Αριθμός είδους CPV	Περιγραφή Είδους CPV
33140000-3	<<ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ) >>

- 1.) Προβαίνει, με την παρούσα πρόσκληση (**Α Φάση**) σε Δημόσια Διαβούλευση των επισυναπτόμενων τεχνικών προδιαγραφών.
- 2.) Σημειώνεται ότι: Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση (**Α ΦΑΣΗ**), το Νοσοκομείο μας καταθέτει τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως συντάχθηκαν από την Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών προδιαγραφών, με σκοπό την Δημόσια συζήτηση και την λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων – σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών και της ευρύτερης συμμετοχής υποψήφιων προμηθευτών/αναδόχων.
- 3.) Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε **δεκαπέντε (15)** ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (<http://www.korgialenio-benakio.gr>), δηλαδή **μέχρι και τις 20/07/2017**.
- 4.) Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται, μετά την εγγραφή τους στο site του Νοσοκομείου, να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο από τη δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.
- 5.) Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικειμενικά

κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών/αναδόχων, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

6.) Σε περίπτωση τροποποίησης των αρχικών τεχνικών προδιαγραφών ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες Τεχνικές Προδιαγραφές για επιπλέον τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες.

7.) Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην όλη διαδικασία, συνδράμοντας έτσι στην διαμόρφωση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

8.) Τυχόν Πληροφορίες για την πρόσκληση δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το τμήμα Προμηθειών.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ
1.	Μαχαιρίδιο 15 μοιρών μιας χρήσης με χειρολαβή από ιατρικό χάλυβα για πλάγια είσοδο στον πρόσθιο θάλαμο βοηθητικών εργαλείων με ειδική επίστρωση κατά των αντανάκλασεων του μικροσκοπίου , με ειδικό σχεδιασμό για οφθαλμολογικές επεμβάσεις καθώς και προστατευτικό σπόγγο ασφαλείας στη λόγχη του
2.	Μαχαιρίδιο φακοθρυψίας τριγωνικό μιας χρήσης, κεκαμένο 2,75 χιλ., από ιατρικό χάλυβα με ειδικό σχεδιασμό για οφθαλμολογικές επεμβάσεις , ειδική επίστρωση κατά των αντανάκλασεων του μικροσκοπίου, τύπου clear cut καθώς και προστατευτικό σπόγγο ασφαλείας στη λόγχη του.
3.	Μαχαιρίδιο μιας χρήσης τύπου Crescent κεκαμένο με άνω κοπτικά σημεία, bevel up για επέκταση αρχικής τομής φακοθρυψίας καθώς και για εγχείρηση γλαυκώματος, με προστατευτικό σπόγγο ασφαλείας στη λόγχη του.
4.	Μαχαιρίδιο φακοθρυψίας μιας χρήσης κεκαμένο, 2,2 χιλ. με άνω και κάτω κοπτικά σημεία ,από ιατρικό χάλυβα με ειδικό σχεδιασμό για οφθαλμολογικές επεμβάσεις , ειδική επίστρωση κατά των αντανάκλασεων του μικροσκοπίου και ειδική σήμανση στα 2 χιλ. ώστε να υπάρχει η δυνατότητα οπτικής αξιολόγησης από το χειρουργό του βάθους της τομής.
5.	Μαχαιρίδιο τύπου Ziegler για σκληροτομές Υαλοειδεκτομής 20 gause, από ιατρικό χάλυβα με ειδικό σχεδιασμό για οφθαλμολογικές επεμβάσεις , ειδική επίστρωση κατά των αντανάκλασεων του μικροσκοπίου, καθώς και προστατευτικό σπόγγο ασφαλείας στη λόγχη του.
6.	Μαχαιρίδιο φακοθρυψίας μιας χρήσης κεκαμένο, 2,4 χιλ. με άνω και κάτω κοπτικά_σημεία, από ιατρικό χάλυβα με ειδικό σχεδιασμό για οφθαλμολογικές επεμβάσεις , ειδική επίστρωση κατά των αντανάκλασεων του μικροσκοπίου και ειδική σήμανση στα 2 χιλ. ώστε να υπάρχει η δυνατότητα οπτικής αξιολόγησης από το χειρουργό του

	βάθους της τομής.
7.	Μαχαιρίδια ανταλλακτικά (Λεπίδες) χειρουργικών μαχαιριδίων αποστειρωμένες No 22
8.	Μαχαιρίδια ανταλλακτικά (Λεπίδες) χειρουργικών μαχαιριδίων αποστειρωμένες No 10
9.	Μαχαιρίδια ανταλλακτικά (Λεπίδες) χειρουργικών μαχαιριδίων αποστειρωμένες No 11
10.	Μαχαιρίδια ανταλλακτικά (Λεπίδες) χειρουργικών μαχαιριδίων αποστειρωμένες No 15
11.	Μαχαιρίδια ανταλλακτικά (Λεπίδες) χειρουργικών μαχαιριδίων αποστειρωμένες No 20
12.	Μαχαιρίδια ανταλλακτικά (Μαχαιρίδια με πλαστική λαβή) χειρουργικών μαχαιριδίων αποστειρωμένα No 10
13.	Μαχαιρίδια ανταλλακτικά (Μαχαιρίδια με πλαστική λαβή) χειρουργικών μαχαιριδίων αποστειρωμένα No 11
14.	Μαχαιρίδια διαθερμιών όλων των τύπων για VALLEYLAB μαχαιρίδια
15.	Μαχαιρίδια μονοπόδαρα οπτικού ουρηθροτόμου, στρογγυλά
16.	Μαχαιρίδια-Λάμες όλα τα μεγέθη για ηλεκτρικό δερμοτόμο AESCULAP
17.	Μαχαιρίδια-Λάμες ανταλλακτικές για αεροπρίονο AESCULAP, 20mm μήκος λάμας 7,5cm
18.	Μαχαιρίδια-Λάμες ανταλλακτικές για αεροπρίονο AESCULAP, 20mm μήκος λάμας 35mm
19.	Μαχαιρίδια-Λάμες ανταλλακτικές για αεροπρίονο AESCULAP, 25mm μήκος λάμας 7,5cm
20.	Μαχαιρίδια-Λάμες ανταλλακτικές για αεροπρίονο AESCULAP, 25mm μήκος λάμας 9,0cm
21.	Μαχαιρίδια-Λάμες ανταλλακτικές για αεροπρίονο AESCULAP, 30mm μήκος λάμας 7,5cm
22.	Μαχαιρίδια-Λάμες ανταλλακτικές για αεροπρίονο AESCULAP, 30mm μήκος λάμας 9,0cm
23.	Μαχαιρίδια-Λάμες ανταλλακτικές για αεροπρίονο AESCULAP, 10mm

	μήκος λάμας 7,5cm
24.	Μαχαιρίδια-Λάμες ανταλλακτικές για αεροπρίονο AESCULAP, 10mm μήκος λάμας 35mm
25.	Μαχαιρίδια-Λάμες ανταλλακτικές για αεροπρίονο AESCULAP, 15mm μήκος λάμας 7,5cm
26.	Μαχαιρίδια-Λάμες ανταλλακτικές για αεροπρίονο AESCULAP, 40mm μήκος λάμας 9,0cm
27.	Μαχαιρίδια-Λάμες ανταλλακτικές αεροπρίονου, όλα τα μεγέθη, για αεροπρίονο SYNTHES
28.	Μαχαιρίδια-Λάμες ανταλλακτικές μηχανής κουρέματος κεφαλής AESCULAP, διάφορα μεγέθη
29.	Μαχαιρίδια-Πριονάκια για ηλεκτρικό κраниοτόμο AESCULAP
30.	Μαχαιρίδια-Πριονάκια ζιγκλι με πλέγμα 6 συρμάτων μήκος 50cm ανοξειδωτα
31.	Μαχαιρίδια-Πριονάκια λαβών τουρ για γναθοχειρουργική (για τουρ AESCULAP)
32.	Πριονάκια για ηλεκτρικό τρυπάνι ΤΟΥΡ AESCULAP όλα τα μεγέθη για ΩΡΛ επεμβάσεις

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ
 Δ/ΝΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
 ΥΠ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ