



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α Θ Η Ν Ω Ν
ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ 2
Τ.Κ.: 11526
ΤΗΛ.: 213 2068917-18
FAX : 213 2068259
e- mail: prom@0310.syzefxis.gov.gr

ΑΘΗΝΑ 15/09/2017

ΑΡ. ΠΡΩΤ.20769

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ Β ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ << ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ >>**

Σε συνέχεια της με αρ.πρωτ. 17198/24-07-2017 πρόσκλησης Α΄ φάσης Δημόσιας διαβούλευσης περί σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων και επειδή το Νοσοκομείο προτίθεται να διενεργήσει Διαγωνισμό για:

Κωδικός Αριθμός είδους CPV	Περιγραφή Είδους CPV	Αξία με Φ.Π.Α./ €
33141620-2	ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ	15.000,00 €

Προβαίνει, σήμερα **15/09/2017**, με την παρούσα πρόσκληση (**Β Φάση**) σε Δημόσια Διαβούλευση των επισυναπτόμενων τεχνικών προδιαγραφών.
Σημειώνεται ότι:

- 1) Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση (**Β ΦΑΣΗ**), το Νοσοκομείο μας καταθέτει τις **αναδιαμορφωμένες Τεχνικές Προδιαγραφές** , όπως συντάχθηκαν από την Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών προδιαγραφών, με σκοπό την Δημόσια συζήτηση και την λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων – σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών και της ευρύτερης συμμετοχής υποψήφιων προμηθευτών/αναδόχων.
- 2) Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (<http://www.korgialenio-benakio.gr>) , δηλαδή **μέχρι και τις 21/09/2017**.
- 3) Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται, μετά την εγγραφή τους στο site του Νοσοκομείου, να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να

επισημάνουν τους όρους που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο από τη δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.

- 4) Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών/αναδόχων, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών
- 5) Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην όλη διαδικασία, συνδράμοντας έτσι στην διαμόρφωση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.
- 6) Τυχόν Πληροφορίες για την πρόσκληση δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το τμήμα Προμηθειών.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Να διαθέτει ηλεκτρική αυτόματη ρύθμιση καθίσματος από επίπεδη (ύπτια) σε πλάγια θέση, με κατάλληλη ρύθμιση της κλίσης ώστε να γίνεται δυνατή η απρόσκοπτη διενέργεια ηχοκαρδιογραφίας κόπωσης. Να έχει σύστημα στήριξης για κεφάλι, άνω και κάτω άκρα. Να διαθέτει πλευρικά στηρίγματα και ζώνη συγκράτησης για τον ασθενή και να εξασφαλίζει την κατάλληλη προσπέλαση του ηχοβολέα για την ηχοκαρδιογραφική μελέτη.
- Να δέχεται ασθενείς με ύψος έως τουλάχιστον 2 μέτρα και βάρος τουλάχιστον 140 κιλά και να διαθέτει ηλεκτρική ρύθμιση του ύψους της θέσης για εξεταζόμενους από 120 έως τουλάχιστον 200cm
- Να διαθέτει πληκτρολόγιο και οθόνη LCD για την απεικόνιση βασικών παραμέτρων, ηλεκτρονικό σύστημα για αναίμακτη μέτρηση αρτηριακής πίεσης και φρένα ηλεκτρονικά ελεγχόμενα. Το εύρος ταχύτητας του εργοποδηλάτου να είναι 30-130 στροφές/λεπτό.
- Να συνδέεται με ηλεκτρονικό υπολογιστή και να δέχεται εντολές βάσει πρωτοκόλλων. Να διαθέτει ενσωματωμένα προγράμματα κόπωσης και προγράμματα κόπωσης που να ρυθμίζονται από τον εξεταστή. Να διαθέτει δυνατότητα αναβάθμισης με συμβατό λογισμικό δοκιμασίας κόπωσης.
- Να διαθέτει CE Mark και ISO για συντήρηση ιατρικών μηχανημάτων

- Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 1 έτος
- Να γίνει εκπαίδευση της χρήσης του από εξειδικευμένο προσωπικό και να υπάρχει πιστοποιημένος τεχνικός από τον κατασκευαστικό οίκο για το μηχάνημα.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι.ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝ.ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Δ/ΝΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΥΠ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ