

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α Θ Η Ν Ω Ν
ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ 2
Τ.Κ.: 11526
ΤΗΛ.: 213 2068917-18
FAX : 213 2068259
e- mail: prom@0310.syzefxis.gov.gr

ΑΘΗΝΑ 23/10/2017

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 23645.....

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ Α ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Επειδή το Νοσοκομείο προτίθεται να διενεργήσει Διαγωνισμό για:

| Κωδικός Αριθμός είδους CPV | Περιγραφή Είδους CPV |
|----------------------------|------------------------------|
| 33141110-4 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ (ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) |

- 1.) Προβαίνει, με την παρούσα πρόσκληση (**Α Φάση**) σε Δημόσια Διαβούλευση των επισυναπτόμενων τεχνικών προδιαγραφών.
- 2.) Σημειώνεται ότι: Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση (**Α ΦΑΣΗ**), το Νοσοκομείο μας καταθέτει τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως συντάχθηκαν από την Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών προδιαγραφών, με σκοπό την Δημόσια συζήτηση και την λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων – σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών και της ευρύτερης συμμετοχής υποψήφιων προμηθευτών/αναδόχων.
- 3.) Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε **δεκαπέντε (15)** ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (<http://www.korgialenio-benakio.gr>), δηλαδή **μέχρι και τις 7/11/2017**.
- 4.) Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται, μετά την εγγραφή τους στο site του Νοσοκομείου, να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο από τη δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.
- 5.) Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών/αναδόχων, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.
- 6.) Σε περίπτωση τροποποίησης των αρχικών τεχνικών προδιαγραφών ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες Τεχνικές Προδιαγραφές για επιπλέον τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες.
- 7.) Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην όλη διαδικασία, συνδράμοντας έτσι στην διαμόρφωση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

8.) Τυχόν Πληροφορίες για την πρόσκληση δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το τμήμα Προμηθειών.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| A/A | ΕΙΔΟΣ |
|-----|--|
| 1 | Δερματικές εκτάσεις, με υποαλλεργική αυτοκόλλητη ταινία και κορδόνι που να μην ξεφτίζει-εύκαμπτο. |
| 2 | Επιδέσεις οφθαλμολογικές. Οφθαλμολογικά επιθέματα αποστειρωμένα. Κατασκευασμένα από οφθαλμολογικό βαμβάκι εξαιρετικής ποιότητας, καλυμμένο από τις δύο πλευρές και κλεισμένο περιμετρικά από γάζα 28 κλωστών , 100% βαμβακερό. |
| 3 | Επίδεσμοι βάμβακος των 15 cm |
| 4 | Επίδεσμοι γύψου των 15 cm ταχείας πήξεως με χρόνο πήξης λιγότερο των 2,5 λεπτών να μην παρουσιάζει απώλεια υλικού κατά τον εμποτισμό |
| 5 | Επίδεσμοι γύψου των 10 cm να μην παρουσιάζει απώλεια υλικού κατά τον εμποτισμό |
| 6 | Επίδεσμοι γύψου των 15 cm, να μην παρουσιάζει απώλεια υλικού κατά τον εμποτισμό |
| 7 | Επίδεσμοι δικτυωτοί N ^ο 4 ελαστικοί σωληνωτοί με σταθερή ελαστική επαναφορά χωρίς να ξεφτίζουν. |
| 8 | Επίδεσμοι δικτυωτοί N ^ο 5 ελαστικοί σωληνωτοί με σταθερή ελαστική επαναφορά χωρίς να ξεφτίζουν .Ρολό συσκευασία 25 μέτρων |
| 9 | Επίδεσμοι δικτυωτοί N ^ο 7 ελαστικοί σωληνωτοί με σταθερή ελαστική επαναφορά χωρίς να ξεφτίζουν Ρολό συσκευασία 25 μέτρων |
| 10 | Επίδεσμοι ελαστικοί 10cmx4m μεγάλης προσαρμογής , μαλακοί, να επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα. |
| 11 | Επίδεσμοι ελαστικοί 15cm x 4 m, μεγάλης προσαρμογής , μαλακοί, να επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα. |
| 12 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΔΕΣΗ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ (ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ) Να έχουν πλάτος 20 εκατοστά και μήκος 7 μέτρα τουλάχιστον Να είναι ενισχυμένης πλέξης για ιδιαίτερη αντοχή και στήριξη. |
| 13 | Επίδεσμοι ελαστικοί επικολλητικοί μηριαίας των 10 cm, για χρήση στον αγγειογράφο |
| 14 | Επίδεσμοι ελαστικοί –κυλινδρικοί (τύπου STOKINET) να έχε' σταθερή ελαστική επαναφορά χωρίς να ξεφτίζει σε ρόλους των 10μ.No A |
| 15 | Επίδεσμοι ελαστικοί –κυλινδρικοί (τύπου STOKINET) ,να έχε' σταθερή ελαστική επαναφορά χωρίς να ξεφτίζει σε ρόλους των 10μ,No B |
| 16 | Επίδεσμοι ελαστικοί –κυλινδρικοί (τύπου STOKINET) ,να έχε' σταθερή ελαστική επαναφορά χωρίς να ξεφτίζει σε ρόλους των 10μ,No C |

| | |
|----|--|
| 17 | Επίδεσμοι ελαστικοί –κυλινδρικοί (τύπου STOKINET) ,να έχε ¹ σταθερή ελαστική επαναφορά χωρίς να ξεφτίζει σε ρόλους των 10μ,No D |
| 18 | Επίδεσμοι ελαστικοί –κυλινδρικοί (τύπου STOKINET) ,να έχε ¹ σταθερή ελαστική επαναφορά χωρίς να ξεφτίζει σε ρόλους των 10μ,No E |
| 19 | Επίδεσμοι ελαστικοί –κυλινδρικοί (τύπου STOKINET) ,να έχε ¹ σταθερή ελαστική επαναφορά χωρίς να ξεφτίζει σε ρόλους των 10μ,No F |
| 20 | Επίδεσμοι ελαστικοί –κυλινδρικοί (τύπου STOKINET) ,να έχε ¹ σταθερή ελαστική επαναφορά χωρίς να ξεφτίζει σε ρόλους των 10μ,No G |
| 21 | Επίδεσμοι ελαστικοί –κυλινδρικοί (τύπου STOKINET) ,να έχε ¹ σταθερή ελαστική επαναφορά χωρίς να ξεφτίζει σε ρόλους των 10μ,No J |
| 22 | Επίδεσμοι στήριξης χεριού collar'n' cuff, με αρκετά clip on για να υπάρχει αντιστοιχία με το μήκος του cooler'n'cuff (τουλάχιστον 30clip on) |
| 23 | Ταμπόν ακουστικού πόρου. Διαστάσεων 9mm x15mm. |
| 24 | Ταμπόν ραβδία (COTTON TIPS). Οφθαλμολογικά ραβδάκια- τσιγαράκια. Κατασκευασμένα από μη υφασμένο υλικό, πολύ απορροφητικό, χωρίς χημικές, συνθετικές ουσίες. Μη αποστειρωμένα.(Αποστειρώνονται στους 121 ⁰ C) |
| 25 | Ταμπόν τριγωνικά. Από υλικό PVA foam, soft cell (αφρώδες). Με λεπτή λαβή έως 5cm. Με τριγωνικό σχήμα τύπου λόγχης, οξύ άκρο (του σπόγγου), υψηλής απορροφητικότητας. Ελεύθερο ινών, αποστειρωμένο, κατάλληλο για οφθαλμολογικά χειρουργεία, με δείγμα. |
| 26 | Επιθέματα οφθαλμού (ζεύγος 2 τμχ) με αφρώδες αυτοκόλλητο πλαίσιο, με διαφανές παράθυρο, μήκος 0,3 εκ (προστατευτικά επιθέματα κάλυψης οφθαλμών για την γενική αναισθησία. |

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Δ/ΝΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΥΠ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ