



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α Θ Η Ν Ω Ν
ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ 2
Τ.Κ.: 11526
ΤΗΛ.: 213 2068917-18
FAX : 213 2068259
e- mail: prom@0310.syzefxis.gov.gr

ΑΘΗΝΑ 12/02/2018

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3838

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ Α' ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Επειδή το Νοσοκομείο προτίθεται να διενεργήσει Διαγωνισμό για:

Κωδικός Αριθμός είδους CPV	Περιγραφή Είδους CPV	ΔΑΠΑΝΗ
5042100-2	ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Α.8 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΝΙΚΚΙΣΟ ΚΑΙ	A. 22.848 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ
	Β.4 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ GAMBRO	B. 7.728 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ

- 1.) Προβαίνει, με την παρούσα πρόσκληση (**Α Φάση**) σε Δημόσια Διαβούλευση των επισυναπτόμενων τεχνικών προδιαγραφών.
- 2.) Σημειώνεται ότι: Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση (**Α ΦΑΣΗ**), το Νοσοκομείο μας καταθέτει τις τεχνικές προδιαγραφές, με σκοπό την Δημόσια συζήτηση και την λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων – σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών και της ευρύτερης συμμετοχής υποψήφιων προμηθευτών/αναδόχων.
- 3.) Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε **δεκαπέντε (15)** ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (<http://www.korgialenio-benakio.gr>), δηλαδή **μέχρι και τις 27/02/2018**.
- 4.) Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται, μετά την εγγραφή τους στο site του Νοσοκομείου, να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο από τη δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.

- 5.) Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών/αναδόχων, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.
- 6.) Σε περίπτωση τροποποίησης των αρχικών τεχνικών προδιαγραφών ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες Τεχνικές Προδιαγραφές για επιπλέον τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες.
- 7.) Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην όλη διαδικασία, συνδράμοντας έτσι στην διαμόρφωση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.
- 8.) Τυχόν Πληροφορίες για την πρόσκληση δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το τμήμα Προμηθειών.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

A. Συντήρηση των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης μάρκας Nikkiso (Μοντέλο DBB 05 τεμάχια 7 και Μοντέλο DBB 07 τεμάχιο 1)

- Η σύμβαση να είναι διάρκειας (1) έτους.
- Κατά τη διάρκεια του έτους να πραγματοποιούνται δύο (2) προληπτικές Συντηρήσεις-Έλεγχοι. Κατά την διάρκεια αυτών, να γίνονται οι απαραίτητες ρυθμίσεις ή αλλαγές φθαρμένων ανταλλακτικών όπου αυτό χρειάζεται.
- Κατά την διάρκεια της σύμβασης να υπάρχει πλήρης κάλυψη των βλαβών στα μηχανήματα μετά από τηλεφωνική κλήση ή μετά από αίτηση με φαξ από τον Υπεύθυνο Ιατρό ή την Προϊσταμένη της Μονάδας ή της Βιοϊατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. Ο Ανάδοχος να επιλαμβάνεται της βλάβης εντός 24ώρου από την ειδοποίησή του Νοσοκομείου.
- Η αξία των ανταλλακτικών και εξαρτημάτων που θα αντικαθιστούνται λόγω βλάβης ή φθοράς κατά τη διάρκεια των επισκευών ή των συντηρήσεων, θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της παρούσας σύμβασης.
- Στην συντήρηση δεν περιλαμβάνονται βλάβες που προκύπτουν, από αποδεδειγμένα μη ενδεδειγμένα ή κακή χρήση των μηχανημάτων από το Νοσοκομείο ή τρίτους, από χρήση ακατάλληλων υλικών αποστείρωσης, καθαρισμό απασβέστωσης ή ελλιπή χρήση απασβέστωσης ή καθαρισμού πέρα από τις οδηγίες του κατασκευαστικού Οίκου, από κακή ποιότητα παροχής νερού από το σύστημα επεξεργασίας νερού του Νοσοκομείου, από κακή παροχή τροφοδοσίας τάσεως 220V/50 περ/δων του Νοσοκομείου ή της Δ.Ε.Η., από εργασίες αποσύνδεσης και εγκατάστασης των μηχανημάτων σε νέους χώρους, από ζημιά ή καταστροφή των μηχανημάτων από θεομηνίες (σεισμός, θύελλες, πλημμύρα, κεραυνό, φωτιά) και από κτυπήματα, πτώση από το προσωπικό του Νοσοκομείου ή τρίτους. (Τα ανωτέρω θα αποδεικνύονται μετά από αναφορά του συντηρητή και επιβεβαίωση από την Βιοϊατρική Υπηρεσία του Νοσοκομείου).
- Ο συντηρητής επιβαρύνεται με τα μεταφορικά έξοδα σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να αποκαταστήσει κάποια βλάβη επί τόπου στο Νοσοκομείο και χρειαστεί να μεταφέρει το προς επισκευή μηχάνημα στην εταιρεία του και κατόπιν πίσω στο Νοσοκομείο.
- Η τιμή θα δοθεί ως μηνιαία δαπάνη ανά μηχάνημα. (Σημειώνεται ότι εάν κάποιο από τα μηχανήματα τεθεί εκτός οριστικής λειτουργίας, θα σταματάει αυτόματα η συντήρηση και η αντίστοιχη χρέωση αμοιβής). Τα ανταλλακτικά και εξαρτήματα που τυχόν θα χρησιμοποιηθούν θα συμπεριλαμβάνονται στην ανωτέρω δαπάνη.
- Ο συντηρητής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 & 13485.

B. Συντήρησης των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης μάρκας Gambro (Μοντέλο AK200 τεμ.1 και Μοντέλο AK 90S τεμ.3)

- Η συντήρηση αφορά τα (3) μηχανήματα GAMBRO AK 90-S και AK 200 του τεχνητού νεφρού.
- Ο συντηρητής υποχρεούται να πραγματοποιεί (4) συντηρήσεις ετησίως (μία ανά τρίμηνο) με ανάλογες και διαφορετικές ρυθμίσεις ή αλλαγές εξαρτημάτων, αν αυτό απαιτείται.
- Κατά την διάρκεια της σύμβασης να υπάρχει πλήρης κάλυψη των βλαβών στα μηχανήματα μετά από τηλεφωνική κλήση ή μετά από αίτηση με φαξ από τον Υπεύθυνο Ιατρό ή την Προϊσταμένη της Μονάδας ή της Βιοϊατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. Ο Ανάδοχος να επιλαμβάνεται της βλάβης εντός 24ώρου από την ειδοποίησή του Νοσοκομείου.
- Η αξία των ανταλλακτικών και εξαρτημάτων που θα αντικαθιστούνται λόγω βλάβης ή φθοράς κατά τη διάρκεια των επισκευών ή των συντηρήσεων, θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της παρούσας σύμβασης.
- Στην συντήρηση δεν περιλαμβάνονται βλάβες που προκύπτουν, από αποδεδειγμένα μη ενδεδειγμένα ή κακή χρήση των μηχανημάτων από το Νοσοκομείο ή τρίτους, από χρήση ακατάλληλων υλικών αποστείρωσης, καθαρισμό απασβέστωσης ή ελλιπή χρήση απασβέστωσης ή καθαρισμού πέρα από τις οδηγίες του κατασκευαστικού Οίκου, από κακή ποιότητα παροχής νερού από το σύστημα επεξεργασίας νερού του Νοσοκομείου, από κακή παροχή τροφοδοσίας τάσεως 220V/50 περ/δων του Νοσοκομείου ή της Δ.Ε.Η., από εργασίες αποσύνδεσης και εγκατάστασης των μηχανημάτων σε νέους χώρους, από ζημιά ή καταστροφή των μηχανημάτων από θεομηνίες (σεισμός, θύελλες, πλημμύρα, κεραυνό, φωτιά) και από κτυπήματα, πτώση από το προσωπικό του Νοσοκομείου ή τρίτους. (Τα ανωτέρω θα αποδεικνύονται μετά από αναφορά του συντηρητή και επιβεβαίωση από την Βιοϊατρική Υπηρεσία του Νοσοκομείου).
- Ο συντηρητής επιβαρύνεται με τα μεταφορικά έξοδα σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να αποκαταστήσει κάποια βλάβη επί τόπου στο Νοσοκομείο και χρειαστεί να μεταφέρει το προς επισκευή μηχάνημα στην εταιρεία του και κατόπιν πίσω στο Νοσοκομείο.
- Η τιμή θα δοθεί ως μηνιαία δαπάνη ανά μηχανήμα. (Σημειώνεται ότι εάν κάποιο από τα μηχανήματα τεθεί εκτός οριστικής λειτουργίας, θα σταματάει αυτόματα η συντήρηση και η αντίστοιχη χρέωση αμοιβής). Τα ανταλλακτικά και εξαρτήματα που τυχόν θα χρησιμοποιηθούν θα συμπεριλαμβάνονται στην ανωτέρω δαπάνη.
- Ο συντηρητής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 & 13485.

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Δ/ΝΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΥΠ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΥΠ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ