ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α Θ Η Ν Ω Ν
ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ 2
Τ.Κ.: 11526
ΤΗΛ.: 213 2068917-18
FAX : 213 2068259
e- mail: prom@0310.syzefxis.gov.gr

ΑΘΗΝΑ 30/03/2018

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9005

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ Α' ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Επειδή το Νοσοκομείο προτίθεται να διενεργήσει Διαγωνισμό για:

Κωδικός Αριθμός είδους CPV	Περιγραφή Είδους CPV	ΔΑΠΑΝΗ
50421000-2	**<<ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ>>** **(ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ)**	**9.900€ ΕΥΡΩ + ΦΠΑ**

1.) Προβαίνει, με την παρούσα πρόσκληση (**Α Φάση**) σε Δημόσια Διαβούλευση των επισυναπτόμενων τεχνικών προδιαγραφών.
2.) Σημειώνεται ότι: Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση **(Α ΦΑΣΗ),** το Νοσοκομείο μας καταθέτει τις τεχνικές προδιαγραφές, με σκοπό την Δημόσια συζήτηση και την λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων – σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών και της ευρύτερης συμμετοχής υποψήφιων προμηθευτών/αναδόχων.
3.) Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε **δεκαπέντε (15)** ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (http://www.korgialenio-benakio.gr), δηλαδή **μέχρι και τις 14/04/2018.**
4.) Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται, μετά την εγγραφή τους στο site του Νοσοκομείου, να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο από τη δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.
5.) Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικειμενικά

κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών/αναδόχων, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.
6.) Σε περίπτωση τροποποίησης των αρχικών τεχνικών προδιαγραφών ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες Τεχνικές Προδιαγραφές για επιπλέον τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες.
7.) Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην όλη διαδικασία, συνδράμοντας έτσι στην διαμόρφωση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.
8.) Τυχόν Πληροφορίες για την πρόσκληση δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το τμήμα Προμηθειών.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Η Συντήρηση αφορά Α) Έξι (6) αναισθησιολογικών μηχανημάτων Aestiva/5 με S/N 1) AMRH 01544, 2) AMRH 01545, 3) AMRH 01547, 4) AMRH 02473 5)AMRH 02474, 6) 02475 με monitors τύπου S/5 COMRACT ANESTHESIA με S/N 1) 5137810, 2) 5139001, 3) 5139019, 4) 5145583, 5) 5145596 και 6) 518826 τα οποία συνοδεύονται από τους ενισχυτές τύπων M-NESTPR, M-CAIOV, του Αναισθησιολογικού Τμήματος,

Β) Ενός (1) αναισθησιολογικού Aestiva/5 με S/N AMXG 00691 του Οφθαλμολογικού Χειρουργείου.

Η συντήρηση να περιλαμβάνει για κάθε ένα από τα επτά παραπάνω μηχανήματα την αλλαγή Kit αναισθησιολογικού και καπνογραφίας, αλλαγή φίλτρου NIBP, συντήρηση αναισθησιολογικών μηχανημάτων και monitor βάση του πρωτοκόλλου του κατασκευαστή, ηλεκτρική ασφάλεια «τεστ», τα ελαστομερή κλειστού κυκλώματος ασθενούς καθώς και αντικατάσταση και παροχή ανταλλακτικών και αισθητήρων Ο2 όποτε καθίσταται αναγκαίο (βλάβες) καθώς και τα ελαστομερή κλειστού κυκλώματος ασθενούς.

Από τη σύμβαση εξαιρούνται βλάβες που οφείλονται σε κακό χειρισμό π.χ σπασίματα, πτώση κρούσης, μη ορθή λειτουργία σύμφωνα με το Κατασκευαστή Οίκο καθώς και χρήση αναλωσίμων υλικών μη εγκεκριμένων.

Επίσης, δεν καλύπτονται τα ανταλλακτικά των ενισχυτών τύπου M-CAIOV, τα αναλώσιμα υλικά ηλεκτρόδια ασθενούς, καλώδια ECG, περιχειρίδες, αισθητήρες SpO2, αιματηρής, θερμοκρασίας, κύκλωμα ασθενούς καθώς και η αλλαγή των σετ μπαταριών των monitor.

Η τακτική συντήρηση θα γίνεται με δύο επισκέψεις το έτος ανά εξάμηνο τις εργάσιμες ώρες και ημέρες, επί τη βάσει ενός χρονοδιαγράμματος που θα συμφωνηθεί μεταξύ του Αναδόχου και του Νοσοκομείου. Η συντήρηση θα γίνεται σε προκαθορισμένες ημερομηνίες σε συνεργασία με το Τμήμα Βιοϊατρική Έρευνα και Τεχνολογίας του Νοσοκομείου, οι οποίοι και θα παραχωρεί τα μηχανήματα στον Ανάδοχο.

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση ανταπόκρισης με επίσκεψη τεχνικού εντός 24 ωρών από την ώρα της δήλωσης της βλάβης , εφόσον η επόμενη ημέρα είναι εργάσιμη. Στην περίπτωση που η επόμενη ημέρα δεν είναι εργάσιμη, η υποχρέωση ανταπόκρισης μετατίθεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η δήλωση της βλάβης θα πρέπει να γίνει εντός του εργάσιμου ωραρίου (08:00-16:00). Η συντήρηση θα διεξάγεται από συντηρητή εξουσιοδοτημένο και πιστοποιημένο από τον κατασκευαστή οίκο.

Ο ανάδοχος να είναι εξουσιοδοτημένος και πιστοποιημένος από τον κατασκευαστικό οίκο καθώς επίσης να είναι σε θέση να εφαρμόζει τις ενημερωμένες οδηγίες του κατασκευαστή, τις ενημερώσεις και τις διορθωτικές ενέργειες.

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Δ/ΝΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΥΠ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ