



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ 2
Τ.Κ.: 11526
ΤΗΛ.: 213 2068917-18
FAX : 213 2068259
e- mail: prom@0310.syzefxis.gov.gr

ΑΘΗΝΑ 03/10/2018

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 24875

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ Α' ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Επειδή το Νοσοκομείο προτίθεται να διενεργήσει Διαγωνισμό για:

Κωδικός Αριθμός είδους CPV	Περιγραφή Είδους CPV	ΔΑΠΑΝΗ
50421000-2	<<ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ>> (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ Μ.Ε.Θ.)	10.920€ ΕΥΡΩ + ΦΠΑ

- 1.) Προβαίνει, με την παρούσα πρόσκληση (**Α Φάση**) σε Δημόσια Διαβούλευση των επισυναπτόμενων τεχνικών προδιαγραφών.
- 2.) Σημειώνεται ότι: Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση (**Α ΦΑΣΗ**), το Νοσοκομείο μας καταθέτει τις τεχνικές προδιαγραφές, με σκοπό την Δημόσια συζήτηση και την λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων – σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών και της ευρύτερης συμμετοχής υποψήφιων προμηθευτών/αναδόχων.
- 3.) Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε **δεκαπέντε (15)** ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (<http://www.korgialenio-benakio.gr>), δηλαδή **μέχρι και τις 19/10/2018**.

4.) Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται, μετά την εγγραφή τους στο site του Νοσοκομείου, να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο από τη δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.

5.) Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών/αναδόχων, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

6.) Σε περίπτωση τροποποίησης των αρχικών τεχνικών προδιαγραφών ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες Τεχνικές Προδιαγραφές για επιπλέον τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες.

7.) Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην όλη διαδικασία, συνδράμοντας έτσι στην διαμόρφωση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

8.) Τυχόν Πληροφορίες για την πρόσκληση δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το τμήμα Προμηθειών.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ Μ.Ε.Θ.

Η σύμβαση περιλαμβάνει το κόστος συντήρησης με ανταλλακτικά έξι (6) Αναπνευστήρων EVITA 2 DURA (με S/N ARWA-0009, ARWA-0010, ARWA-0011, ARWA-0012, ARWA-0013, ARWA-0014), και τριών Αναπνευστήρων EVITA 2 (με S/N ARJA-0143, ARJB-0123, ARJB-0110).

Αναλυτικά, η σύμβαση θα περιλαμβάνει

- τη γενική συντήρηση των μηχανημάτων, η οποία θα γίνει μία φορά ετησίως και θα περιλαμβάνει εργασίες ελέγχων, εσωτερικού καθαρισμού, ρυθμίσεων, όπως επίσης και κάθε εργασία που θα απαιτείται για τη διατήρηση των μηχανημάτων σε άριστη λειτουργική κατάσταση,
- την εργασία αποκατάστασης οποιασδήποτε ενδεχόμενης βλάβης καθώς και οποιοδήποτε απαραίτητο ανταλλακτικό απαιτηθεί για την αποκατάσταση της βλάβης αυτής (εκτός γυάλινων αντικειμένων και αναλωσίμων).

Από τη σύμβαση εξαιρούνται βλάβες που οφείλονται σε κακό χειρισμό π.χ σπασίματα, πτώση κρούσης, μη ορθή λειτουργία σύμφωνα με το Κατασκευαστή Οίκο καθώς και χρήση αναλωσίμων υλικών μη εγκεκριμένων.

Η τακτική συντήρηση θα γίνεται εργάσιμη ώρα και ημέρα. Η συντήρηση θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με την Βιοϊατρική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, οι οποίοι και θα παραχωρεί τα μηχανήματα στον Ανάδοχο.

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση ανταπόκρισης με επίσκεψη τεχνικού εντός 24 ωρών από την ώρα της δήλωσης της βλάβης, εφόσον η επόμενη ημέρα είναι εργάσιμη. Στην περίπτωση που η επόμενη ημέρα δεν είναι εργάσιμη, η υποχρέωση ανταπόκρισης μετατίθεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η

δήλωση της βλάβης θα πρέπει να γίνει εντός του εργάσιμου ωραρίου (08:00-16:00).

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Δ/ΝΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΥΠ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Μ.Ε.Θ.