



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α Θ Η Ν Ω Ν
ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ 2
Τ.Κ.: 11526
ΤΗΛ.: 213 2068917-18
FAX : 213 2068259
e- mail: prom@0310.syzefxis.gov.gr

ΑΘΗΝΑ 3/10/2018

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 24874....

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ Α ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Επειδή το Νοσοκομείο προτίθεται να διενεργήσει Διαγωνισμό για:

Κωδικός Αριθμός είδους CPV	Περιγραφή Είδους CPV	Προϋπολογισμός
33141625-7	<< Εξοπλισμοί διάγνωσης (Σύστημα ψηφιακής χαρτογράφησης και δερματοσκόπησης) >>	40.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ

- 1.) Προβαίνει, με την παρούσα πρόσκληση (**Α Φάση**) σε Δημόσια Διαβούλευση των επισυναπτόμενων τεχνικών προδιαγραφών.
- 2.) Σημειώνεται ότι: Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση (**Α ΦΑΣΗ**), το Νοσοκομείο μας καταθέτει τις τεχνικές προδιαγραφές, με σκοπό την Δημόσια συζήτηση και την λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων – σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών και της ευρύτερης συμμετοχής υποψήφιων προμηθευτών/αναδόχων.
- 3.) Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε **δεκαπέντε (15)** ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (<http://www.korgialenio-benakio.gr>), δηλαδή **μέχρι και τις 18/10/2018**.
- 4.) Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται, μετά την εγγραφή τους στο site του Νοσοκομείου, να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο από τη δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.
- 5.) Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικειμενικά

κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών/αναδόχων, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

6.) Σε περίπτωση τροποποίησης των αρχικών τεχνικών προδιαγραφών ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες Τεχνικές Προδιαγραφές για επιπλέον τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες.

7.) Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην όλη διαδικασία, συνδράμοντας έτσι στην διαμόρφωση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

8.) Τυχόν Πληροφορίες για την πρόσκληση δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το τμήμα Προμηθειών.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προδιαγραφές συστήματος ψηφιακής χαρτογράφησης και δερματοσκόπησης για τον έλεγχο των αλλοιώσεων σπύλων, την καταγραφή και τεκμηρίωση δερματικών βλαβών και την έγκαιρη διάγνωση του κακοήθους Μελανώματος.

Οι τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος χαρτογράφησης, οφείλουν να περιλαμβάνουν:

1. Ειδική κάμερα γενικών λήψεων για δερματολογική χρήση, με αυτόματη εστίαση, οπτική μεγέθυνση και ενσωματωμένο στην κάμερα χειριστήριο.
2. Δυνατότητα οπτικής μεγέθυνσης έως 120 φορές τουλάχιστον, με δυνατότητα επιλογής πολωμένου ή μη-πολωμένου φωτός, ενσωματωμένο στην κάμερα. Επιπλέον δεύτερη κάμερα λήψεων εικόνων υψηλής ευκρίνειας, με δυνατότητα ανάλυσης τουλάχιστον 20Megapixel, για ολόσωμη καταγραφή της επιφάνειας του δέρματος του ασθενούς.
3. Ειδική για δερματολογική χρήση κάμερα γενικών λήψεων με αυτόματη εστίαση, οπτική μεγέθυνση και ενσωματωμένο Σύστημα δέσμης Laser για ακριβή τοποθέτηση του ασθενούς.
4. Ηλεκτρονικό Υπολογιστή αθόρυβης λειτουργίας, κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση.
5. Ύπαρξη αυτόματου συστήματος, καθοδηγούμενο από το λογισμικό, για την μετακίνηση της προαναφερόμενης κάμερας γενικών λήψεων.
6. Ειδικό πρόγραμμα καταχώρησης, αναζήτησης και ανάκλησης εικόνων των περιστατικών.
7. Δυνατότητα αποθήκευσης μεγάλου αριθμού καταγεγραμμένων περιστατικών, καθώς και των ληφθέντων εικόνων από κάθε περιστατικό με χωρητικότητα σκληρού δίσκου, τουλάχιστον 500 GB.
8. Ειδικό πρόγραμμα ανάλυσης σπύλων, με πληροφορίες για τις ακριβείς διαστάσεις και την μορφολογία του κάθε σπύλου, εφαρμόζοντας τα διεθνή κριτήρια 3 Point και 7 Point Checklist.
9. Το λογισμικό του συστήματος να είναι ικανό να καταγράφει τους σπύλους ανά ανατομική περιοχή του σώματος του ασθενή, σε κάθε ασθενή και επιπλέον να παρέχει τη δυνατότητα σύγκρισης του ίδιου σπύλου και της εξέλιξής του μέσα στο χρόνο. Το λογισμικό να παρέχει τη δυνατότητα επανεντοπισμού σπύλων που θα αναδεικνύει τις όποιες δυναμικές αλλαγές στο χρώμα, στο μέγεθος και στη μορφολογία του σπύλου.

10. Παροχή δυνατότητας λογισμικού «Δεύτερης Γνώμης» μέσα από διεθνή βάση δεδομένων και ειδικών κέντρων.

11. Δυνατότητα λογισμικού παρακολούθησης του τριχωτού της κεφαλής, το οποίο θα περιλαμβάνει αυτόματη καταμέτρηση αριθμού και ποσότητας τριχών, ποσοστό τριχών στα διάφορα στάδια ανάπτυξής τους, καταμέτρηση των θυλάκων και των τριχών ανά θύλακα στην υπό εξέταση περιοχή, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για την αγορά του συστήματος.

12. Το τροχήλατο/βάση του συστήματος να είναι μέγιστων διαστάσεων 200cm X 65cm X 80cm, ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί καταλλήλως στο χώρο.

13. Δυνατότητα εξαγωγής των αποτελεσμάτων της κάθε εξέτασης σε ηλεκτρονική μορφή για να έχει τη δυνατότητα να παραλαμβάνει ο κάθε ασθενής τα δικά του αποτελέσματα.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Δ/ΝΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΥΠ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΠ ΚΛΙΝΙΚΗ