

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α Θ Η Ν Ω Ν
ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ 2
Τ.Κ.: 11526
ΤΗΛ.: 213 2068917-18
FAX : 213 2068259
e- mail: prom@0310.syzefxis.gov.gr

ΑΘΗΝΑ 4/11/2019

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 26651

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ Α ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΓΙΑ << ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΝΔΕΣΗΣ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ - CROSSLINKING >>**

Επειδή το Νοσοκομείο προτίθεται να διενεργήσει Διαγωνισμό για:

Κωδικός Αριθμός είδους CPV	Περιγραφή Είδους CPV	Αξία με Φ.Π.Α.
33122000-1	Οφθαλμολογικός εξοπλισμός (ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΝΔΕΣΗΣ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ - CROSSLINKING)	24.800,00 €

Προβαίνει, με την παρούσα πρόσκληση (**Α Φάση**) σε Δημόσια Διαβούλευση των επισυναπτόμενων τεχνικών προδιαγραφών.

- 1.) Σημειώνεται ότι: Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση (**Α ΦΑΣΗ**), το Νοσοκομείο μας καταθέτει τις τεχνικές προδιαγραφές, με σκοπό την Δημόσια συζήτηση και την λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων – σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών και της ευρύτερης συμμετοχής υποψήφιων προμηθευτών/αναδόχων.
- 2.) Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε **δεκαπέντε (15)** ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (<http://www.korgialenio-benakio.gr>), δηλαδή **μέχρι και τις 19/11/2019**.
- 3.) Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται, μετά την εγγραφή τους στο site του Νοσοκομείου, να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο από τη δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.
- 4.) Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών/αναδόχων, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.
- 5.) Σε περίπτωση τροποποίησης των αρχικών τεχνικών προδιαγραφών ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες Τεχνικές Προδιαγραφές για επιπλέον τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες.
- 6.) Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην όλη διαδικασία, συνδράμοντας έτσι στην διαμόρφωση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

7.) Τυχόν Πληροφορίες για την πρόσκληση δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το τμήμα Προμηθειών.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προδιαγραφές συστήματος διασύνδεσης κερατοειδούς – crosslinking

1. Να αυξάνει την ισχύ UVA και να μειώνει τον χρόνο έκθεσης ενώ διατηρεί την συνολική ενέργεια στο μάτι ως standard cross-linking.
2. Να διαθέτει μεγάλη οθόνη αφής 10,1” με έγχρωμη HD κάμερα, ώστε να επιτρέπει την καλύτερη δυνατή ευθυγράμμιση του Laser και λήψη εικόνας.
3. Να διαθέτει ενσωματωμένη βάση δεδομένων ασθενών.
4. Να φέρει 4 προεπιλεγμένα προγράμματα θεραπείας και ένα πέμπτο που μπορεί να προγραμματιστεί από το χρήστη.
5. Να διαθέτει μέγιστη δυνατή ενέργεια, έως 45Mw/cm², με ακριβές βάθος εστίασης, ασύρματο έλεγχο για ευθυγράμμιση στους άξονες X, Y και Z, πλήρως ενσωματωμένη σταθερή πλατφόρμα παράδοσης, οθόνη αφής για προγραμματισμό και επέμβαση καθώς και προσδεδεμένη μπαταρία για μεγάλη φορητότητα.
6. Το μηχάνημα να έχει από την εταιρία εγγύηση ανταλλακτικών και τεχνικής κάλυψης 2 χρόνια.
7. Η εγκατάσταση του μηχανήματος να γίνει από πιστοποιημένους τεχνικούς ιατρικών μηχανημάτων της αντίστοιχης εταιρίας.
8. Η εκπαίδευση του ιατρικού προσωπικού να γίνει από τους τεχνικούς της εταιρίας στον χώρο εγκατάστασης του μηχανήματος.
9. Σε περίπτωση βλάβης να γίνει επίσκεψη τεχνικού εντός 48 ωρών και άμεση επισκευή των μηχανημάτων εάν είναι εφικτό και ανταλλακτικό μηχάνημα.
10. Μετά την πάροδο της εγγύησης του μηχανήματος, η αντίστοιχη εταιρία θα προσφέρει ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης και καλής λειτουργίας του, για τα επόμενα 8 χρόνια.
11. Η αντίστοιχη εταιρία που θα παρέχει το μηχάνημα να διαθέτει και αντίστοιχα αναλώσιμα – ριβοφλαβίνη, η οποία δε θα ξεπερνάει τα 160 ευρώ ανά τεμάχιο (+ ΦΠΑ 24%)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΥΠ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ