



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α Θ Η Ν Ω Ν
ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ 2
Τ.Κ.: 11526
ΤΗΛ.: 213 2068917-18
FAX : 213 2068259
e- mail: prom@0310.syzefxis.gov.gr

ΑΘΗΝΑ 30/01/2020

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2453

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ Α ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Επειδή το Νοσοκομείο προτίθεται να διενεργήσει Διαγωνισμό για:

Κωδικός Αριθμός είδους CPV	Περιγραφή Είδους CPV
33140000-3	ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 60.000,00 € + ΦΠΑ

- 1.) Προβαίνει, με την παρούσα πρόσκληση (**Α Φάση**) σε Δημόσια Διαβούλευση των επισυναπτόμενων τεχνικών προδιαγραφών.
- 2.) Σημειώνεται ότι: Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση (**Α ΦΑΣΗ**), το Νοσοκομείο μας καταθέτει τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως συντάχθηκαν από την Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών προδιαγραφών, με σκοπό την Δημόσια συζήτηση και την λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων – σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών και της ευρύτερης συμμετοχής υποψήφιων προμηθευτών/αναδόχων.
- 3.) Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε **δεκαπέντε (15)** ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (<http://www.korgialenio-benakio.gr>), δηλαδή **μέχρι και τις 14/02/2020**.
- 4.) Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται, μετά την εγγραφή τους στο site του Νοσοκομείου, να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο από τη δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.
- 5.) Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικειμενικά

κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών/αναδόχων, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

6.) Σε περίπτωση τροποποίησης των αρχικών τεχνικών προδιαγραφών ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες Τεχνικές Προδιαγραφές για επιπλέον τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες.

7.) Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην όλη διαδικασία, συνδράμοντας έτσι στην διαμόρφωση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

8.) Τυχόν Πληροφορίες για την πρόσκληση δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το τμήμα Προμηθειών.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1. Σύστημα χειρουργικής οφθαλμού κατάλληλο για οπίσθια υαλοειδεκτομή, καταρράκτη και συνδυασμένη επέμβαση.
2. Με αντλία Venturi με δυνατότητα ελέγχου της ταχύτητας αναρρόφησης
3. Με πνευματικό υαλοειδοτόμο τύπου γκιλοτίνας μεγίστου αριθμού 7500 κοπών ανά λεπτό.
4. Με δυνατότητα χρήσης υαλοειδοτόμου 15000 κοπών, διπλής λεπίδας.
5. Με σταθερό duty cycle του πνευματικού υαλοειδοτόμου.
6. Με ενσωματωμένο πρόσθετο υαλοειδοτόμο υπερήχων.
7. Με σύστημα σταθερού ελέγχου της ενδοφθάλμιας πίεσης μέσω πεπιεσμένου αέρα .
8. Με διαθέσιμα πακέτα υαλοειδεκτομής για τομές 20g, 23g, 25 g και 27g.
9. Με δύο πηγές ενδοφωτισμού τύπου xenon (η μία xenon και μία xenon-mercury κατόπιν παραγγελίας).
10. Με δυνατότητα σύνδεσης εξαρτημάτων μιας αλλά και πολλαπλών χρήσεων.
11. Με οθόνη αφής υψηλής ευκρίνειας (LCD) 19 ιντσών.
12. Με δυνατότητα ανταλλαγής υγρού/αερίου μέσα από την κασέτα.
13. Με δυνατότητα εισαγωγής και αφαίρεσης ελαίου σιλικόνης όλων των πυκνοτήτων.
14. Με τρία ειδικά φίλτρα (κίτρινο, πράσινο, πορτοκαλί) στην πηγή ενδοφωτισμού, για τη μείωση της φωτοτοξικότητας και τη μέγιστη δυνατή προστασία του αμφιβληστροειδούς.
15. Με δυνατότητα διαθερμίας και ενδοδιαθερμίας.
16. Με ενσωματωμένο σύστημα λέιζερ φωτοπηξίας (endolaser).
17. Με ασύρματο ποδοχειριστήριο τεχνολογίας Bluetooth τεσσάρων περιφερικών διακοπών και λειτουργία ταυτόχρονου διπλού γραμμικού ελέγχου. Με ενσωματωμένο διακόπτη ενεργοποίησης λέιζερ φωτοπηξίας.
18. Με ενσωματωμένο ηλεκτρικό άξονα ορού που επιτρέπει την αναμονή δεύτερης φιάλης ορού BSS, για την πρόληψη καθυστερήσεων.
19. Με ιδιοσυχνότητα λειτουργίας στυλεών υπερήχων τα 28,5 khz και δυνατότητα φακοθρυψίας από πολύ μικρές τομές έως και 1.8 χιλιοστά.
20. Με δυνατότητα χρήσης ενός μόνο κωδικού κασέτας για τη συνδυασμένη επέμβαση καταρράκτη και υαλοειδεκτομής.
21. Με αναλώσιμη κασέτα χωρητικότητας 300ml που επιτρέπει το άδειασμά της για τη συνέχιση και ολοκλήρωση και της πιο χρονοβόρας επέμβασης.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜ.
1	Κασέτα φακοθρυψίας για αντλία τύπου Venturi , με κουτί συλλογής υγρών επέμβασης χωρητικότητας 300 ml, αδειάζομενη, με αποστειρωμένο κάλυμμα οθόνης, τραπεζιδίου, κλειδί και 2 sleeves τομής 2,75mm	41
2	Βελόνα (tip) φακοθρυψίας ευθεία επαναχρησιμοποιούμενη τύπου mini flared. Με γωνία στο άκρο 30 μοίρες, εξωτερική διάμετρο στο άκρο 0,95mm και εξωτερική διάμετρο στο σώμα 0,74mm.	11
3	Βελόνα (tip) φακοθρυψίας κεκαμένη επαναχρησιμοποιούμενη τύπου mini flared. Με γωνία στο άκρο 30 μοίρες, εξωτερική διάμετρο στο άκρο 0,95mm και εξωτερική διάμετρο στο σώμα 0,74mm.	12
4	Βελόνα φραγμοτομής μιας χρήσης, 23G.	1
5	Στυλεός πρόσθιας υαλοειδεκτομής συστήματος τύπου Venturi, 23g, μιας χρήσεως, μεγίστου αριθμού 7500 κοπών ανά λεπτό	2
6	ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΣΣΕΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ, 20G, ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΙ ΜΕ ΥΑΛΟΕΙΔΟΦΑΓΟ 20G ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΟΠΩΝ 7500 ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ. ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURI . ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 300 ML. ΜΕ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟ ΕΥΡΕΩΣ ΠΕΔΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΔΙΟΥ, ΟΘΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ, ΓΡΑΜΜΗ ΕΓΧΥΣΗΣ, ΛΟΓΧΗ 20G, ΣΚΛΗΡΙΚΕΣ ΤΑΠΕΣ 19G/20G.	48
7	ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΣΣΕΤΑ ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ (ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΚΑΙ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ), 20G, ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΙ. ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURI. ΜΕ ΥΑΛΟΕΙΔΟΦΑΓΟ 20G ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΟΠΩΝ 7500 ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ. ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 300 ML. ΜΕ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟ ΕΥΡΕΩΣ ΠΕΔΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΔΙΟΥ, ΟΘΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ, ΓΡΑΜΜΗ ΕΓΧΥΣΗΣ, ΛΟΓΧΗ 20G, SLEEVE ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ, ΚΑΛΥΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΚΛΗΡΙΚΕΣ ΤΑΠΕΣ 19G/20G.	3

8	<p>ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΣΣΕΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ, 23G, ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΙ ΜΕ ΥΑΛΟΕΙΔΟΦΑΓΟ 23G ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΟΠΩΝ 7500 ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ. ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURI . ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 300 ML. ΜΕ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟ ΕΥΡΕΩΣ ΠΕΔΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΔΙΟΥ, ΟΘΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ, ΓΡΑΜΜΗ ΕΓΧΥΣΗΣ, ΣΕΤ ΤΡΟΚΑΡ 3ΤΕΜ 23G.</p>	12
9	<p>ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΣΣΕΤΑ ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ (ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΚΑΙ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ), 23G, ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΙ. ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURI. ΜΕ ΥΑΛΟΕΙΔΟΦΑΓΟ 23G ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΟΠΩΝ 7500ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ. ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 300 ML ΜΕ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟ ΕΥΡΕΩΣ ΠΕΔΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΔΙΟΥ, ΟΘΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ, ΓΡΑΜΜΗ ΕΓΧΥΣΗΣ, SLEEVE ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ, ΚΑΛΥΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΕΤ ΤΡΟΚΑΡ 3ΤΕΜ 23G.</p>	2
10	<p>ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΣΣΕΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ, 25G, ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΙ ΜΕ ΥΑΛΟΕΙΔΟΦΑΓΟ 25G ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΟΠΩΝ 7500 ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ. ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURI . ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 300 ML. ΜΕ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟ ΕΥΡΕΩΣ ΠΕΔΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΔΙΟΥ, ΟΘΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ, ΓΡΑΜΜΗ ΕΓΧΥΣΗΣ, ΣΕΤ ΤΡΟΚΑΡ 3ΤΕΜ 25G. .</p>	29
11	<p>ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΣΣΕΤΑ ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ (ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΚΑΙ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ), 25G, ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΙ. ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURI. ΜΕ ΥΑΛΟΕΙΔΟΦΑΓΟ 23G ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΟΠΩΝ 7500ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ. ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 300 ML ΜΕ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟ ΕΥΡΕΩΣ ΠΕΔΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΔΙΟΥ, ΟΘΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ, ΓΡΑΜΜΗ ΕΓΧΥΣΗΣ, SLEEVE ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ, ΚΑΛΥΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΕΤ ΤΡΟΚΑΡ 3ΤΕΜ 25G.</p>	3
12	<p>ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΣΣΕΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ, 23G, ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΙ ΜΕ ΥΑΛΟΕΙΔΟΦΑΓΟ 23G ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΟΠΩΝ 15000 ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ. ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURI . ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 300 ML. ΜΕ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟ ΕΥΡΕΩΣ ΠΕΔΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΔΙΟΥ, ΟΘΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ, ΓΡΑΜΜΗ ΕΓΧΥΣΗΣ, ΣΕΤ ΤΡΟΚΑΡ 3ΤΕΜ 23G.</p>	20

13	<p>ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΣΣΕΤΑ ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ (ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΚΑΙ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ), 23G, ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΙ. ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURI. ΜΕ ΥΑΛΟΕΙΔΟΦΑΓΟ 23G ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΟΠΩΝ 15000ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ. ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 300 ML ΜΕ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟ ΕΥΡΕΩΣ ΠΕΔΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΔΙΟΥ, ΟΘΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ, ΓΡΑΜΜΗ ΕΓΧΥΣΗΣ, SLEEVE ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ, ΚΑΛΥΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ SET ΤΡΟΚΑΡ 3ΤΕΜ 23G.</p>	1
14	<p>ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΣΣΕΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ, 25G, ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΙ ΜΕ ΥΑΛΟΕΙΔΟΦΑΓΟ 25G ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΟΠΩΝ 15000 ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ. ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURI . ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 300 ML. ΜΕ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟ ΕΥΡΕΩΣ ΠΕΔΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΔΙΟΥ, ΟΘΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ, ΓΡΑΜΜΗ ΕΓΧΥΣΗΣ, SET ΤΡΟΚΑΡ 3ΤΕΜ 25G.</p>	16
15	<p>ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΣΣΕΤΑ ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ (ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΚΑΙ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ), 25G, ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΙ. ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURI. ΜΕ ΥΑΛΟΕΙΔΟΦΑΓΟ 25G ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΟΠΩΝ 15000ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ. ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 300 ML ΜΕ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟ ΕΥΡΕΩΣ ΠΕΔΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΔΙΟΥ, ΟΘΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ, ΓΡΑΜΜΗ ΕΓΧΥΣΗΣ, SLEEVE ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ, ΚΑΛΥΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ SET ΤΡΟΚΑΡ 3ΤΕΜ 25G.</p>	1
16	<p>Στυλεός ενδολείζερ μεταβαλλόμενης κατεύθυνσης, 23G, με συρόμενο μπουτόν γωνίωσης της ίνας, όπου το ίδιο, να είναι συμβατό και με πηγή λέιζερ τύπου IRIDEX και τύπου ALCON και τύπου B&L. Το προϊόν να συνεργάζεται και είναι συμβατό και με τα τρία είδη πηγών (και όχι μεμονωμένα) θα πρέπει να είναι εργονομικό, να δίνει εύκολη πρόσβαση στην άκρα περιφέρεια.</p>	20
17	<p>Στυλεός ενδολείζερ μεταβαλλόμενης κατεύθυνσης, 25G, με συρόμενο μπουτόν γωνίωσης της ίνας, όπου το ίδιο, να είναι συμβατό και με πηγή λέιζερ τύπου IRIDEX και τύπου ALCON και τύπου B&L. Το προϊόν να συνεργάζεται και είναι συμβατό και με τα τρία είδη πηγών (και όχι μεμονωμένα) θα πρέπει να είναι εργονομικό, να δίνει εύκολη πρόσβαση στην άκρα περιφέρεια.</p>	20
18	<p>Σετ πρόσθιας υαλοειδεκτομής που περιλαμβάνει κάνουλα προσθίου θαλάμου 21G, σωληνίσκο προέκτασης γραμμής οδήγησης υαλοειδοφάγου και συνδετικό γραμμών αναρρόφησης.</p>	4

19	Στυλεός ενδοδιαθερμίας με σύνδεση τύπου Lemo, 25G, με πλαστική λαβή, μιας χρήσεως.	3
20	Πακέτο ένθεσης και εξαίρεσης ελαίου σιλικόνης. Να περιέχει σωληνίσκο σύνδεσης με μηχανήμα, υποδοχή σύριγγας 10ml, σύριγγα 10ml με πιστόνι και τάπα και μεταλλικές κάνουλες 23g και 25g.	15

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ
 Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
 ΥΠ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ