



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α Θ Η Ν Ω Ν
ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ 2
Τ.Κ.: 11526
ΤΗΛ.: 213 2068917-18
FAX : 213 2068259
e- mail: prom@0310.syzefxis.gov.gr

ΑΘΗΝΑ 6/03/2020

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6342

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ Α ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Επειδή το Νοσοκομείο προτίθεται να διενεργήσει Διαγωνισμό για:

Κωδικός Αριθμός είδους CPV	Περιγραφή Είδους CPV	Προϋπολογισμός
33731110-7	Ενδοφθάλμιοι φακοί (φακοί Οφθαλμολογικού)	164.085,00€ + ΦΠΑ

- 1.) Προβαίνει, με την παρούσα πρόσκληση (**Α Φάση**) σε Δημόσια Διαβούλευση των επισυναπτόμενων τεχνικών προδιαγραφών.
- 2.) Σημειώνεται ότι: Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση (**Α ΦΑΣΗ**), το Νοσοκομείο μας καταθέτει τις τεχνικές προδιαγραφές, με σκοπό την Δημόσια συζήτηση και την λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων – σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών και της ευρύτερης συμμετοχής υποψήφιων προμηθευτών/αναδόχων.
- 3.) Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε **δεκαπέντε (15)** ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (<http://www.korgialenio-benakio.gr>), δηλαδή **μέχρι και τις 21/03/2020**.
- 4.) Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται, μετά την εγγραφή τους στο site του Νοσοκομείου, να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο από τη δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.
- 5.) Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών/αναδόχων, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

6.) Σε περίπτωση τροποποίησης των αρχικών τεχνικών προδιαγραφών ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες Τεχνικές Προδιαγραφές για επιπλέον τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες.

7.) Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην όλη διαδικασία, συνδράμοντας έτσι στην διαμόρφωση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

8.) Τυχόν Πληροφορίες για την πρόσκληση δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το τμήμα Προμηθειών.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1	Ενδοφθάλμιος ενδοφακός ακρυλικός υδρόφοβος, τριών τεμαχίων, αμφίκυρτος, ασφαιρικός, με δείκτη διάθλασης >1,50, διάμετρο οπτικής ζώνης 6 χιλιοστών, ολική διάμετρο 12,5 χιλιοστών, γωνία αγκυλών 5 μοιρών. Να διατίθεται σε μεγάλο εύρος διοπτριών, να είναι προφορτωμένος (preloaded) και να εισέρχεται από τομή 2,5 χιλιοστών και άνω	TEMAXIO	200
2	Ενδοφθάλμιος ενδοφακός ακρυλικός/μεθακρυλικός υδρόφοβος, ενός τεμαχίου, ασφαιρικός, με φίλτρο για την μπλέ ακτινοβολία, με δείκτη διάθλασης >1,55, διάμετρο οπτικής ζώνης 6 χιλιοστών, ολική διάμετρο 13 χιλιοστών. Να διατίθεται σε μεγάλο εύρος διοπτριών, να είναι προφορτωμένος (preloaded) αυτοματοποιημένου τύπου συστήματος ένθεσης συμπιεσμένου αέρα	TEMAXIO	30
3	Ενδοφθάλμιος ενδοφακός ακρυλικός υδρόφοβος, ενός τεμαχίου, αμφίκυρτος, ασφαιρικός, με δείκτη διάθλασης έως 1,47, διάμετρο οπτικής ζώνης 6 χιλιοστών, ολική διάμετρο 13 χιλιοστών. Να διατίθεται σε μεγάλο εύρος διοπτριών, να είναι προφορτωμένος (preloaded) με περιστροφικό σύστημα ένθεσης (screw), αγκύλες C loop και να εισέρχεται από τομή < 2,4 χιλιοστών	TEMAXIO	200
4	Ενδοφθάλμιος ενδοφακός ακρυλικός υδρόφοβος, ασφαιρικός ενός τεμαχίου, με γωνία αγκυλών 0 μοίρες, προφορτωμένος με ασφάλεια 2 σταδίων ένθεσης, διάμετρος οπτικού 6 χιλιοστών ολική 13 χιλιοστών, γωνία κάθε αγκύλης 90 μοίρες και δείκτη διάθλασης 1,52. Να διατίθεται σε μεγάλο εύρος διοπτριών	TEMAXIO	1.140
5	Ενδοφθάλμιος ενδοφακός τορικός, για διόρθωση αστιγματισμού ενός τεμαχίου, ακρυλικός υδρόφοβος, αμφίκυρτος, οπισθίου θαλάμου, ασφαιρικός, με φίλτρο για την μπλέ ακτινοβολία και με δείκτη διάθλασης >1,45, διάμετρο οπτικής ζώνης 6 χιλιοστών, ολική διάμετρο 12,5 χιλιοστών. Να διατίθεται σε μεγάλο εύρος διοπτριών σφαιρικής ισχύος. Διαθέσιμος σε ποικιλία εύρους κυλινδρικής ισχύος για διόρθωση αστιγματισμού (1,0 έως 6,0 D). Αναδιπλούμενος, μικρής τομής < 2,4 χιλιοστών	TEMAXIO	5

6	Ενδοφθάλμιος ενδοφακός ακρυλικός υδρόφοβος , Τριών τεμαχίων, αμφίκυρτος, μη ασφαιρικός, με δείκτη διάθλασης 1,52, διάμετρο οπτικής ζώνης 6 χιλιοστών, ολική διάμετρο 12,5 χιλιοστών, γωνία αγκυλών 7 μοιρών. Να διατίθεται σε μεγάλο εύρος διοπτριών να είναι προφορτωμένος (preloaded) και να εισέρχεται από τομή < 2,8 χιλιοστών	TEMAXIO	100
7	Ενδοφθάλμιος ενδοφακός τορικός, για διόρθωση αστιγματισμού ενός τεμαχίου, ακρυλικός υδρόφοβος, αμφίκυρτος, οπισθίου θαλάμου, ασφαιρικός, με δείκτη διάθλασης >1,45, διάμετρο οπτικής ζώνης 6 χιλιοστών, ολική διάμετρο 12,5 χιλιοστών. Να διατίθεται σε μεγάλο εύρος διοπτριών σφαιρικής ισχύος και ποικιλίας εύρους κυλινδρικής ισχύος για διόρθωση αστιγματισμού (1,0 έως 6,00 D). Αναδιπλούμενος, μικρής τομής < 2,4 χιλιοστών	TEMAXIO	5
8	Ενδοφθάλμιος ενδοφακός υδρόφοβος ενός τεμαχίου, μονοεστιακός ασφαιρικός στην πρόσθια επιφάνεια, αυξανόμενης ισχύς από την περιφέρεια στο κέντρο, διόρθωσης μακρινής έως μεσαίας όρασης, με δείκτη διάθλασης έως 1,47 οπτική ζώνη έως 6 χιλ. και ολική ζώνη έως 13 χιλ. μεγάλου εύρους διοπτριών μικρής τομής	TEMAXIO	20
9	Ενδοφθάλμιος ενδοφακός υδρόφοβος ενός τεμαχίου ασφαιρικός, με δείκτη διάθλασης μεγαλύτερο του 1,54. Οπτικής ζώνης 6 χιλιοστών, ολική διάμετρο 13 χιλιοστών, προφορτωμένος (preloaded) με βιδωτό σύστημα ένθεσης, μεγάλο εύρος διοπτριών για τομή 1,7 χιλ. και άνω	TEMAXIO	20
10	Ενδοφθάλμιος ενδοφακός ακρυλικός υδρόφοβος, ενός τεμαχίου (one piece), αμφίκυρτος, μη ασφαιρικός, με δείκτη διάθλασης >1,45, διάμετρο οπτικής ζώνης 6 χιλιοστών, ολική διάμετρο 12,5 χιλιοστών. Να διατίθεται σε μεγάλο εύρος διοπτριών να είναι προφορτωμένος (preloaded) και να εισέρχεται από τομή < 2,2 χιλιοστών	TEMAXIO	100
11	Ακρυλικός αναδιπλούμενος υδρόφοβος ενδοφακός ασφαιρικός ενός τεμαχίου, πλήρως προφορτωμένος, ασφάλειας τριών σταδίων ένθεσης και άκρο εμβόλου ελεγχόμενης ένθεσης , οπτικής ζώνης 6 χιλιοστών, ολική διάμετρο 13 χιλιοστών, γωνία αγκυλών 0 μοίρες, δείκτη διάθλασης άνω του 1,51, μεγάλο εύρος διοπτριών για τομή 2,2 χιλ. και άνω.	TEMAXIO	70

12	Ενδοφθάλμιος ενδοφακός προσθίου θαλάμου, Ενός τεμαχίου από υλικό ΡΜΜΑ και αγκύλες τύπου KELMAN, 4 σημείων στήριξης. Διάμετρος οπτικής ζώνης μεγαλύτερη ή ίση των 5,5 χιλιοστών και ολικής διαμέτρου 12 έως 13,5 χιλιοστών. Να διατίθενται σε μεγάλο εύρος διοπτριών	ΤΕΜΑΧΙΟ	50
----	---	---------	----

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ
 Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
 ΥΠ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ