



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α Θ Η Ν Ω Ν
ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ 2
Τ.Κ.: 11526
ΤΗΛ.: 213 2068917-18
FAX : 213 2068259
e- mail: prom@0310.syzefxis.gov.gr

ΑΘΗΝΑ 18/01/2021

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1144

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ Β ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 28296/3-11-2020 πρόσκλησης Α΄ φάσης Δημόσιας διαβούλευσης περί σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και επειδή το Νοσοκομείο προτίθεται να διενεργήσει Διαγωνισμό για:

Κωδικός Αριθμός είδους CPV	Περιγραφή Είδους CPV
34000000-7	«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ» (ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 17)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 20.400,00 € + ΦΠΑ

Προβαίνει, σήμερα με την παρούσα πρόσκληση (**Β Φάση**) σε Δημόσια Διαβούλευση των επισυναπτόμενων τεχνικών προδιαγραφών.
Σημειώνεται ότι:

- 1) Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση (**Β ΦΑΣΗ**), το Νοσοκομείο μας καταθέτει τις **αναδιαμορφωμένες Τεχνικές Προδιαγραφές**, όπως συντάχθηκαν από την Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών προδιαγραφών, με σκοπό την Δημόσια συζήτηση και την λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων – σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών και της ευρύτερης συμμετοχής υποψήφιων προμηθευτών/αναδόχων.
- 2) Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται **μέχρι και τις 22/01/2021.**

- 3) Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται, μετά την εγγραφή τους στο site του Νοσοκομείου, να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο από τη δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.
- 4) Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών/αναδόχων, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών
- 5) Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην όλη διαδικασία, συνδράμοντας έτσι στην διαμόρφωση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.
- 6) Τυχόν Πληροφορίες για την πρόσκληση δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το τμήμα Προμηθειών.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

1. Το τροχήλατο να είναι κατασκευασμένο από INOX και οι επιφάνειες εργασίας να διαθέτουν προστατευτικό γείσο.
2. Οι διαστάσεις να είναι 100X50X95 (ΜΧΠΧΥ) περίπου.
3. Να διαθέτει τέσσερα(4) συρτάρια με εσωτερικά διαχωριστικά που να μπορούν να βγαίνουν για καθαριότητα και να μπορούν να τροποποιηθούν ανάλογα με τη χρήση.
4. Στο κάτω μέρος δίπλα από τα συρτάρια να χωρίζει ο χώρος με ανοξείδωτο ράφι εύκολα προσθαφαιρούμενο που να μπορεί να προσαρμόζεται και σε άλλες θέσεις και με πλάτος όσο του τροχήλατου.
5. Στο πάνω μέρος να έχει τουλάχιστον 10 (δυο πεντάδες σε σειρά), πλαστικές ανακλινόμενες θήκες αποθήκευσης φαρμάκων.
6. Να διαθέτει υποδοχή(στεφάνι) για τοποθέτηση κάδου για αιχμηρά και μολυσματικά απόβλητα, κάδου για κοινά απόβλητα και στο πλάι συρόμενη ή ανοιγόμενη πρόσθετη ανοξείδωτη επιφάνεια εργασίας.
7. Να φέρει δεξιά και αριστερά χειρολαβές ώθησης ανοξείδωτες και με στρογγυλεμένα άκρα, δύο υποδοχές για στατό ορών και υποδοχές καθετήρων.

8. Η βάση του τροχήλατου να φέρει τέσσερις περιστρεφόμενους τροχούς που οι δυο να έχουν σύστημα πέδισης και προσκρουστήρες στις τέσσερες γωνίες .

9. Να παρέχεται εγγύηση κατασκευής και καλής λειτουργίας για δύο(2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα(10) έτη.

10. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΛΠΙΝΙΚΗ Α. ΤΑΒΙΑΝΑΤΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Γρ. Προέδρου Δ.Σ.

Γρ. Διοικήτριας

Γρ. Αν. Διοικητή

Δ/τρια Διοικητικής Υπηρεσίας

Υπ/νση Οικονομικού

Τμ. Οικονομικού

Τμ. Προμηθειών

Δ/νση Νοσηλευτικής

Τεχνικό τμήμα