

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α Θ Η Ν Ω Ν
ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ 2
Τ.Κ.: 11526
ΤΗΛ.: 213 2068917-18
FAX : 213 2068259
e- mail: prom@0310.syzefxis.gov.gr

ΑΘΗΝΑ 27/04/2021

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 10714

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ Α ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Επειδή το Νοσοκομείο προτίθεται να διενεργήσει Διαγωνισμό για:

Κωδικός Αριθμός είδους CPV	Περιγραφή Είδους CPV
50342000-4	<<ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ) >>

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 7.300,00 € + ΦΠΑ

- 1.) Προβαίνει, με την παρούσα πρόσκληση (**Α Φάση**) σε Δημόσια Διαβούλευση των επισυναπτόμενων τεχνικών προδιαγραφών.
- 2.) Σημειώνεται ότι: Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση (**Α ΦΑΣΗ**), το Νοσοκομείο μας καταθέτει τις τεχνικές προδιαγραφές, με σκοπό την Δημόσια συζήτηση και την λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων – σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών και της ευρύτερης συμμετοχής υποψήφιων προμηθευτών/αναδόχων.
- 3.) Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (<http://www.korgialenio-benakio.gr>), δηλαδή **μέχρι και τις 12/05/2021**.
- 4.) Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται, μετά την εγγραφή τους στο site του Νοσοκομείου, να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο από τη δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.
- 5.) Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών/αναδόχων, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.
- 6.) Σε περίπτωση τροποποίησης των αρχικών τεχνικών προδιαγραφών ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες Τεχνικές Προδιαγραφές για επιπλέον τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες.
- 7.) Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην όλη διαδικασία, συνδράμοντας έτσι στην διαμόρφωση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.
- 8.) Τυχόν Πληροφορίες για την πρόσκληση δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το τμήμα Προμηθειών.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κατά την διάρκεια της συντήρησης ο ανάδοχος θα εκτελεί μια φορά κάθε μήνα, με εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, τις κάτωθι εργασίες:

- Έλεγχος τάσεων τροφοδοτικών ως επίσης της κυμάτωσης (RIPPLE) της τάσης DC.
- Έλεγχος γειώσεων και ιδιαίτερα των γειώσεων του θωρακισμένου καλωδίου από την πλευρά της παροχής 230 V A.C.
- Έλεγχος των μονάδων W/C κατά προτεραιότητα λόγω κλήσης ανάγκης από το τραβηχτό διακόπτη, ιδιαίτερη προσοχή στην οξείδωση των επαφών των μονάδων αυτών / μονάδα ακύρωσης και τραβηχτού διακόπτη.
- Έλεγχος των μονάδων κρεβατιών και ακύρωσης δωματίου, μέτρηση της κατάστασης των πουάρ των ασθενών με ειδικό όργανο για την κατάσταση των επαφών των πουάρ λόγω συχνής χρήσης των.
- Έλεγχος των μονάδων κρεβατιών και ακύρωσης δωματίου, μέτρηση της κατάστασης των πουάρ των ασθενών με ειδικό όργανο για την κατάσταση των επαφών των πουάρ λόγω συχνής χρήσης των.

Σε περίπτωση έκτακτων βλαβών, ο ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση ανταπόκριση εντός 24 ωρών τις εργάσιμες ημέρες, και την πρώτη εργάσιμη μετά από Σαββατοκύριακο και αργίες, δίνοντας λύση και αποκαθιστώντας την καλή λειτουργία του συστήματος.

Με την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση, να **υποβάλει έκθεση εντός δέκα πέντε (15) ημερών** για την κατάσταση καθενός από τα υφιστάμενα συστήματα κλήσης αδελφής ξεχωριστά.

Επίσης κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο ανάδοχος, θα τηρεί ειδικό βιβλίο για κάθε σύστημα κλήσης αδελφής στο οποίο θα καταγράφονται εργασίες συντήρησης και τυχόν επισκευές και θα υπογράφεται από τον Ανάδοχο και τον Αρμόδιο Υπεύθυνο Μηχανικό του Νοσοκομείου. Το παραπάνω αναφερόμενο βιβλίο θα παραμένει στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου και υποχρέωση του ανάδοχου είναι να το προσκομίσει άμεσα μετά την υπογραφή της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση μαζί με την ανωτέρω έκθεση.

Ο συντηρητής μονομερώς (και χωρίς καμία υποχρέωση και ευθύνη του Νοσοκομείου) θα έχει την ευθύνη έναντι του νόμου, να τηρεί όλους τους νόμους που έχουν σχέση με την εργατική νομοθεσία και τις επιμέρους διατάξεις, για αμοιβές – ωράριο – φορολογία – ατυχήματα – αποζημιώσεις κ.λ.π. για το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει. Αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά για την ασφάλεια του έργου των εργαζομένων και έναντι τρίτων, είναι ο ανάδοχος των εργασιών.

Σε περίπτωση βλάβης που δεν επιδέχεται άμεσης αποκατάστασης, θα γίνεται διάγνωση και εγγράφως θα περιγράφονται στην τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου τα υλικά που χρειάζονται για την επισκευή, καθώς και το κόστος αυτών. Κατόπιν έγκρισης και εντολής ο ανάδοχος θα προβαίνει σε αντικατάσταση των ανωτέρω υλικών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο συντηρητής, κατόπιν αυτοψίας των τεχνικών του, η οποία θα συνοδεύεται με αντίστοιχη Τεχνική Έκθεση και μετά από έγκριση του Νοσοκομείου, θα προβαίνει κατά

προτεραιότητα στην εκτέλεση εκτάκτων εργασιών στις αντίστοιχες εγκαταστάσεις (κονσόλες). Οι ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις τιμές των ανταλλακτικών – υλικών (ανά τεμάχιο), που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος θα πρέπει να συμπληρωθεί και να κατατεθεί με την προσφορά του, με τους αντίστοιχους κωδικούς είδους, ως κάτωθι:

A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ (€) ΠΡΟ ΦΠΑ
1	Πρίζα κονσόλας χειριστηρίου ασθενούς RJ11, RJ45, 5pin, 7pin, 24pin		15,00
2	Πρίζα κονσόλας χειριστηρίου ασθενούς αυτόματης αποσύμπλεξης 9pin		20,00
3	Χειριστήριο ασθενούς (πουάρ κλήσης)		15,00
4	Χειριστήριο ασθενούς με μπουτόν κλήσης αδελφής και μπουτόν ελέγχου φωτισμού RJ11, RJ45, 5pin, 7pin, 24pin, αυτόματης αποσύμπλεξης 9pin		45,00
5	Φωτιστικό διαδρόμου συστήματος κλήσης αδελφής Aiphone		30,00
6	Φωτιστικό διαδρόμου συστήματος κλήσης αδελφής Tunstall		80,00
7	Φωτιστικό διαδρόμου συστήματος κλήσης αδελφής Ackermann με επεξεργαστή		250,00
8	Μονάδα ενδοεπικοινωνίας δωματίου Tunstall		350,00
9	Μονάδα ενδοεπικοινωνίας δωματίου Ackermann		380,00
10	Μπουτόν κλήσης παρουσίας ακύρωσης Tunstall		50,00
11	Μπουτόν κλήσης παρουσίας ακύρωσης Ackermann		50,00
12	Μπουτόν ακύρωσης Aiphone		30,00
13	Τραβηχτός διακόπτης κλήσης W.C.		40,00
14	Κεντρική μονάδα ενδείξεων στάσης αδελφής Tunstall χωρίς ενδοεπικοινωνία		200,00
15	Κεντρική μονάδα ενδείξεων στάσης αδελφής Ackermann χωρίς ενδοεπικοινωνία		250,00

16	Κεντρική μονάδα ενδείξεων στάσης αδελφής Tunstall με ενδοεπικοινωνία		450,00
17	Κεντρική μονάδα ενδείξεων στάσης αδελφής Ackermann με ενδοεπικοινωνία		550,00

Η προμήθεια με τις ως άνω τιμές των ανταλλακτικών από τον ανάδοχο θα είναι δεσμευτική, καθ' όλη τη διάρκεια της επικείμενης σύμβασης, ενώ η αμοιβή εγκατάστασης περιλαμβάνεται στο κόστος συντήρησης.

Σε περίπτωση μη επισκεύσιμης βλάβης, λόγω πεπαλαιωμένης και μη υποστηριζόμενης εγκατάστασης (end of live service), ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να κοινοποιήσει αντίστοιχη πλήρως τεκμηριωμένη Τεχνική Έκθεση στην Τεχνική Υπηρεσία.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Πέραν των οριζομένων στη Διακήρυξη, οι προσφορές θα πρέπει να πληρούν τους, **ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠÓΡΡΙΨΗΣ**, ακολούθους ειδικούς όρους και θα πρέπει να προσκομιστούν από τους υποψήφιους ανάδοχους τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως κάτωθι:

1. Οι Διαγωνιζόμενοι, πριν την λήξη υποβολής των Προσφορών του Διαγωνισμού, θα πρέπει να **επισκεφθούν υποχρεωτικά**, τον χώρο του Νοσοκομείου, προκειμένου να λάβουν γνώση των εγκαταστάσεων της κλήσης αδελφής, αλλά και των ιδιομορφιών του αντικειμένου συντήρησης, ώστε να διαμορφώσουν κατάλληλα τις προσφορές τους. Η επίσκεψη αυτή, η οποία δεν μπορεί να λάβει χώρα το χρονικό διάστημα των πέντε (5) τελευταίων ημερών πριν τη λήξη υποβολής των αντίστοιχων προσφορών, θα πιστοποιείται με αντίστοιχη **βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου που θα υποβληθεί με την προσφορά**, η οποία θα υπογράφεται από την ΤΥ και από εκπρόσωπο του αναδόχου, που πρέπει να είναι **και γνώστης** του αντικειμένου.
2. Οι Διαγωνιζόμενοι, θα πρέπει αποδεδειγμένα να διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία, εξειδίκευση και εμπειρία για την συντήρηση των συγκεκριμένων οίκων κατασκευής κλήσης αδελφής. Επίσης ο υποψήφιος ανάδοχος, θα πρέπει να έχει την απαραίτητη εμπειρία και γνώση στην λειτουργία και συντήρηση συστημάτων κλήσης αδελφής (ετήσιες συμβάσεις), Δημόσιων ή και Ιδιωτικών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων με δυνατότητα επέμβασης και επισκευής. Προς τούτο, στις Τεχνικές Προσφορές των υποψηφίων, θα πρέπει να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά, πέραν της περαιτέρω διαδικασίας αξιολόγησης, τα κατωτέρω:
 - **Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75)**, όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής ότι διαθέτει πλήρες στοκ ανταλλακτικών που αναγράφονται στον ανωτέρω «ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ».

- **Προσκόμιση αντιστοίχων βεβαιώσεων καλής και εμπρόθεσμης εκτέλεσης έργων**, από τουλάχιστον τρία (3) Νοσηλευτικά Ιδρύματα Δημόσια ή και Ιδιωτικά, τα τελευταία πέντε (5) χρόνια, όπου θα αναγράφονται καθαρά οι εργασίες ετήσιας συντήρησης και εγκατάστασης **αποκλειστικά** «συστημάτων κλήσης αδελφής».
3. Να διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας πιστοποιημένο κατά **ISO 9001:2015** και να το προσκομίσει.
 4. Να απασχολεί **εξειδικευμένο** μόνιμο προσωπικό και προς απόδειξη αυτού, ο συμμετέχων θα καταθέσει Βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται το ειδικευμένο προσωπικό που θα απασχοληθεί με το συγκεκριμένο έργο, ήτοι: **θεωρημένη από την Επιθεώρηση εργασίας κατάσταση προσωπικού**, καθώς και οι επαγγελματικές άδειες των τεχνικών που θα ασχοληθούν μόνο με το συγκεκριμένο έργο.
 5. **Βεβαιώσεις – Πιστοποιήσεις** από κατασκευαστικούς οίκους κλήσης αδελφής που είναι εγκατεστημένοι στο Νοσοκομείο μας, όπως Ackermann και Tunstall, για προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση των ανωτέρω συστημάτων.
 6. Υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι άριστης ποιότητας, εγκεκριμένα από τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Εμπορίου κλπ) και σύμφωνα με τις διεθνείς και ελληνικές τυποποιήσεις και προδιαγραφές (ISO, CE-marking, ΕΛΟΤ, κλπ). Θα προσκομίζονται στο έργο συσκευασμένα και προστατευμένα με περιτύλιγμα, σε ποσότητα που να επιτρέπει τη φόρτωση και εκφόρτωση τους όπως προβλέπουν τα σχετικά πρότυπα.
 7. Ο συμμετέχων **θα καταθέσει οπωσδήποτε** συμπληρωμένο, τον ανωτέρω πίνακα των συνηθέστερων ανταλλακτικών με τους κωδικούς είδους, ο οποίος θα είναι δεσμευτικός για τον συντηρητή, για όλη την χρονική περίοδο που ισχύει η σύμβαση.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΛΠΙΝΙΚΗ Α. ΤΑΒΙΑΝΑΤΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΥΠ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ